

GARA A PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA SU PIATTAFORMA TELEMATICA ASP DI CONSIP SPA AI SENSI DEGLI ARTT. 60 E 95 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE DA LABORATORIO SUDDIVISA IN 2 LOTTI FUNZIONALI NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 “Istruzione e Ricerca” - COMPONENTE 2 dalla Ricerca All’impresa”- INVESTIMENTO 3.1 “Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione” del PNRR - PROGETTO codice identificativo “IR0000031” dal titolo “Strengthening of the Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure of Italy”, ACRONIMO “BBMRI.IT” CUP “B53C22001820006”

LOTTO 1 CIG 9857794CF1

LOTTO 2 CIG 9857879319

GARA ASP n. 3595084

VERBALE N. 2

ESAME E VALUTAZIONE OFFERTE TECNICHE

L'anno duemila ventitré il giorno 3 del mese di Agosto alle ore 10.00 si riunisce in seduta pubblica la Commissione giudicatrice nominata con provvedimento Prot. n. 0236842 del 31/07/2023 per procedere all'apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche per la procedura di cui all'oggetto.

La Commissione è composta da:

- Dott.ssa Teresa Esposito – 1° Ricercatore II livello, con funzione di Presidente
- Dott. Adriano Barra – CTER IV livello, con funzione di membro effettivo
- Sig. Arbucci Salvatore – V livello Collaboratore tecnico E.R. con funzione di membro effettivo.

Le funzioni di segretario verbalizzante vengono assunte dalla Sig.ra Aurora Quattromani, collaboratore amministrativo VII livello.

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i membri effettivi, dichiara aperta la seduta, premettendo che:

- Con Verbale n° 1 prot. 0234692 del 27/07/2023, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ha effettuato l'apertura ed esame della documentazione amministrativa dichiarando ammesse alle fasi successive della procedura le offerte presentate da:

Lotto	Offerta	Concorrente
1	1	CARL ZEISS SPA
2	1	EUROCLONE SPA
2	2	LIFE TECHNOLOGIES EUROPE B.V

- il RUP, attraverso la funzione “Gestione permessi e Commissione di gara” della piattaforma ASP, ha proceduto ad assegnare il ruolo di “Presidente di Commissione” all'utenza associata al Presidente medesimo, che quindi ha la piena disponibilità della documentazione tecnica.

Tutto ciò premesso la Commissione procede con l'apertura della busta tecnica ed alla verifica della presenza della documentazione di gara, in particolare del paragrafo 2 del Capitolato tecnico – “Caratteristiche tecniche/funzionalità e dotazioni minime della fornitura” e del paragrafo 16 del Disciplinare di gara - “Offerta tecnica”, con il seguente esito:

LOTTO	Denominazione concorrente	Esito
1	CARL ZEISS SPA	Positivo



LOTTO	Denominazione concorrente	Esito
2	EUROCLONE SPA	Positivo
2	LIFE TECHNOLOGIES EUROPE B.V.	Positivo

Alle ore 11.00 la Commissione chiude la seduta pubblica e continua in seduta privata per l'esamina delle offerte pervenute.

La Commissione, in seduta riservata, inizia i lavori procedendo come segue:

- I. Analisi delle caratteristiche tecniche della fornitura offerta al fine di valutarne il rispetto delle caratteristiche tecniche minime obbligatorie, a pena di esclusione, così come stabilite nel Capitolato tecnico;
- II. Esamina della dichiarazione DNSH.

VALUTAZIONE LOTTO 1

Lotto 1 CIG 9857794CF1 Fornitura di 1 microscopio invertito con fotocamera, 1 microscopio confocale, 1 stereo-microscopio e 3 microscopi ottici rovesciati da routine

La Commissione procede alla valutazione dell'offerta tecnica del **Lotto n. 1. CIG 9857794CF1**

La Commissione prende in esame l'offerta nr. 1 relativa al concorrente CARL ZEISS SPA.

Si visionano la relazione tecnica presentata dalla ditta ed i documenti ad essa allegati.

La Commissione rileva che la relazione tecnica risulta esaustiva e dettagliata relativamente al paragr. 2.1 (caratteristiche tecniche).

L'analisi della relazione tecnica e delle schede tecniche ad essa allegate dimostrano la conformità delle strumentazioni offerte ai requisiti indicati nel capitolato ai punti 2.1.

In merito alla valutazione delle ulteriori caratteristiche della fornitura (paragr. 2.1.1) la Commissione decide di chiedere al RUP di concedere all'Operatore economico la possibilità di fornire ulteriori chiarimenti ad integrazione del documento presentato.

Dichiarazione DNSH

L'Operatore economico CARL ZEISS spa ha presentato la scheda DNSH compilata per ciascuna strumentazione offerta in accordo con quanto previsto dal disciplinare per l'acquisto delle apparecchiature scientifiche.

VALUTAZIONE LOTTO 2

Lotto 2 CIG 9857879319 Fornitura di n. 2 Nanodrop e n. 1 Nucleofector

La Commissione procede alla valutazione dell'offerta tecnica del **Lotto n. 2 CIG 9857879319**

La Commissione prende in esame l'offerta nr. 1 relativa al concorrente Euroclone spa.

Si visiona la relazione tecnica presentata dalla ditta ed i documenti ad essa allegati.

La Commissione rileva che la documentazione presentata è esaustiva e dettagliata. L'analisi della relazione tecnica e delle schede tecniche ad essa allegate dimostrano la conformità della strumentazione offerta ai requisiti minimi indicati nel Capitolato ai punti 2.2 e 2.2.1.

Dichiarazione DNSH

L'Operatore economico Euroclone spa ha presentato la scheda DNSH compilata per ciascuna strumentazione offerta in accordo con quanto previsto dal disciplinare per l'acquisto delle apparecchiature scientifiche.

La Commissione continua i lavori e prende in esame l'offerta nr. 2 relativa al concorrente Life Technologies

Europe B.V.

Si visiona la relazione tecnica presentata dalla ditta ed i documenti ad essa allegati.

La Commissione rileva che la relazione tecnica risulta non sufficientemente esaustiva per entrambe le strumentazioni offerte che non rispecchiano pienamente i requisiti minimi richiesti nel capitolato tecnico ai paragrafi 2.2 e 2.2.1.

Di seguito vengono riportate le non conformità riscontrate:

n. 2 Nanodrop

- Non è specificato se lo strumento presenta un sistema che permetta di non dover ricalibrare il/i campione/i.

n.1 Nucleofector

- Non è indicata la presenza di un sistema di materiale biologico per cellule tramite soluzioni specifiche per il tipo cellulare, cioè non si evince un sistema di trasfezione ottimizzato per diversi tipi cellulari utilizzando soluzioni specifiche;
- Non è riportata che il sistema può consentire la trasfezione di materiale biologico direttamente nel nucleo delle cellule soggette al trattamento;
- Non è riportata la possibilità di lavorare con peptidi.

In merito alla valutazione delle ulteriori caratteristiche della fornitura (paragr. 2.2.1) ed in particolare in riguardo ai punti 2.2.1.1, 2.2.1.2, 2.2.1.4, la Commissione evidenzia la carenza di informazioni nel documento presentato.

Dichiarazione DNSH

L'Operatore economico Life Technologies Europe B.V ha presentato una scheda DNSH non compilata.

La commissione decide sulla base delle motivazioni sopra esposte, di escludere dalla procedura di gara l'Operatore economico Life Technologies Europe B.V.

La Commissione procede alla chiusura del verbale e all'invio della comunicazione al RUP, circa:

LOTTO 1:

richiesta chiarimenti.

LOTTO 2:


esclusione dell'Operatore economico Life Technologies Europe B.V. dal procedimento di gara.

La Commissione termina la valutazione e chiude la seduta riservata alle ore 17:00.

Di quanto precede si è redatto il presente verbale che consta di n° 3 (tre) pagine, letto e sottoscritto.

Napoli, 03/08/2023

Dott.ssa Teresa Esposito
Presidente di Commissione



Dott. Adriano Barra
Membro effettivo



Sig. Salvatore Arbucci
Membro effettivo



Sig.ra Aurora Quattromani
Segretaria verbalizzante

