



GARA A PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA SU PIATTAFORMA TELEMATICA ASP DI CONSIP SPA AI SENSI DEGLI ARTT. 60 E 95 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STRUMENTAZIONI SCIENTIFICHE SUDDIVISO IN N. 3 LOTTI FUNZIONALI NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 “Istruzione e Ricerca” - COMPONENTE 2 DALLA RICERCA ALL’IMPRESA”- INVESTIMENTO 3.1 “FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI INFRASTRUTTURE DI RICERCA E INNOVAZIONE” DEL PNRR - PROGETTO CODICE IDENTIFICATIVO “IR0000031” DAL TITOLO “STRENGTHENING OF THE BIOBANKING AND BIOMOLECULAR RESOURCES RESEARCH INFRASTRUCTURE OF ITALY”, AREA ESFRI ACRONIMO “BBMRI.IT” CUP “B53C22001820006”

- Lotto 1 – CIG 9609832C3A;
- Lotto 2 – CIG 96098635D1;
- Lotto 3 – CIG 9610076597;

**VERBALE N. 2
ESAME E VALUTAZIONE OFFERTE TECNICHE**

L'anno duemila ventitré il giorno cinque del mese di aprile (05/04/2023) alle ore 10:30 si riunisce in seduta pubblica la Commissione giudicatrice nominata con provvedimento Prot. n 95691 del 30/03/2023, per procedere all'apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche per la procedura di cui all'oggetto.

La Commissione è composta da:

- Dott. Adriano Barra – CTER IV livello, con funzione di Presidente;
- Dott.ssa Teresa Esposito – 1° Ricercatore II livello, con funzione di membro effettivo;
- Dott.ssa Francesca Fusco– 1° Ricercatore II livello, con funzione di membro effettivo.

Le funzioni di segretario verbalizzante vengono assunte dalla Sig.ra Aurora Quattromani, collaboratore amministrativo LIV VII.

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i membri effettivi, dichiara aperta la seduta, premettendo che:

- Con Verbale n° 1 in data 28 marzo 2023 il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ha effettuato l'apertura ed esame della documentazione amministrativa dichiarando ammesse alle fasi successive della procedura le offerte presentate da:

Lotto	# Offerta	Concorrente
1	1	Aurogene srl
1	2	M&M Biotech scarl
2	1	Promega Italia srl
3	1	BIO-RAD Laboratories srl

- il RUP, attraverso la funzione “Gestione permessi e Commissione di gara” della piattaforma ASP, ha proceduto ad assegnare il ruolo di “Presidente di Commissione” all’utenza associata al Presidente medesimo, che quindi ha la piena disponibilità della documentazione tecnica.

Tutto ciò premesso la Commissione procede con l'apertura della busta tecnica ed alla verifica della presenza della documentazione di gara, in particolare del paragrafo 2 del Capitolato tecnico – “*Caratteristiche tecniche/funzionalità e dotazioni minime della fornitura*” e del paragrafo 16 del Disciplinare di gara - “*Offerta tecnica*”, con il seguente esito:

LOTTO	Denominazione concorrente	Esito
1	Aurogene srl	Positivo
1	M&M Biotech scarl	Positivo
2	Promega Italia srl	Positivo
3	BIO-RAD Laboratories srl	Positivo

Alle ore 13:00 la Commissione chiude la seduta pubblica e sospende i lavori.
La successiva riunione è fissata al giorno 12/04/2023 alle ore 10:30 per l'esamina delle offerte pervenute.

Alle ore 10:30 del 12/04/2023 la Commissione, in seduta riservata, inizia i lavori procedendo come segue:

- I. Analisi delle caratteristiche tecniche della fornitura offerta al fine di valutarne il rispetto delle caratteristiche tecniche minime obbligatorie, a pena di esclusione, così come stabilite nel Capitolato tecnico;
- II. Esamina della dichiarazione DNSH.

VALUTAZIONE LOTTO 1

2.1 Lotto 1 – CIG 9609832C3A – n. 5 Cappe Biologiche, n. 5 Incubatori per cultura cellule, n. 5 centrifughe, n. 1 bioruptor, n. 1 microtomo, n. 1 Neon Transfection System – Caratteristiche minime obbligatorie a pena di esclusione

La Commissione procede alla valutazione dell'offerta tecnica del **Lotto n. 1**. CIG 9609832C3A

La Commissione prende in esame l'offerta nr. 1 relativa al concorrente Aurogene srl.

Si visionano la relazione tecnica presentata dalla ditta Aurogene srl ed i documenti ad essa allegati.

La Commissione rileva che la relazione tecnica risulta non sufficientemente esaustiva ed alcune delle strumentazioni offerte non rispecchiano pienamente i requisiti minimi richiesti nel Capitolato tecnico ai paragrafi 2.1 e 2.1.1.

Di seguito vengono riportate le non conformità riscontrate.

2 Caratteristiche tecniche/funzionalità e dotazioni minime della fornitura

Relazione tecnica

N. 5 CAPPE A FLUSSO LAMINARE BIOHAZARD DA 120:

- La misura delle cappe proposte dall'Operatore economico non è conforme a quanto richiesto nel Capitolato tecnico;
- Non è specificato il materiale della struttura esterna della cappa che nel Capitolato viene richiesto in acciaio di qualità con verniciatura a polvere per la massima resistenza;
- Non è indicata la presenza della finestra scorrevole in vetro multistrato di sicurezza ed in ogni caso il vetro di protezione riportato nella relazione tecnica dalla ditta Aurogene srl, ha una inclinazione inferiore a 10°, diversamente da quanto richiesto nel Capitolato;
- Non è riportato nella relazione tecnica e nella scheda tecnica allegata che la finestra di protezione possa essere alzata ed abbassata oltre il limite di lavoro per consentire la pulizia e la manutenzione della cappa;



- Non è specificato che le cappe offerte siano dotate di supporto da pavimento ad altezza regolabile;
- Non è specificata la presenza della predisposizione per le valvole di servizio (almeno 2 per lato).

N. 5 INCUBATORI PER CULTURA CELLULE A CO2

- Non è stato specificato il volume di acqua della vasca integrata che nel Capitolato viene richiesto di essere di almeno tre litri per garantire un tenore di umidità almeno superiore al 93%;
- Non è stata specificata la presenza di un allarme (visivo e sonoro) per l'indicazione della quantità dell'acqua in camera visibile su display per garantire all'operatore di non lasciare le colture a secco;
- Non è riportata nella relazione tecnica e nella scheda allegata la possibilità di connettere l'incubatore alla rete wi-fi.

N. 1 MICROTOMO ROTATIVO SEMIAUTOMATICO

- Non è specificato, sia nella relazione tecnica che nella scheda tecnica allegata, che le manopole per avanzamento e retrazione del campione possano essere posizionate a destra o sinistra del pannello di controllo.

2.1.1 Ulteriori Caratteristiche della fornitura

La relazione tecnica non contiene, come richiesto dal Capitolato tra i requisiti minimi, le indicazioni riguardanti:

- **2.1.1.1** Installazione e avvio operativo;
- **2.1.1.2** Formazione;
- **2.1.1.3** Garanzia;
- **2.1.1.4** Assistenza tecnica, supporto e manutenzione.

Dichiarazione DNSH

L'Operatore economico Aurogene srl, non risulta conforme al disciplinare di gara, in quanto dichiara di non essere iscritto al registro RAEE.

La Commissione decide, sulla base delle motivazioni di cui sopra esposte, di escludere dalla procedura di gara l'Operatore economico Aurogene srl.

La Commissione continua la valutazione dell'offerta tecnica del **Lotto n. 1**. CIG 9609832C3A.

Si prende in esame l'offerta nr.2 relativa al concorrente M&M Biotech scarl. Si visionano la relazione tecnica presentata dalla ditta ed i documenti ad essa allegati.

La Commissione rileva che la documentazione presentata è esaustiva e dettagliata. L'analisi della relazione tecnica e delle schede tecniche ad essa allegate dimostrano la conformità della strumentazione offerta ai requisiti minimi indicati nel Capitolato ai punti 2.1 e 2.1.1.

L'Operatore economico M&M Biotech scarl ha presentato la dichiarazione DNSH, in accordo con quanto previsto dal Disciplinare per l'acquisto di apparecchiature scientifiche.

VALUTAZIONE LOTTO 2

2.2 Lotto 2 - CIG 96098635D1 - Fornitura di n. 1 "Maxwell RCS System Caratteristiche minime obbligatorie a pena di esclusione

La Commissione procede alla valutazione dell'offerta tecnica del **Lotto n. 2**. CIG 96098635D1.

Si prende in esame l'offerta nr.1 relativa al concorrente Promega srl. Si visionano la relazione tecnica presentata dalla ditta ed i documenti ad essa allegati.



La Commissione rileva che la documentazione tecnica presentata è esaustiva e dettagliata. L'analisi della relazione tecnica e delle schede tecniche ad essa allegate dimostrano la conformità della strumentazione offerta ai requisiti minimi indicati nel Capitolato ai punti 2.2 e 2.2.1.

In merito alla dichiarazione DNSH fornita dalla ditta, in considerazione della particolarità di tale scheda, prevista per l'acquisto di apparecchiature elettriche ed elettroniche, la Commissione decide di chiedere al RUP di concedere all'Operatore economico la possibilità di fornire ulteriori chiarimenti ad integrazione del documento presentato.

VALUTAZIONE LOTTO 3

2.3 Lotto 3 - CIG 9610076597 - Fornitura di n. 1 Chemidoc Imaging System, n. 1 digital PCR – Caratteristiche minime obbligatorie a pena di esclusione

La Commissione procede alla valutazione dell'offerta tecnica del **Lotto n. 3**. CIG 9610076597.

Si prende in esame l'offerta nr.1 relativa al concorrente BIO-RAD Laboratories srl. Si visionano la relazione tecnica presentata dalla ditta ed i documenti ad essa allegati.

La Commissione rileva che la documentazione tecnica presentata è esaustiva e dettagliata. L'analisi della relazione tecnica e delle schede tecniche ad essa allegate dimostrano la conformità della strumentazione offerta ai requisiti minimi indicati nel Capitolato ai punti 2.3 e 2.3.1.

In merito alla dichiarazione DNSH fornita dalla ditta, in considerazione della particolarità di tale scheda, prevista per l'acquisto di apparecchiature elettriche e d elettroniche, la Commissione decide di chiedere al RUP di concedere all'Operatore economico la possibilità di fornire ulteriori chiarimenti ad integrazione del documento presentato.

La Commissione sospende i lavori alle ore 13:30, dandosi appuntamento al giorno successivo 13/04/2023 alle ore 10:30 per la conclusione della fase di valutazione tecnica.

* * * * *

La Commissione inizia i lavori, in seduta riservata, alle ore 10:30 del 13/04/2023.

La Commissione procede alla stesura del verbale e all'invio della comunicazione al RUP, dell'esclusione dell'Operatore economico Aurogene srl dal procedimento di gara.

La Commissione termina la valutazione e chiude la seduta riservata alle ore 13:30.

Di quanto precede si è redatto il presente verbale che consta di n° 4 (quattro) pagine, letto e sottoscritto.

Napoli, 13/04/2023

Dott. Adriano Barra
Presidente di Commissione

Dott.ssa Teresa Esposito
Membro effettivo

Dott.ssa Francesca Fusco
Membro effettivo

Sig.ra Aurora Quattromani
Segretaria verbalizzante