

**PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA DA INDIRE MEDIANTE RdO APERTA SUL MEPA, RIVOLTA AD OPERATORI ECONOMICI ISCRITTI NELLA CATEGORIA CPV 38430000-8 "APPARECCHI PER ANALISI E RIVELAZIONI" DELLA FORNITURA DI UNA STAZIONE INTEGRATA PER MISURE ECOSISTEMICHE DI FLUSSI DI CO2 NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 4 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 3.1 - PROGETTO ITINERIS - CUP B53C22002150006 – CIG A03BFE8495 – CUI F80054330586202300503**

#### **VERBALE n. 2 BUSTA B – OFFERTA TECNICA**

Il giorno 20 febbraio 2024 alle ore 15:30, sono presenti i membri della commissione di valutazione delle offerte relative alla gara di cui all'oggetto che, nominata con Provvedimento 0043973 del 09/02/2024, risulta composta da:

- Dott.ssa Ilaria Baneschi, Tecnologo presso l'Istituto di Geoscienze e Georisorse del Consiglio Nazionale delle Ricerche, matr. 15403 con funzione di presidente;
- Dott.ssa Letizia Costanza, Collaboratore Tecnico presso l'Istituto di Geoscienze e Georisorse del Consiglio Nazionale delle Ricerche, matr. 14657 con funzione di commissario effettivo;
- Dott.ssa Gianna Vivaldo, Ricercatrice presso l'Istituto di Geoscienze e Georisorse del Consiglio Nazionale delle Ricerche, matr. 20661 con funzione di commissario effettivo;
- Dott.ssa Claudia Mazzanti Collaboratore Tecnico VI livello presso l'Istituto di Informatica e Telematica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, matricola n. 14393 con funzione di segretario

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti effettivi, dichiara aperta la seduta di valutazione dell'Offerta Tecnica dando atto che la Commissione giudicatrice ha preliminarmente concordato di effettuare le riunioni utilizzando procedure telematiche che salvaguardano la riservatezza delle comunicazioni, secondo le disposizioni di cui all'Art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La commissione riprende i lavori e valuta la documentazione contenuta nella busta tecnica presentata dall'operatore ECOSEARCH S.R.L che risulta composta da 3 file: valutato il documento DNSH che risulta regolare, provvede ad esaminare l'offerta tecnica il cui risultato si riporta nella tabella che segue:



N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX	BANESCHI	COSTANZA	VIVALDO
1	N. 1 SERVIZIO CALIBRAZIONE ANEMOMETRO	8	1.1	SE NON PRESENTE		0	0 L'OPERATORE NELL'OFFERTA PRESENTATA IN BUSTA TECNICA NON OFFRE TALE SERVIZIO	0	0
			1.2	SE PRESENTE		8			
2	RAIN CUP PER IL TUBO DI INTAKE DELL'ANALIZZATORE	8	2.1	SE NON PRESENTE		0			
			2.2	SE PRESENTE		8	8	8	8
3	FILTRI 2 UM PER IL TUBO DI INTAKE	4	3.1	SE VENGONO FORNITI 2 FILTRI		0			
			3.2	SE VENGONO FORNITI 4 FILTRI		4	4	4	4
4	INTERVENTO DI UN TECNICO SPECIALIZZATO PER ANALIZZATORE DI GAS E SISTEMA DI EDDY COVARIANCE DA REMOTO	10	4.1	SE L'INTERVENTO E' ASSICURATO OLTRE 5 GIORNI DALLA RICHIESTA		0	0	0	0
			4.2	SE L'INTERVENTO E' ASSICURATO ENTRO 2 GIORNI DALLA RICHIESTA		5			
			4.3	SE L'INTERVENTO E' ASSICURATO ENTRO 24 ORE DALLA RICHIESTA		10	10	10	10
5	TERMOCOPPIE PER L'ANALIZZATORE DI GAS	10	5.1	SE NON VENGONO FORNITE TERMOCOPPIE		0			
			5.2	SE VENGONO FORNITE 3 TERMOCOPPIE		5			
			5.3	SE VENGONO FORNITE >= 5 TERMOCOPPIE		10	10	10	10
6	INTERVENTO DI UN TECNICO SPECIALIZZATO PER ASSISTENZA SUL FIRMWARE E SOFTWARE DELLA STRUMENTAZIONE EDDY COVARIANCE E VARIABILE AMBIENTALI E METEOROLOGICHE DA REMOTO	10	6.1	SE NON INCLUSA		0			
			6.2	SE INCLUSA		10	10	10	10

7	ESTENSIONE DELLA GARANZIA	10	7.1	SENZA ESTENSIONI		0	0	0	0
			7.2	SE ESTESA A 24 MESI		10			
8	FORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE	20	8.1	QUALITA' E COMPLETEZZA DELLA RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DEL PIANO DEI SERVIZI DI PREINSTALLAZIONE E INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DEI SISTEMI OFFERTI, E DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICO-COMMERCIALE	20		Valutazione: buona 0,8 L'offerta risulta nel complesso buona, chiara e completa dei dettagli tecnici delle singole strumentazioni. Si evince che l'operatore fornisce un sensore di temperatura e di flusso di calore aggiuntivo. Si evidenzia che l'operatore non fornisce taluni elementi richiesti nella tabella dei criteri.	Valutazione: buona 0,8 L'offerta risulta buona, chiara e completa dei dettagli tecnici delle singole strumentazioni. Viene bene esplicitato la dotazione minima richiesta rispetto al capitolato, e anche è ben chiara la tabella dei criteri tabellari.	Valutazione: buona 0,8 Risulta buona nel suo complesso l'offerta, completa dei dettagli tecnici della strumentazione.
TOTALE		80			20	60			
		TOTALE PUNTEGGIO= 48 PUNTI			16	32	0,8*20=16		

La commissione assegna all’operatore ECOSEARCH S.R.L punti 48/80 di cui 32 tabellari e 16 discrezionali, pertanto, l’operatore ECOSEARCH S.R.L è ammesso alla successiva fase di valutazione della busta economica.

La commissione passa dunque a valutare l’offerta tecnica presentata dall’operatore WEST SYSTEMS SRL: valutato regolare il documento DNSH esamina l’offerta tecnica il cui risultato si riporta nella tabella che segue:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX	BANESCHI	COSTANZA	VIVALDO
1	N. 1 SERVIZIO CALIBRAZIONE ANEMOMETRO	8	1.1	SE NON PRESENTE		0			
			1.2	SE PRESENTE		8	8	8	8
2	RAIN CUP PER IL TUBO DI INTAKE DELL’ANALIZZATORE	8	2.1	SE NON PRESENTE		0			
			2.2	SE PRESENTE		8	8	8	8
3	FILTRI 2 UM PER IL TUBO DI INTAKE	4	3.1	SE VENGONO FORNITI 2 FILTRI		0			



			3.2	SE VENGONO FORNITI 4 FILTRI		4	4	4	4
4	INTERVENTO DI UN TECNICO SPECIALIZZATO PER ANALIZZATORE DI GAS E SISTEMA DI EDDY COVARIANCE DA REMOTO	10	4.1	SE L'INTERVENTO E' ASSICURATO OLTRE 5 GIORNI DALLA RICHIESTA		0			
			4.2	SE L'INTERVENTO E' ASSICURATO ENTRO 2 GIORNI DALLA RICHIESTA		5			
			4.3	SE L'INTERVENTO E' ASSICURATO ENTRO 24 ORE DALLA RICHIESTA		10	10	10	10
5	TERMOCOPPIE PER L'ANALIZZATORE DI GAS	10	5.1	SE NON VENGONO FORNITE TERMOCOPPIE		0			
			5.2	SE VENGONO FORNITE 3 TERMOCOPPIE		5			
			5.3	SE VENGONO FORNITE >= 5 TERMOCOPPIE		10	10	10	10
6	INTERVENTO DI UN TECNICO SPECIALIZZATO PER ASSISTENZA SUL FIRMWARE E SOFTWARE DELLA STRUMENTAZIONE EDDY COVARIANCE E VARIABILE AMBIENTALI E METEOROLOGICHE DA REMOTO	10	6.1	SE NON INCLUSA		0			
			6.2	SE INCLUSA		10	10	10	10
7	ESTENSIONE DELLA GARANZIA	10	7.1	SENZA ESTENSIONI		0			
			7.2	SE ESTESA A 24 MESI		10	10	10	10

8	FORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE	20	8.1	QUALITA' E COMPLETEZZA DELLA RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DEL PIANO DEI SERVIZI DI PREINSTALLAZIONE E INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DEI SISTEMI OFFERTI, E DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICO-COMMERCIALE	20		Valutazione: buona 0,8 l'offerta risulta buona, particolareggiata, chiara e completa dei dettagli tecnici delle singole strumentazioni. Viene ben illustrata la posizione sul palo della Eddy. Si evince che l'operatore fornisce una IP camera funzionale al telecontrollo.	Valutazione: buona 0,8 l'offerta risulta buona, chiara e completa. Viene fornito inoltre uno schema dettagliato di come il palo sarà montato, delle sue caratteristiche di abbattibilità, della possibile disposizione della strumentazione su di esso, inclusi gli armadietti che ospiteranno e proteggeranno dall'umidità l'elettronica di controllo.	Valutazione: buona 0,8 l'offerta risulta buona, e completa dei dettagli tecnici delle singole strumentazioni. L'operatore fornisce un'immagine esplicativa del montaggio del palo e della disposizione degli strumenti e dei box atti a proteggere l'elettronica di controllo.
	TOTALE	80			20	60			
	TOTALE 16+60= 76 PUNTI				16	60	0,8*20=16		

La commissione assegna all’operatore WEST SYSTEMS SRL punti 76/80 di cui 16 discrezionali e 60 tabellari, pertanto, l’operatore WEST SYSTEMS SRL è ammesso alla successiva fase di valutazione dell’offerta economica.

La seduta termina alle ore 17:00, il presente verbale che consta di 5 pagine viene letto, confermato e sottoscritto.

- Dott.ssa Ilaria Baneschi, matr. 15403, Presidente di Commissione

- Dott.ssa Letizia Costanza, matr. 14657, commissario effettivo

- Dott.ssa Gianna Vivaldo, matr. 20661, commissario effettivo

- Dott.ssa Claudia Mazzanti, matr. n. 14393 segretario verbalizzante