

Spett.le Operatore Economico  
**BENEQ OY**

*Trasmissione a mezzo piattaforma GPA*

**Oggetto:** Procedura aperta telematica, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii., per l'affidamento della fornitura di un sistema di deposizione di film sottili per strati atomici assistito da plasma (Plasma Enhanced Atomic Layer Deposition – PEALD), finanziata nell'ambito del PNRR – Missione 4, Componente 2, Investimento 3.1 – Progetto iENTRANCE@ENL - CIG 9919415037 - CUI F80054330586202300345 – CUP B33C22000710006.

**Richiesta di chiarimenti relativi all'offerta tecnica.**

Con riferimento alla procedura in oggetto, nel corso della seduta riservata di data odierna per la valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti ammessi, la Commissione giudicatrice ha riscontrato una discrepanza all'interno della Vostra offerta tecnica.

All'interno del documento Allegato 10, al punto 10 viene dichiarato: "presence of a pumping that allows to reach a base pressure  $<10^{-3}$  mbar"; tuttavia, da quanto si evince a pagina 18 del documento "B23K109CNRFBKTF200230918", la pompa offerta non risulta compatibile con il requisito dichiarato nell'Allegato 10.

Ai fini della valutazione in ordine all'eventuale assegnazione del punteggio previsto per il criterio n. 10 di valutazione dell'offerta tecnica (par. 18.1 del Disciplinare di gara), si rende quindi necessario richiedere a Codesto Spettabile Operatore Economico, ai sensi del par. 14, ultimo periodo, del Disciplinare di gara, di chiarire quale pressione di base può essere raggiunta dall'apparato offerto.

Si invita quindi Codesto Spettabile Operatore Economico a produrre i chiarimenti sopra richiesti, **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno martedì 10 ottobre 2023**, tramite la piattaforma telematica GPA, utilizzando la sezione "Comunicazioni" della procedura di gara.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Dott. Andrea Zappettini