



**Istituto di Scienze e Tecnologie Chimiche - SCITEC**

Via Alfonso Corti 12, 20133 Milano, ITALY

Sede Secondaria di Via Camillo Golgi 19, 20133 Milano

**PROCEDURA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA  
B) DEL D.LGS. n. 50/2016 CON MODALITÀ TELEMATICA SU PIATTAFORMA ASP CONSIP  
PER L'AFFIDAMENTO**

**DI**

**UN IMPIANTO AUTOMATICO IN FLUSSO PER TEST DI LUNGA DURATA DI  
CATALIZZATORI AD ALTA TEMPERATURA E MEDIA PRESSIONE, PER LO SVILUPPO E IL  
TRASFERIMENTO TECNOLOGICO DI MATERIALI CATALITICI PER L'ENERGIA E LA  
CHIMICA VERDE, CPV 38430000-8, CIG: 85257073FC,**

**E DI**

**UNO SPETTROFOTOMETRO INFRAROSSO AD ALTE PRESTAZIONI PER ATTIVITÀ DI  
RICERCA NELL'AMBITO DEI MATERIALI INNOVATIVI PER LA SALUTE, CHIMICA  
SOSTENIBILE, PROTEZIONE DELL'AMBIENTE, AGRICOLTURA E PROCESSI CHIMICI  
INDUSTRIALI PULITI, CPV 38433000-9, CIG: 8525716B67**

**GARA N.: 2745205**

LOTTO 1.

CIG: 85257073FC

CUP: B55J19000360001

LOTTO 2.

CIG: 8525716B67

CUP: B55J19000360001

**Verbale n°3 – Commissione giudicatrice**

**Riammissione partecipante escluso, valutazione Offerte Tecniche ed Offerte Economiche e  
composizione graduatoria finale**

Il giorno 05 maggio 2021 alle ore 09:15, si riunisce in modalità telematica la Commissione giudicatrice, per l'affidamento di un impianto automatico in flusso per test di lunga durata di catalizzatori ad alta temperatura e media pressione, CPV 38430000-8, CIG 85257073FC e per l'affidamento di uno spettrofotometro infrarosso ad alte prestazioni CPV 38433000-9, CIG: 8525716B67, nominata ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i., con Provvedimento del Direttore dell'Istituto di Scienze e Tecnologie Chimiche, SCITEC del CNR protocollo n. 0000728 del 11/03/2021.

La Commissione risulta così composta:

Dott. Alessandro Ponti, Presidente;

Dott.ssa Federica Zaccheria, Componente;

Dott. Filippo Bossola, Componente.

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Davide Di Maria, nominato con Provvedimento del Direttore dell'Istituto di Scienze e Tecnologie Chimiche SCITEC del CNR protocollo n. 0000728 del 11/03/2021.

Il Presidente della Commissione, alle ore 09:30 del giorno 05 maggio 2021, congiuntamente con i componenti della Commissione giudicatrice, prende atto del verbale sottoscritto dalla stessa Commissione protocollo n. 0000795 del 17/03/2021 di esclusione di uno dei partecipanti alla procedura per il Lotto 2, di formazione della graduatoria della procedura di gara n. 2745205 e dell'istanza di riammissione alla procedura inviata a mezzo PEC protocollo n. 0000850 del 19/03/2021 da parte dell'operatore economico Bruker Italia Srl Unipersonale, escluso dalla procedura di valutazione per le motivazioni rinvenibili all'interno del citato verbale protocollo n. 0000795 del 17/03/2021.

La Commissione prende atto, altresì, che il responsabile del procedimento, dopo un'attenta analisi dell'istanza di riammissione alla procedura inviata a mezzo PEC protocollo n. 0000850 del 19/03/2021 da parte dell'operatore economico Bruker Italia Srl Unipersonale, ha trovato fondata la richiesta di riammissione alla procedura. L'istante, nella fase di gara verbalizzata nel documento protocollo n. 0000795 del 17/03/2021, era stato escluso dalla procedura per aver presentato la documentazione tecnica in lingua inglese. Mancando nella *lex specialist* una esplicita previsione di esclusione in caso di mancato adempimento da parte dell'operatore economico dell'onere di allegare documentazione in italiano e per l'applicazione del principio del *favor participationis*, il responsabile del procedimento ha comunicato all'istante precedentemente escluso, a mezzo PEC protocollo n. 0001091 del 06/04/2021, la riammissione alla procedura e la conseguente valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, da parte della Commissione giudicatrice, in precedenza non valutate con la successiva composizione della graduatoria finale.

La Commissione procede alle ore 09:45 all'analisi della documentazione tecnica dettagliata sia in lingua inglese che in lingua italiana per il Lotto 2 trasmessa dall'operatore economico Bruker Italia Srl Unipersonale.

In dettaglio, la Commissione analizza la documentazione tecnica **verificando la corrispondenza dei requisiti minimi obbligatori pena esclusione** dell'Offerta Tecnica presentata da Bruker Italia Srl Unipersonale con quanto espressamente richiesto nel Capitolato Tecnico Lotto 2 e ne osserva che:

1. Riguardo al punto 2.1 lettera b) di pagina 3 del Capitolato Tecnico Lotto 2 si notano, in relazione allo strumento offerto, le seguenti carenze dei requisiti minimi obbligatori richiesti a pena esclusione:
  - nell'Offerta Tecnica non viene specificata la completa compatibilità con il sistema DRIFTS "PrayingMantis";
  - la fornitura degli accessori per l'adattamento con i sistemi ATR *Specac* e *Remspec* può essere rifiutata dal fornitore su sua valutazione (*cf.* i punti 18 - S580 per quanto riguarda *Specac* e 28 - 188003 per quanto riguarda *Remspec* della documentazione tecnica dettagliata presentata da Bruker Italia Srl Unipersonale in lingua inglese e in lingua italiana).
2. Riguardo al punto 2.1 lettera c) di pagina 3 del Capitolato Tecnico Lotto 2, la Commissione non ha riscontrato nella documentazione tecnica dettagliata sia in lingua inglese che in lingua italiana l'esplicita garanzia che il sistema offerto sia in grado di lavorare con alimentazione di gas già presenti presso la Stazione Appaltante.
3. In relazione al punto 2.1.2 del Capitolato Tecnico Lotto 2, la Commissione non ha riscontrato nella documentazione tecnica dettagliata sia in lingua inglese che in lingua italiana che il computer collegato allo strumento venga fornito completamente pre-configurato (punto i) né che il computer sia completamente compatibile con lo strumento (punto ii).
4. In relazione al punto 2.2 lettera a) del Capitolato Tecnico Lotto 2, la Commissione non ha riscontrato nella documentazione tecnica la presenza della prestazione della spedizione e del trasporto con l'assicurazione dello strumento.



5. Similmente in relazione al punto 2.2 lettera b) del Capitolato Tecnico Lotto 2, la Commissione non ha riscontrato nella documentazione tecnica dettagliata sia in lingua inglese che in lingua italiana la presenza della prestazione di consegna ed installazione dello strumento presso lo SCITEC CNR.
6. Similmente in relazione al punto 2.2 lettera c) del Capitolato Tecnico Lotto 2, la Commissione non ha riscontrato nella documentazione tecnica dettagliata sia in lingua inglese che in lingua italiana la presenza della prestazione di test di accettazione e verifica di conformità presso lo SCITEC CNR.
7. Similmente in relazione al punto 2.2 lettera d) del Capitolato Tecnico Lotto 2, la Commissione non ha riscontrato nella documentazione tecnica dettagliata sia in lingua inglese che in lingua italiana la presenza della prestazione di attività di formazione del personale SCITEC CNR.
8. In relazione al punto 2.2 lettera e) del Capitolato Tecnico Lotto 2, la Commissione non ha riscontrato nella documentazione tecnica dettagliata sia in lingua inglese che in lingua italiana la presenza della prestazione della garanzia a copertura totale per almeno 5 anni dell'intero strumento.

In aggiunta alle carenze dei requisiti minimi obbligatori pena esclusione dalla procedura sopra riportati, la Commissione osserva che la documentazione tecnica dettagliata sia in lingua inglese che in lingua italiana non riporta esplicitamente le seguenti caratteristiche minime obbligatorie pena esclusione dalla procedura definite espressamente e richieste nel Capitolato Tecnico Lotto 2:

1. Riguardo al punto 2.1.1 punto i) a pagina 3 del Capitolato Tecnico Lotto 2, lo strumento offerto non copre interamente l'intervallo minimo tra 12.500 e 100  $\text{cm}^{-1}$  in quanto dalla documentazione tecnica dettagliata sia in lingua inglese che in lingua italiana presentata non si può desumere con certezza che lo strumento offerto è in grado di registrare spettri nell'intervallo tra 8000 e 9000  $\text{cm}^{-1}$ .
2. Riguardo al punto 2.1.1 punto IV) a pagina 4 del Capitolato Tecnico Lotto 2 la Commissione non ha riscontrato nella documentazione tecnica dettagliata sia in lingua inglese che in lingua italiana alcuna garanzia che il rapporto segnale/rumore sia di almeno 50.000:1 misurato come descritto nel Capitolato Tecnico Lotto 2.

A seguito dell'analisi dell'Offerta Tecnica presentata da Bruker Italia Srl Unipersonale, constatata la numerosa carenza, sopra dettagliata, dei requisiti minimi obbligatori pena esclusione come richiesto dal Capitolato Tecnico Lotto 2, la Commissione per le motivazioni verbalizzate in data odierna procede all'esclusione del partecipante e ne compone la graduatoria definitiva.

Si compone la graduatoria definitiva per il Lotto 2:

Offerente	Lotto 2	
Concorrente	Offerta	Punteggio complessivo
<u>BRUKER ITALIA SRL UNIPERSONALE</u>	Offerta esclusa	
<u>THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA</u>	<u>Tecnica ed Economica</u>	82,07
<b>Punteggio massimo:</b>		82,07

Il Presidente, congiuntamente agli altri componenti della Commissione, aggiudica provvisoriamente il Lotto 2 all'operatore economico THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA per aver totalizzato il punteggio maggiore nella graduatoria definitiva per il Lotto 2 della procedura n. 2745205.


Durante le operazioni di gara della seduta pubblica, non sono pervenute osservazioni da parte dei concorrenti/operatori economici precedentemente convocati.

La seduta si conclude nella giornata del 05/05/2021 e termina i propri lavori alle ore 13:00.

Il presente verbale, che consta di 4 pagine, viene letto, confermato e sottoscritto dal Presidente, dai Componenti della Commissione e dal Segretario verbalizzante.

*(Handwritten signatures and initials)*

Il Presidente  
Dott. Alessandro Ponti



Il Componente  
Dott.ssa Federica Zaccheria



Il Componente  
Dott. Filippo Bossola



Il Segretario  
Dott. Davide Di Maria

COPIA  
CONFORME  
ALL'ORIGINALE