

Progetto IR00011– EBRAINS-Italy - Missione 4, "Istruzione e Ricerca" - Componente 2, "Dalla ricerca all'impresa" - Linea di investimento 3.1 del PNRR, Azione 3.1.1 "Creazione di nuove IR o potenziamento di quelle esistenti che concorrono agli obiettivi di Eccellenza Scientifica di Horizon Europe e costituzione di reti" - Area ESFRI H&F. Finanziato dall'Unione europea – NextGeneration EU (CUP B51E22000150006)

AVVISO 6-IBF/PA/PNRR/EBRAINS

INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO VOLTA A RACCOGLIERE PREVENTIVI INFORMALI FINALIZZATI ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ACCESSORI PER TANGENTIAL FLOW FILTRATION IN PARTICOLARE: POMPE PERISTALTICHE, TRASDUTTORI DI PRESSIONE E SUPPORTI. NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4, “ISTRUZIONE E RICERCA” - COMPONENTE 2, “DALLA RICERCA ALL’IMPRESA” - LINEA DI INVESTIMENTO 3.1 DEL PNRR, AZIONE 3.1.1 “CREAZIONE DI NUOVE IR O POTENZIAMENTO DI QUELLE ESISTENTI CHE CONCORRONO AGLI OBIETTIVI DI ECCELLENZA SCIENTIFICA DI HORIZON EUROPE E COSTITUZIONE DI RETI” - AREA ESFRI H&F. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATION EU -PROGETTO IR00011– EBRAINS-ITALY CUP B51E22000150006

PREMESSE E FINALITA’

La Stazione Appaltante Istituto di Biofisica U.O. Palermo del CNR intende procedere, a mezzo della presente indagine esplorativa, all’individuazione di un operatore economico a cui affidare eventualmente la fornitura di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della Legge n. 120/2020 così come modificata dall’art. 51, comma 1, lettera a), punto 2.1, del DL n. 77/2021.

Il presente avviso, predisposto nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né un’offerta al pubblico (art. 1336 del codice civile) o promessa al pubblico (art. 1989 del codice civile), ma ha lo scopo di esplorare le possibilità offerte dal mercato al fine di affidare direttamente la fornitura.

L’indagine in oggetto non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali. Il presente avviso, pertanto, non vincola in alcun modo questa Stazione Appaltante che si riserva, comunque, di sospendere, modificare o annullare il presente avviso esplorativo e di non dar seguito al successivo procedimento di affidamento diretto, senza che i soggetti proponenti possano vantare alcuna pretesa.

I preventivi ricevuti si intenderanno impegnativi per il fornitore per un periodo di massimo 60 giorni di calendario, mentre non saranno in alcun modo impegnativi per la Stazione Appaltante, per la quale resta salva la facoltà di procedere o meno a successive e ulteriori richieste di offerte volte all’affidamento della fornitura in di cui all’oggetto.

OGGETTO DELLA FORNITURA

L’oggetto della fornitura è **ACCESSORI PER TANGENTIAL FLOW FILTRATION:**

POMPA PERISTALTICA:

Modello: MFLX07522-20-IT

Caratteristiche: Masterflex L/S Standard Digital Drives, massima velocità 600rpm, interfaccia digitale con grafica LCD che mostra le performance della pompa e le modalità operative, volume dispensato in ml, flusso da 0.001/0.006 a 3400 ml/min con tubi L/S. Deve includere cavi power cord, italian plug lunghezza 6 piedi (cod: MFLX50001-76)

Quantità: 3

TESTA POMPANTE E TUBAZIONE:

Modello: MFLX77200-60

Caratteristiche: Pump HEAD L/S Easy-Load II SS, rotore a quattro rulli per migliorare le prestazioni di pressione e la stabilità meccanica riducendo le pulsazioni, adatta per l'uso con tubi per pompe di precisione L/S

Quantità: 3

Modello: MFLX96400-25

Caratteristiche: tubazione per pompe, Masterflex, diametro interno 4,80mm, lunghezza 25 piedi

Quantità: 2

Modello: MFLX96400-18

Caratteristiche: tubazione per pompe, Masterflex, diametro interno 7,9mm, lunghezza 25 piedi

Quantità: 2

MANOMETRO E SENSORI DI PRESSIONE:

Modello: MFLX19406-05

Caratteristiche: manometro, PMAT3-BAR Pressure MAT, monitor/transmitter, display in bar, 3 pressure sensor inputs, un relay e 3 analog outputs

Quantità: 2

Modello: MFLX19406-27

Caratteristiche: manometro, single-use Pressure Sensor, non sterile, polysulfone, 1/4" Hose Barb, Pressione max: 75psi

Quantità: 6

Modello: MFLX31201-43

Caratteristiche: Masterflex, nylon clamp for sanitary fittings, white Knob $\frac{3}{4}$

Quantità: 6

Modello: MFLX41514-11

Caratteristiche: fitting kit

Quantità: 1

SUPPORTI PER CARTUCCE:

Modello: 241-0366

Caratteristiche: base per stativo In acciaio inox, antiscivolo, Con un foro filettato M10 sul lato frontale e una base regolabile, dimensione lastra 120x140mm

Quantità: 3

Modello: 241-0378

Caratteristiche: aste porta matracci, acciaio inossidabile, diametro 12mm, lunghezza 250mm

Quantità: 3

Modello: 241-7177

Caratteristiche: aste porta matracci, acciaio inossidabile, diametro 12mm, lunghezza 500mm

Quantità: 6

Modello: 241-0247

Caratteristiche: base per stativo In acciaio inox, thickness 10 mm.

Quantità: 3

Modello: 241-0371

Caratteristiche: morsetti, pressofusa in zinco per asta diametro massimo 16mm

Quantità: 9

Modello: 241-7431

Caratteristiche: pinza, pressofusa in zinco, larghezza di serraggio 0-40mm per asta 8mm

Quantità: 9

Modello: 245-1221

Caratteristiche: Piattaforme elevatrici da laboratorio, Foro M10, dimensioni lastra 120x140mm altezza di lavoro 60-243mm massima capacità di carico statico 30 kg

Quantità: 1

Tempi di consegna: 60 giorni

Il luogo di consegna ed installazione della fornitura è:

Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Biofisica U.O. Palermo

P.IVA 02118311006 – C.F. 80054330586

Via Ugo La Malfa, 153

90146-Palermo

REQUISITI

Possono inviare il proprio preventivo i soggetti di cui all'art. 45 comma 2 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. (nel seguito "Codice"), che:

- Non rientrino nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- *(Per i soggetti giuridici)* Siano iscritti in un registro secondo il disposto dall'art.83 comma 3 del Codice per attività inerenti l'oggetto del presente appalto;

VALORE DELL’AFFIDAMENTO

La Stazione Appaltante ha stimato per l’affidamento di cui all’oggetto un importo massimo pari ad € 23.000,00 oltre IVA.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO

I soggetti in possesso dei requisiti sopra indicati potranno inviare il proprio preventivo entro e non oltre il **giorno 31/03/2023** a mezzo PEC all’indirizzo protocollo.ibf@pec.cnr.it riportando in oggetto la seguente dicitura: **Partecipazione Avviso Indagine di Mercato 6-IBF/PA/PNRR/EBRAINS**, presentando la relazione tecnica descrittiva della proposta, il preventivo ed eventuali allegati: brochure, schede tecniche ecc. La relazione tecnica comprendente il preventivo dovrà essere sottoscritta digitalmente con firma qualificata da un legale rappresentante/procuratore in grado di impegnare il soggetto.

ESAME DEI PREVENTIVI

La Stazione Appaltante, nel caso in cui intenda procedere all’affidamento, provvederà ad esaminare le relazioni tecniche ed i preventivi ricevuti entro la scadenza.

L’individuazione dell’affidatario avverrà su base comparativa delle relazioni tecniche e dei preventivi, utilizzando i seguenti criteri, in ordine decrescente d’importanza:

- La rispondenza della proposta, in termini di caratteristiche/funzionalità tecniche, ai fini del soddisfacimento delle necessità della Stazione Appaltante;
- Economicità: l’elemento prezzo verrà preso in considerazione laddove le relazioni tecniche vengano considerate sostanzialmente equivalenti da un punto di vista tecnico.

Non saranno presi in considerazione preventivi di importo superiore a quanto stimato dalla Stazione Appaltante.

OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO

L’operatore economico individuato sarà tenuto, prima dell’invio della lettera ordine, a fornire la seguente documentazione:

- DGUE;
- Dichiarazione sostitutiva integrativa al DGUE;
- Dichiarazione DNSH;
- Patto di integrità;
- Comunicazione cc dedicato ai sensi della Legge 136/2010;
- Dichiarazione obblighi assunzionali;
- Dichiarazione titolare effettivo;
- Assolvimento dell’imposta di bollo;
- *PassOE* (Servizio FVOE, ANAC);

SUBAPPALTO

Non è consentito il subappalto delle prestazioni oggetto dell’affidamento.

CHIARIMENTI

Per eventuali richieste di natura tecnica l'operatore economico dovrà rivolgersi al referente della Stazione appaltante Dott. Mauro Manno all'indirizzo email mauro.manno@cnr.it

Per eventuali richieste relative a chiarimenti di natura procedurale/amministrativa l'operatore economico dovrà rivolgersi al referente della Stazione appaltante Sig.ra Rosanna Cascone all'indirizzo email rosanna.cascone@ibf.cnr.it

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati in conformità alla normativa vigente e in particolare al GDPR 2016/679 esclusivamente nell'ambito del presente avviso.

Il Direttore