



## AVVISO

**INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO VOLTA A RACCOGLIERE PREVENTIVI FINALIZZATI ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N.2 CENTRIFUGHE PREPARATIVE E N.5 ROTORI COMPATIBILI NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4: “Education and Research” COMPONENTE 2: from research to business INVESTIMENTO 3.1: “Fund for the realisation of an integrated system of research and innovation infrastructures” – PROGETTO: ITACA.SB – CUP B53C22001790006**

### PREMESSE E FINALITA’

La Stazione Appaltante **Istituto di Biologia e Patologia Molecolari del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IBPM-CNR)** intende procedere, a mezzo della presente indagine esplorativa, all’individuazione di un operatore economico a cui affidare eventualmente la fornitura di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della Legge n. 120/2020 così come modificata dall’art. 51, comma 1, lettera a), punto 2.1, del DL n. 77/2021.

Il presente avviso, predisposto nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né un’offerta al pubblico (art. 1336 del codice civile) o promessa al pubblico (art. 1989 del codice civile), ma ha lo scopo di esplorare le possibilità offerte dal mercato al fine di affidare direttamente la fornitura.

L’indagine in oggetto non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali. Il presente avviso, pertanto, non vincola in alcun modo questa Stazione Appaltante che si riserva, comunque, di sospendere, modificare o annullare il presente avviso esplorativo e di non dar seguito al successivo procedimento di affidamento diretto, senza che i soggetti proponenti possano vantare alcuna pretesa.

I preventivi ricevuti si intenderanno impegnativi per il fornitore per un periodo di massimo 60 giorni di calendario, mentre non saranno in alcun modo impegnativi per la Stazione Appaltante, per la quale resta salva la facoltà di procedere o meno a successive e ulteriori richieste di offerte volte all’affidamento della fornitura in di cui all’oggetto.

### OGGETTO DELLA FORNITURA

L’oggetto della fornitura è **n.2 centrifughe preparative e n.5 rotori** con esse compatibili, che abbiano le seguenti caratteristiche tecniche:

#### Caratteristiche tecniche delle centrifughe

- Nuove di fabbrica
- Forza centrifuga massima ( $\geq 80.000$  xg). Accuratezza della velocità  $\pm 10$  rpm
- Capacità massima: 6 litri
- Controllo della temperatura almeno da  $-10^{\circ}\text{C}$  a  $40^{\circ}\text{C}$ . Refrigerazione continua anche a fine corsa
- Dotazione di sistemi di sicurezza d’arresto della corsa in caso di sbilanciamento
- Bassa emissione acustica ( $< 60$  dBA)
- Apertura del coperchio tramite pedale
- Dotazione di display digitale e visualizzazione dei parametri operativi

### Caratteristiche tecniche dei rotori compatibili con le centrifughe sopra descritte:

a) n. 2 rotori ad angolo fisso in alluminio anodizzato a 8 posti aventi le seguenti specifiche tecniche:

- Velocità massima ( $\geq 25.000$  rpm)
- Forza centrifuga alla massima velocità: ( $\geq 75.000$  xg)
- Possibilità di centrifugare volumi diversi (50ml, 30ml, 15ml, 10ml, 8ml, 5ml, 1.5ml).

b) n. 2 rotori ad angolo fisso in alluminio anodizzato a 6 posti per bottiglie e tubi con volume massimo di 250ml con coperchio a doppia chiusura aventi le seguenti caratteristiche:

- Velocità massima ( $\geq 15.000$  rpm)
- Forza centrifuga alla massima velocità: ( $\geq 35.000$  xg)
- Possibilità di centrifugare volumi diversi (250ml, 50ml, 15ml, 7ml, 5ml, 4ml).

c) n.1 rotore ad angolo fisso in alluminio anodizzato a 6 posti per bottiglie con volume di 1000ml a doppia tenuta di sicurezza aventi le seguenti caratteristiche:

- Velocità massima ( $\geq 8.000$  rpm)
- Possibilità di centrifugare volumi diversi (1000ml, 500ml, 250ml, 50ml, 4ml).

Il luogo di consegna ed installazione della fornitura è la sede **dell'Istituto di Biologia e Patologia Molecolari del CNR situata presso il Dipartimento di Scienze Biochimiche dell'Università Sapienza di Roma (edificio CU027), Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma.**

La fornitura delle centrifughe dovrà includere installazione, collaudo e training.

Termini di consegna: **max 6 settimane dalla data di ricevimento dell'ordine.**

### REQUISITI

Possono inviare il proprio preventivo i soggetti di cui all'art. 45 comma 2 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. (nel seguito "Codice"), che:

- Non rientrino nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- (Per i soggetti giuridici) Siano iscritti in un registro secondo il disposto dall'art.83 comma 3 del Codice per attività inerenti all'oggetto del presente appalto;

### VALORE DELL'AFFIDAMENTO

La Stazione Appaltante ha stimato per l'affidamento di cui all'oggetto un importo massimo pari ad **€ 55.000 oltre IVA.**

### MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO

I soggetti in possesso dei requisiti sopra indicati potranno inviare il proprio preventivo entro e non oltre il giorno **14/07/2023** a mezzo PEC all'indirizzo **protocollo.ibpm@pec.cnr.it**, presentando la relazione tecnica descrittiva della proposta ed il preventivo [ed eventuali allegati: brochure, ...];

La relazione tecnica comprendente il preventivo dovrà essere sottoscritta digitalmente con firma qualificata da un legale rappresentante/procuratore in grado di impegnare il soggetto.

### ESAME DEI PREVENTIVI

La Stazione Appaltante, nel caso in cui intenda procedere all'affidamento, provvederà ad esaminare le relazioni tecniche ed i preventivi ricevuti entro la scadenza.

L'individuazione dell'affidatario avverrà su base comparativa delle relazioni tecniche e dei preventivi, utilizzando i seguenti criteri, in ordine decrescente d'importanza:

- La rispondenza della proposta, in termini di caratteristiche/funzionalità tecniche, ai fini del soddisfacimento delle necessità della Stazione Appaltante;
- Economicità: l'elemento prezzo verrà preso in considerazione laddove le relazioni tecniche vengano considerate sostanzialmente equivalenti da un punto di vista tecnico.

Non saranno presi in considerazione preventivi di importo superiore a quanto stimato dalla Stazione Appaltante.

### OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

L'operatore economico individuato sarà tenuto, prima dell'invio della lettera ordine, a fornire la seguente documentazione:

- DGUE;
- Dichiarazione sostitutiva integrativa al DGUE;
- [in alternativa ai 2 punti precedenti] Dichiarazione sostitutiva<sup>1</sup> senza DGUE;
- Dichiarazione DNSH;
- Patto di integrità;
- Comunicazione cc dedicato ai sensi della Legge 136/2010;
- Dichiarazione obblighi assunzionali;
- Dichiarazione titolare effettivo;
- Assolvimento dell'imposta di bollo;
- *PassOE* (Servizio FVOE, ANAC);

### SUBAPPALTO

Non è consentito il subappalto delle prestazioni oggetto dell'affidamento.

### CHIARIMENTI

Per eventuali richieste di natura tecnica relative alla fornitura e chiarimenti di natura procedurale/amministrativa l'operatore economico dovrà rivolgersi al referente della Stazione appaltante **Dott. Alessandro Giuffrè** all'indirizzo e-mail **alessandro.giuffre@cnr.it**.

---

<sup>1</sup> La scelta di quale alternativa applicare (DGUE + Dichiarazione integrativa oppure Dichiarazione sostitutiva) è rimessa alla Stazione appaltante



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero  
dell'Università  
e della Ricerca



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA



Consiglio Nazionale  
delle Ricerche

## TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati in conformità alla normativa vigente e in particolare al GDPR 2016/679 esclusivamente nell'ambito del presente avviso.

**Il Direttore**