

VERBALE VERIFICA CONFORMITÀ

AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI STEREOMICROSCOPIO NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA 2 DALLA RICERCA ALL'IMPRESA - INVESTIMENTO 1.4 NEXT GENERATION UE PROGETTO - CODICE IDENTIFICATIVO "CN00000041" DAL TITOLO "NATIONAL CENTER FOR GENE THERAPY AND DRUGS BASED ON RNA TECHNOLOGY", AREA "GENE THERAPY AND THERAPY BASED ON RNA TECHNOLOGY" - CUP B83C22002860006 – CPV 38518200-1- CIG 9933690450;

Importo € 16.250,00 oltre IVA
RUP Dott. Sandro De Falco

L'anno 2023, il 18 settembre, presso l'Istituto di Genetica e Biofisica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, il sottoscritto Dott. Sandro De Falco, in qualità di direttore dell'esecuzione del contratto, nominato con Determina di affidamento Prot. n. 198449 DEL 27-06-2023, procede alla verifica di conformità della fornitura di cui trattasi.

Si attesta che alla verifica di conformità non sono presenti i rappresentanti dell'esecutore.

Premesso:

- a) Che il RUP, in accordo con la Stazione Appaltante, ha ritenuto di non provvedere alla nomina di incaricati per l'effettuazione della verifica di conformità della fornitura, ritenendo che le competenze necessarie, anche in relazione alla complessità tecnologica della fornitura e alle operazioni di verifica, fossero del tutto soddisfatte;
- b) Che sono presenti le copie della documentazione di gara nonché copia del contratto;
- c) Che la documentazione acquisita di cui al precedente punto b) è stata esaminata, accertandone la completezza;
- d) Che è stato dato tempestivo avviso all'esecutore - Spett.le Leica Microsystems s.r.l. - del giorno della verifica di cui trattasi, affinché l'esecutore stesso potesse intervenire;
- e) Che la fornitura è stata consegnata il 29/08/2023;
- f) Che la fornitura è stata installata il 08/09/2023;
- g) Che nel presente verbale saranno descritti i rilievi, le singole operazioni, le verifiche compiute ed i risultati ottenuti.

Si procede quindi alle operazioni di verifica il cui esito è riportato nella tabella nel seguito riportata.

Caratteristica tecnica con valore offerto	Valore rilevato	Esito
Stereomicroscopio LEICA M125		
In fase di installazione e collaudo è stato già verificato che tutte le componenti dello stereomicroscopio sono state correttamente assemblate e risultavano tutte funzionanti. Si effettua una procedura di dissezione di un bulbo oculare murino allo scopo di isolare la RPE-coroide.	L'attrezzatura dimostra di avere tutte le caratteristiche richieste e ha consentito di eseguire la procedura di dissezione in maniera corretta.	OK

Le operazioni di verifica iniziate alle ore 10:30 si concludono alle ore 11:30 del giorno 18/09/2023.

Di quanto precede è stato redatto il presente verbale composto da n. 2 pagine.

Il RUP

Dott. Sandro De Falco



Antonio
Simeone
21.09.2023
09:48:45
GMT+00:00