



## VERBALE VERIFICA CONFORMITÀ

**AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI APPARECCHIATURA PER L'ACQUISIZIONE DI IMMAGINI DI ACIDI NUCLEICI E PROTEINE RILEVATI TRAMITE SUBSTRATI CHEMILUMINESCENTI E COLORIMETRICI NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 2 DALLA RICERCA ALL'IMPRESA - INVESTIMENTO 1.4 NEXT GENERATION UE - PROGETTO CODICE IDENTIFICATIVO "CN00000041" DAL TITOLO "NATIONAL CENTER FOR GENE THERAPY AND DRUGS BASED ON RNA TECHNOLOGY", AREA "GENE THERAPY AND THERAPY BASED ON RNA TECHNOLOGY" - CUP B83C22002860006 – CPV 38430000-8 CIG 99442037E9;**

Importo € 18.800,00 oltre IVA  
RUP Dott. Sandro De Falco

L'anno 2023, il giorno 20 del mese di ottobre, presso l'Istituto di Genetica e Biofisica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, il sottoscritto Dott. Sandro De Falco, in qualità di Responsabile del Procedimento, nominato con provvedimento di decisione a contrattare Prot. n. 203502 DEL 30-06-2023, procede alla verifica di conformità della fornitura di cui trattasi.

Si attesta che alla verifica di conformità è presente il rappresentante dell'esecutore dott.ssa Andrielly Agnellini.

Premesso:

- a) Che il RUP, in accordo con la Stazione Appaltante, ha ritenuto di non provvedere alla nomina di incaricati per l'effettuazione della verifica di conformità della fornitura, ritenendo che le competenze necessarie, anche in relazione alla complessità tecnologica della fornitura e alle operazioni di verifica, fossero del tutto soddisfatte;
- b) Che sono presenti le copie della documentazione di gara nonché copia del contratto;
- c) Che la documentazione acquisita di cui al precedente punto b) è stata esaminata, accertandone la completezza;
- d) Che la fornitura è stata consegnata il 12/09/2023;
- e) Che la fornitura è stata installata il 20/10/2023;
- f) Che nel presente verbale saranno descritti i rilievi, le singole operazioni, le verifiche compiute ed i risultati ottenuti.

Si procede quindi alle operazioni di verifica il cui esito è riportato nella tabella nel seguito riportata.

Caratteristica tecnica con valore offerto	Valore rilevato	Esito
Collegamento alla rete	Collegamento effettuato e funzionamento verificato	OK
Pratica con la membrana demo	Procedura completata	OK
Presentazione software	Procedura completata	OK
Analisi di 4 membrane di wester blot preparate dal cliente	Procedura completata	OK
Analisi Northern blot	Procedura completata	OK
Analisi di una membrana utilizzando il software	Procedura completata	OK

Le operazioni di verifica iniziate alle ore 09:30 si concludono alle ore 17:30 del giorno 20/10/2023.


Di quanto precede è stato redatto il presente verbale composto da n. 2 pagine.

Il RUP



Per l'Esecutore

dott.ssa Andrielly Agnellini.

 Antonio Simeone  
23.10.2023 12:37:45  
GMT+00:00