

GARA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D. LGS. N. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SPETTROMETRO DI MASSA TOF-ICP-MS AL PLASMA ACCOPPIATO INDUTTIVAMENTE CON TECNOLOGIA TEMPO DI VOLO E SISTEMA DI ABLAZIONE LASER AD ECCIMERI CON CELLA FAST WASH-OUT NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 3.1 - PROGETTO ITINERIS - CUP B53C22002150006 - CIG A004370785 – CUI F80054330586202300502

Chiarimento 2

Domanda n.2: * Relativamente alla tabella Criteri di Valutazione dell'Offerta Tecnica, par. 18.1, si chiede conferma che il valore riportato dal sub-criterio 6.2 sia minore e non maggiore ad 1 minuto in quanto, contrariamente, il sub-criterio 6.2 sarebbe identico al sub-criterio 6.1.

Risposta n.2: Si conferma che nella tabella indicata vi è una casella che reca un errore di segno. La casella in questione è la 6.2.

Il contenuto di essa deve essere integrato come segue:

"Possibilità di mantenere tempo di read-out < 80s in modo continuo per tempo < 1 minuto (invece dell'attuale > 1 minuto)".

6	SPETTROMETRO ICP-MS-TOF: TEMPO DI READ-OUT TIME <80µs	10	6.1	POSSIBILITA' DI MANTENERE TEMPO DI READ-OUT <80µs IN MODO CONTINUO PER TEMPO >1MINUTO	10
			6.2	POSSIBILITA' DI MANTENERE TEMPO DI READ-OUT <80µs IN MODO CONTINUO PER TEMPO <1MINUTO	2

IL RUP
Dott.ssa Irene Sannicandro