PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D. LGS. N. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STRUMENTAZIONE SCIENTIFICA SUDDIVISA IN SEI LOTTI FUNZIONALI, CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 3.1 – PROGETTO "SEE LIFE - STRENGTHENING THE ITALIAN INFRASTRUCTURE OF EURO-BIOIMAGING", AREA ESFRI "HEALTH AND FOOD", CONTRASSEGNATO DAL CODICE IDENTIFICATIVO "IR0000023 - CUP B53C22001810006
**GARA ASP N. 4336719**

**OGGETTO: Chiarimenti -** LOTTO 5 CIG B19A3C7B58 e LOTTO 6 CIG B19A3C8C2B

**QUESITO**
Cosa si intende precisamente per tensione regolabile in continuo da almeno 10kv fino a 100kv (paragrafi 2.5 e 2.6 del Capitolato tecnico)?

***RISPOSTA***
Si intende un'apparecchiatura in grado di operare in qualsiasi range di tensione operativa regolabile in continuo compreso nell'intervallo 10kv - 100kv estremi inclusi

*IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO*

ALBERTO DE ROSA
28.05.2024 17:04:02
UTC