

**VERBALE N° 2**  
**APERTURA, ESAME E VALUTAZIONE OFFERTE TECNICHE**

**OGGETTO: PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D. LGS. N. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA UHV PER DEPOSIZIONE DI METALLI E DI UN SISTEMA HV PER EVAPORAZIONE DI MATERIALI ORGANICI, SUDDIVISA IN DUE LOTTI FUNZIONALI, NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 3.1 PROGETTO NFFA-DI CUP B53C22004310006 LOTTO 1 CIG B0CA98F673 LOTTO 2 CIG B0CA990746**

Il giorno 17 aprile 2024 alle ore 15:00 si insedia e riunisce in seduta pubblica telematica (piattaforma Microsoft Teams) la Commissione giudicatrice nominata con provvedimento Prot. n. 0123165 del 12/04/2024, per procedere all'apertura delle offerte tecniche relative alla procedura di cui all'oggetto.

La Commissione è composta da:

- Dr. Ettore Sarnelli, Dirigente di ricerca I livello, matr. CNR 721, con funzione di Presidente;
- Dr. Fabio Chiarella, Tecnologo III livello, matr. CNR 12803, con funzione di commissario effettivo;
- Ing. Antonio Vettoliere, Ricercatore III livello, matr. CNR 14576, con funzione di commissario effettivo.

Assume il ruolo di segretario della Commissione il Dr. Marco Campani, già RUP del procedimento.

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti, alle ore 15:03 dichiara aperta la seduta, comunicando che gli operatori economici ammessi alla fase di valutazione tecnica, come da Verbale n° 1 del 10/04/2024, sono i seguenti:

Lotto	Denominazione concorrente
1	IONVAC PROCESS S.r.l. con sede legale in Viale Anchise 24, 00071 Pomezia (RM) – C.F. e P.IVA 06686081008
1	ELETTORAVA S.r.l. con sede legale in Via Don Sapino 176, 10078 Venaria Reale (TO) – C.F. e P.IVA 00472890011
2	IONVAC PROCESS S.r.l. con sede legale in Viale Anchise 24, 00071 Pomezia (RM) – C.F. e P.IVA 06686081008
2	ELETTORAVA S.r.l. con sede legale in Via Don Sapino 176, 10078 Venaria Reale (TO) – C.F. e P.IVA 00472890011

Il Segretario procede quindi, sulla piattaforma telematica di negoziazione:

- Ad attivare la seduta pubblica di apertura delle offerte tecniche per il Lotto 1;
- A prelevare la documentazione relativa all'offerta tecnica del concorrente IONVAC PROCESS S.r.l., nel seguito elencata, trasmettendola alla Commissione:

Concorrente	Documentazione offerta tecnica
IONVAC PROCESS S.r.l.	Offerta tecnica Lotto 1 CIG B0CA98F673- Camera UHV dep metalli sputtering-signed.pdf

La Commissione, rilevata la conformità della documentazione presentata rispetto alla *lex specialis*, chiude la seduta pubblica e procede con l'esame della documentazione e la valutazione dell'offerta del concorrente. Terminato l'esame la Commissione unanime ritiene di dover formulare le sottoelencate richieste di chiarimento, al fine di consentire la corretta interpretazione dell'offerta e comprendere la volontà dell'operatore economico:

N° 1) Con riferimento alla vs. Offerta, al punto A21 è indicato un "Sistema interno di riscaldamento IR ad irraggiamento diretto. Con lampade al quarzo, Unità di potenza a stato solido, termoregolatore gestito da microcontrollore PID, sensore di temperatura, passanti elettrici UHV"; non risulta chiaro se tale sistema sia da riferire alla «fornitura di fasce per il riscaldamento della camera ai fini del degassing dell'intera camera (temperatura massima di bake 150 °C)» di cui al paragrafo 2.1.1, punto 3) voce iii. del Capitolato tecnico. In caso affermativo si richiede di fornire elementi al fine di valutare l'equivalenza funzionale di tale sistema.

N° 2) Con riferimento alla vs. Offerta, punto A06, si richiede di specificare marca e modello di entrambe le pompe proposte.

La Commissione, pertanto, sospende la valutazione.

La Commissione riapre quindi la seduta pubblica; il Segretario preleva la documentazione relativa all'offerta tecnica del concorrente ELETTRORAVA S.r.l., nel seguito elencata, trasmettendola alla Commissione:

Concorrente	Documentazione offerta tecnica
ELETTRORAVA S.r.l.	o. Allegato 11 - Relazione tecnica.pdf.p7m
	p. Scheda DNSH n.3.pdf.p7m
	SPUTT_UNAP_0424_ITA.pdf.p7m

La Commissione, rilevata la conformità della documentazione presentata rispetto alla *lex specialis*, chiude la seduta pubblica e procede con l'esame della documentazione e la valutazione dell'offerta del concorrente. Terminato l'esame la Commissione unanime ritiene di dover formulare le sottoelencate richieste di chiarimento, al fine di consentire la corretta interpretazione dell'offerta e comprendere la volontà dell'operatore economico:

- N° 1) Con riferimento alla vs. Offerta SPUTT\_UNAP\_0424, punti 1. PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL SISTEMA e 2.1 DESCRIZIONE DELLA CAMERA DI DEPOSIZIONE DPC E RELATIVA STRUMENTAZIONE, si rileva una contraddizione relativamente al diametro (circa 500 mm / circa 400 mm) della camera di processo di deposizione. Al fine di chiarire la portata della vostra offerta si richiede di specificare quale sia il valore del diametro di cui trattasi effettivamente offerto.
- N° 2) Con riferimento alla vs. Offerta SPUTT\_UNAP\_0424, al punto 2.1 DESCRIZIONE DELLA CAMERA DI DEPOSIZIONE DPC E RELATIVA STRUMENTAZIONE è presente la seguente dicitura: "*Parte superiore della camera sollevabile tramite sollevatore pneumatico per l'accesso al caricamento dei substrati e per la manutenzione (sostituzione target, modifiche al piattello porta campioni, ...)*"; si richiede di chiarire quale tipologia di guarnizione sia prevista tra la parte sollevabile e la parte fissa del sistema.
- N° 3) Con riferimento alla vs. Offerta SPUTT\_UNAP\_0424, non si evince chiaramente la presenza dello strumento di controllo del flusso di gas di cui al paragrafo 2.1.1, punto 3), voci xii. e xiii. del Capitolato tecnico.

La Commissione, pertanto, sospende la valutazione.

Terminate le operazioni relative al Lotto 1, il Segretario procede quindi, sulla piattaforma telematica di negoziazione, ad attivare la seduta pubblica di apertura delle offerte tecniche per il Lotto 2 e a prelevare la documentazione relativa all'offerta tecnica del concorrente IONVAC PROCESS S.r.l., nel seguito elencata, trasmettendola alla Commissione:

Concorrente	Documentazione offerta tecnica
IONVAC PROCESS S.r.l.	Offerta tecnica Lotto 2 CIG B0CA990746-Camera HV per evaporazione di materiali organici-signed

La Commissione, rilevata la conformità della documentazione presentata rispetto alla *lex specialis*, chiude la seduta pubblica e procede con l'esame della documentazione e la valutazione dell'offerta del concorrente. Terminato l'esame la Commissione unanime ritiene di dover formulare le sottoelencate richieste di chiarimento, al fine di consentire la corretta interpretazione dell'offerta e comprendere la volontà dell'operatore economico:

- N° 1) Con riferimento alla vs. Offerta, punto B05, non si evince chiaramente il range di stabilità termica del sistema di termoregolazione integrato nel porta substrati asportabile di cui al paragrafo 2.2.1.4, punto 4), voce iv. del Capitolato tecnico.
- N° 2) Con riferimento alla vs. Offerta, punti B01 e B04, si rileva una contraddizione relativamente al numero di oblò per ispezione ottica effettivamente forniti: al punto B01 si indicano n° 2 oblò, mentre al punto B04 si indica n° 1 oblò. Si richiede pertanto di chiarire se l'oblò indicato al punto B04 sia ulteriore rispetto a quelle indicati al punto B01 ovvero di specificare chiaramente quanti oblò per ispezione ottica siano effettivamente offerti.
- N° 3) Con riferimento alla vs. Offerta, punto B07, si richiede di specificare marca e modello di entrambe le pompe proposte.

La Commissione, pertanto, sospende la valutazione dell'offerta; alle ore 18:30 la Commissione, prima di sospendere i lavori, concorda di tornare a riunirsi per l'esame dell'offerta del concorrente ELETTRORAVA S.r.l. il giorno 22 aprile 2024, alle ore 10:00.

\* \* \* \* \*

Alle ore 10:00 del giorno 22 aprile 2024 torna a riunirsi la Commissione per l'esame dell'offerta del concorrente ELETTRORAVA S.r.l. relativa al Lotto 2. In seduta pubblica, il Segretario preleva la documentazione relativa all'offerta tecnica, nel seguito elencata, trasmettendola alla Commissione:

Concorrente	Documentazione offerta tecnica
ELETTRORAVA S.r.l.	o. Allegato 11 - Relazione tecnica.pdf.p7m
	p. Scheda DNSH n.3.pdf.p7m
	EVTH_UNAP_0424_ITA.pdf.p7m

La Commissione, rilevata la conformità della documentazione presentata rispetto alla *lex specialis*, chiude la seduta pubblica e procede con l'esame della documentazione e la valutazione dell'offerta del concorrente. Terminato l'esame la Commissione unanime ritiene di dover formulare le sottoelencate richieste di chiarimento, al fine di consentire la corretta interpretazione dell'offerta e comprendere la volontà dell'operatore economico:

N° 1) Con riferimento alla vs. Offerta EVHT\_UNAP\_0424, punti 1. PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL SISTEMA e 2.1 DESCRIZIONE DELLA CAMERA DI DEPOSIZIONE DPC E RELATIVA STRUMENTAZIONE, si rileva una contraddizione relativamente al diametro (circa 500 mm / circa 400 mm) della camera di processo di deposizione. Al fine di chiarire la portata della vostra offerta si richiede di specificare quale sia il valore del diametro di cui trattasi effettivamente offerto.

N° 2) Con riferimento alla vs. Offerta EVHT\_UNAP\_0424, non si evince chiaramente la presenza degli schermi anti-inquinamento per il cross-talk delle sorgenti OLED di cui al paragrafo 2.2.1 punto 3) voce xii. del Capitolato tecnico ovvero di una soluzione equivalente alternativa al fine di prevenire il fenomeno del cross-talk.

La Commissione, pertanto, sospende la valutazione dell'offerta; alle ore 10:45 la Commissione sospende i lavori, dando mandato al RUP di trasmettere le richieste di chiarimento ai concorrenti.

Il RUP, visto l'art. 101, comma 3, del D. Lgs. 36/2023, considerato la presenza di festività infrasettimanali, informa la Commissione che utilizzerà il periodo massimo consentito (10 giorni) per le risposte.

\* \* \* \* \*

Alle ore 10:00 del giorno 10 maggio 2024 torna a riunirsi la Commissione per la prosecuzione dei lavori; in precedenza il RUP ha trasmesso alla Commissione le risposte pervenute, entro il termine fissato, alle richieste di chiarimento da parte dei concorrenti:

- IONVAC PROCESS S.r.l.: risposta pervenuta il 30/04/2024 ore 13:52;
- ELETTRORAVA S.r.l.: risposta pervenuta il 05/05/2024 ore 12:32.

La Commissione prende in esame la risposta pervenuta dal concorrente IONVAC PROCESS S.r.l. relativamente al Lotto 1; terminato l'esame la Commissione unanime ritiene l'offerta pienamente rispondente ai requisiti di cui al Capitolato tecnico e procede con l'attribuzione del punteggio tecnico, come da tabella:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	VALORE OFFERTO	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX
1	CARATTERISTICHE DEL PORTA CAMPIONI: REGOLAZIONE IN ALTEZZA DEL PORTA CAMPIONI DI $\pm 5$ CM RISPETTO ALLA DISTANZA ZERO DI 13 CM TRA SUBSTRATO E SORGENTE	NON PRESENTE		0
2	SPECIFICHE DEL SISTEMA: FORNITURA DELLA TERZA SORGENTE DI EVAPORAZIONE MAGNETRON DA 2" DOTATA DI SHUTTER INDIVIDUALE E DI UN SECONDO THICKNESS MONITOR	NON PRESENTE		0

3	CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA CAMERA: FORNITURA DI UNA VIEW-PORT CF100 AL POSTO DELLA CF 63 PER LA VISUALIZZAZIONE INTERNA DELLA CAMERA	PRESENTE		8
4	SPECIFICHE DEL SISTEMA: GATE VALVE PNEUMATICA TRA CAMERA E POMPA TURBOMOLECOLARE, REGOLABILE IN MODO CONTROLLATO (CIOE' STROZZABILE IN MODO CONTROLLATO)	PRESENTE		8
5	FORNITURA DI UN SISTEMA UPS PER LA WORKSTATION/PC DI CONTROLLO	NON PRESENTE		0
6	PROGETTO DELLA CAMERA	NON VALUTATO	0	
7	CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA CAMERA: FORNITURA DI UNA VIEW-PORT CF100 AL POSTO DELLA CF 63 PER LA VISUALIZZAZIONE DEL TRASFERIMENTO DEL CAMPIONE	PRESENTE		6
8	ESTENSIONE DELLA GARANZIA SUL SISTEMA DI POMPAGGIO	NESSUNA (PER COMPLESSIVI 12 MESI DI GARANZIA)		0
9	CARATTERISTICHE DEL PORTA CAMPIONI: FORNITURA DI ULTERIORI GHIERE PER IL POSIZIONAMENTO DELLE SHADOW MASKS, OLTRE QUELLE PREVISTE NEL CAPITOLATO	NON PRESENTE		0
10	ESTENSIONE DELLA GARANZIA SUGLI ALIMENTATORI	NESSUNA (PER COMPLESSIVI 12 MESI DI GARANZIA)		0
11	ESTENSIONE DELLA GARANZIA SULLE SORGENTI E SUI MISURATORI DI PRESSIONE	NESSUNA (PER COMPLESSIVI 12 MESI DI GARANZIA)		0
12	SPECIFICHE DEL SISTEMA: FORNITURA DELLA QUARTA SORGENTE DI EVAPORAZIONE MAGNETRON DA 2" DOTATA DI SHUTTER INDIVIDUALE	NON PRESENTE		0
13	ADOZIONE DI STRUMENTI DI CONCILIAZIONE DELLE ESIGENZE DI CURA, DI VITA E DI LAVORO PER I PROPRI DIPENDENTI, NONCHÉ MODALITÀ INNOVATIVE DI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO	2 STRUMENTI O MENO		0
14	POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE DI RESPONSABILITÀ SOCIALE ED ETICA SA 8000 O EQUIVALENTE	NON PRESENTE		0
15	PERCENTUALE DI DONNE IN RUOLI APICALI (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE / AMMINISTRATORE E DIRIGENTI)	INFERIORE AL 30%		0
PUNTEGGI TOTALI			0	22

Relativamente al criterio discrezionale n°6 la Commissione unanime assegna punteggio 0 poiché l’offerta non comprende progetti o altre modalità di descrizione della fornitura offerta che consentano di valutare flessibilità ed espandibilità della camera.

La Commissione prende in esame la Scheda DNSH n° 3 presentata in sede di gara dal concorrente, non rilevando inesattezze e/o incongruenze. Alla luce di quanto precede vengono assegnati 22 punti, quale somma dei punteggi discrezionali e tabellari, all’offerta tecnica del concorrente IONVAC PROCESS S.r.l. per il Lotto 1.

La Commissione prende quindi in esame la risposta pervenuta dal concorrente ELETTRORAVA S.r.l. relativamente al Lotto 1; terminato l’esame la Commissione unanime ritiene l’offerta pienamente rispondente ai requisiti di cui al Capitolato tecnico e procede con l’attribuzione del punteggio tecnico, come da tabella:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	VALORE OFFERTO	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX
1	CARATTERISTICHE DEL PORTA CAMPIONI: REGOLAZIONE IN ALTEZZA DEL PORTA CAMPIONI DI ± 5 CM RISPETTO ALLA DISTANZA ZERO DI 13 CM TRA SUBSTRATO E SORGENTE	NON PRESENTE		0
2	SPECIFICHE DEL SISTEMA: FORNITURA DELLA TERZA SORGENTE DI EVAPORAZIONE MAGNETRON DA 2" DOTATA DI SHUTTER INDIVIDUALE E DI UN SECONDO THICKNESS MONITOR	NON PRESENTE		0
3	CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA CAMERA: FORNITURA DI UNA VIEW-PORT CF100 AL POSTO DELLA CF 63 PER LA VISUALIZZAZIONE INTERNA DELLA CAMERA	NON PRESENTE		0
4	SPECIFICHE DEL SISTEMA: GATE VALVE PNEUMATICA TRA CAMERA E POMPA TURBOMOLECOLARE, REGOLABILE IN MODO CONTROLLATO (CIOE' STROZZABILE IN MODO CONTROLLATO)	NON PRESENTE		0

5	FORNITURA DI UN SISTEMA UPS PER LA WORKSTATION/PC DI CONTROLLO	NON PRESENTE		0
6	PROGETTO DELLA CAMERA	NON VALUTATO	0	
7	CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA CAMERA: FORNITURA DI UNA VIEW-PORT CF100 AL POSTO DELLA CF 63 PER LA VISUALIZZAZIONE DEL TRASFERIMENTO DEL CAMPIONE	NON PRESENTE		0
8	ESTENSIONE DELLA GARANZIA SUL SISTEMA DI POMPAGGIO	12 MESI DI ESTENSIONE (PER COMPLESSIVI 24 MESI DI GARANZIA)		3
9	CARATTERISTICHE DEL PORTA CAMPIONI: FORNITURA DI ULTERIORI GHIERE PER IL POSIZIONAMENTO DELLE SHADOW MASKS, OLTRE QUELLE PREVISTE NEL CAPITOLATO	NON PRESENTE		0
10	ESTENSIONE DELLA GARANZIA SUGLI ALIMENTATORI	12 MESI DI ESTENSIONE (PER COMPLESSIVI 24 MESI DI GARANZIA)		2
11	ESTENSIONE DELLA GARANZIA SULLE SORGENTI E SUI MISURATORI DI PRESSIONE	12 MESI DI ESTENSIONE (PER COMPLESSIVI 24 MESI DI GARANZIA)		1.5
12	SPECIFICHE DEL SISTEMA: FORNITURA DELLA QUARTA SORGENTE DI EVAPORAZIONE MAGNETRON DA 2" DOTATA DI SHUTTER INDIVIDUALE	NON PRESENTE		0
13	ADOZIONE DI STRUMENTI DI CONCILIAZIONE DELLE ESIGENZE DI CURA, DI VITA E DI LAVORO PER I PROPRI DIPENDENTI, NONCHÉ MODALITÀ INNOVATIVE DI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO	2 STRUMENTI O MENO		0
14	POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE DI RESPONSABILITÀ SOCIALE ED ETICA SA 8000 O EQUIVALENTE	NON PRESENTE		0
15	PERCENTUALE DI DONNE IN RUOLI APICALI (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE / AMMINISTRATORE E DIRIGENTI)	INFERIORE AL 30%		0
<b>PUNTEGGI TOTALI</b>			<b>0</b>	<b>6.5</b>

Relativamente al criterio discrezionale n°6 la Commissione unanime assegna punteggio 0 poiché l'offerta non comprende progetti o altre modalità di descrizione della fornitura offerta che consentano di valutare flessibilità ed espandibilità della camera.

La Commissione prende in esame la Scheda DNSH n° 3 presentata in sede di gara dal concorrente, non rilevando inesattezze e/o incongruenze. Alla luce di quanto precede vengono assegnati 6.5 punti, quale somma dei punteggi discrezionali e tabellari, all'offerta tecnica del concorrente ELETTRORAVA S.r.l. per il Lotto 1.

La Commissione prende in esame la risposta pervenuta dal concorrente IONVAC PROCESS S.r.l. relativamente al Lotto 2; terminato l'esame la Commissione unanime ritiene l'offerta pienamente rispondente ai requisiti di cui al Capitolato tecnico e procede con l'attribuzione del punteggio tecnico, come da tabella:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	VALORE OFFERTO	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX
1	SPECIFICHE DEL SISTEMA: FORNITURA DELLA TERZA SORGENTE DI EVAPORAZIONE CELLA DI KNUDSEN MUNITA DI SHUTTER INDIVIDUALE E DI UN SECONDO THICKNESS MONITOR	NON PRESENTE		0
2	SPECIFICHE DEL SISTEMA: GATE VALVE PNEUMATICA, AL POSTO DI UNA MANUALE PER LA SEPARAZIONE TRA CAMERA E POMPA TURBOMOLECOLARE	PRESENTE		12
3	CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA CAMERA: FORNITURA DI UNA VIEW-PORT CF100 AL POSTO DELLA CF 63 PER LA VISUALIZZAZIONE INTERNA DELLA CAMERA	PRESENTE		8
4	CARATTERISTICHE DEL PORTA CAMPIONI: REGOLAZIONE IN ALTEZZA DEL PORTA-CAMPIONI DI $\pm 8$ CM RISPETTO ALLA DISTANZA ZERO DI 40 CM TRA SUBSTRATO E SORGENTE NON REGOLABILE DALL'ESTERNO	PRESENTE		8
5	CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA CAMERA: FORNITURA DI UNA VIEW-PORT AGGIUNTIVA	PRESENTE – FLANGIA CONFLAT CF100		8
6	FORNITURA DI UN SISTEMA UPS PER LA WORKSTATION/PC DI CONTROLLO	NON PRESENTE		0
7	ESTENSIONE DELLA GARANZIA SUL SISTEMA DI POMPAGGIO	NESSUNA (PER COMPLESSIVI 12 MESI DI GARANZIA)		0
8	PROGETTO DELLA CAMERA	NON VALUTATO	0	



9	CARATTERISTICHE DEL PORTA CAMPIONI: FORNITURA DI ULTERIORI GHIERE PER IL POSIZIONAMENTO DELLE SHADOW-MASKS, OLTRE QUELLE PREVISTE NEL CAPITOLATO, DA CONCORDARE CON LA STAZIONE APPALTANTE	NON PRESENTE		0
10	ESTENSIONE DELLA GARANZIA SUGLI ALIMENTATORI	NESSUNA (PER COMPLESSIVI 12 MESI DI GARANZIA)		0
11	SPECIFICHE DEL SISTEMA: FORNITURA DELLA QUARTA SORGENTE DI EVAPORAZIONE CELLA DI KNUDSEN UNITA DI SHUTTER INDIVIDUALE	NON PRESENTE		0
12	ESTENSIONE DELLA GARANZIA SULLE SORGENTI E SUI MISURATORI DI PRESSIONE	NESSUNA (PER COMPLESSIVI 12 MESI DI GARANZIA)		0
13	ADOZIONE DI STRUMENTI DI CONCILIAZIONE DELLE ESIGENZE DI CURA, DI VITA E DI LAVORO PER I PROPRI DIPENDENTI, NONCHÉ MODALITÀ INNOVATIVE DI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO	2 STRUMENTI O MENO		0
14	POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE DI RESPONSABILITÀ SOCIALE ED ETICA SA 8000 O EQUIVALENTE	NON PRESENTE		0
15	PERCENTUALE DI DONNE IN RUOLI APICALI (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE / AMMINISTRATORE E DIRIGENTI)	INFERIORE AL 30%		0
<b>PUNTEGGI TOTALI</b>			<b>0</b>	<b>36</b>

Relativamente al criterio discrezionale n° 8 la Commissione unanime assegna punteggio 0 poiché l'offerta non comprende progetti o altre modalità di descrizione della fornitura offerta che consentano di valutare flessibilità ed espandibilità della camera.

La Commissione prende in esame la Scheda DNSH n° 3 presentata in sede di gara dal concorrente, non rilevando inesattezze e/o incongruenze. Alla luce di quanto precede vengono assegnati 36 punti, quale somma dei punteggi discrezionali e tabellari, all'offerta tecnica del concorrente IONVAC PROCESS S.r.l. per il Lotto 2.

La Commissione prende quindi in esame la risposta pervenuta dal concorrente ELETTRORAVA S.r.l. relativamente al Lotto 2; terminato l'esame la Commissione unanime ritiene l'offerta pienamente rispondente ai requisiti di cui al Capitolato tecnico e procede con l'attribuzione del punteggio tecnico, come da tabella:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	VALORE OFFERTO	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX
1	SPECIFICHE DEL SISTEMA: FORNITURA DELLA TERZA SORGENTE DI EVAPORAZIONE CELLA DI KNUDSEN MUNITA DI SHUTTER INDIVIDUALE E DI UN SECONDO THICKNESS MONITOR	NON PRESENTE		0
2	SPECIFICHE DEL SISTEMA: GATE VALVE PNEUMATICA, AL POSTO DI UNA MANUALE PER LA SEPARAZIONE TRA CAMERA E POMPA TURBOMOLECOLARE	NON PRESENTE		0
3	CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA CAMERA: FORNITURA DI UNA VIEW-PORT CF100 AL POSTO DELLA CF 63 PER LA VISUALIZZAZIONE INTERNA DELLA CAMERA	NON PRESENTE		0
4	CARATTERISTICHE DEL PORTA CAMPIONI: REGOLAZIONE IN ALTEZZA DEL PORTA-CAMPIONI DI $\pm 8$ CM RISPETTO ALLA DISTANZA ZERO DI 40 CM TRA SUBSTRATO E SORGENTE NON REGOLABILE DALL'ESTERNO	NON PRESENTE		0
5	CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA CAMERA: FORNITURA DI UNA VIEW-PORT AGGIUNTIVA	NON PRESENTE		0
6	FORNITURA DI UN SISTEMA UPS PER LA WORKSTATION/PC DI CONTROLLO	NON PRESENTE		0
7	ESTENSIONE DELLA GARANZIA SUL SISTEMA DI POMPAGGIO	12 MESI DI ESTENSIONE (PER COMPLESSIVI 24 MESI DI GARANZIA)		3
8	PROGETTO DELLA CAMERA	NON VALUTATO	0	
9	CARATTERISTICHE DEL PORTA CAMPIONI: FORNITURA DI ULTERIORI GHIERE PER IL POSIZIONAMENTO DELLE SHADOW-MASKS, OLTRE QUELLE PREVISTE NEL CAPITOLATO, DA CONCORDARE CON LA STAZIONE APPALTANTE	NON PRESENTE		0
10	ESTENSIONE DELLA GARANZIA SUGLI ALIMENTATORI	12 MESI DI ESTENSIONE (PER COMPLESSIVI 24 MESI DI GARANZIA)		2
11	SPECIFICHE DEL SISTEMA: FORNITURA DELLA QUARTA SORGENTE DI EVAPORAZIONE CELLA DI KNUDSEN UNITA DI SHUTTER INDIVIDUALE	NON PRESENTE		0

12	ESTENSIONE DELLA GARANZIA SULLE SORGENTI E SUI MISURATORI DI PRESSIONE	12 MESI DI ESTENSIONE (PER COMPLESSIVI 24 MESI DI GARANZIA)		1
13	ADOZIONE DI STRUMENTI DI CONCILIAZIONE DELLE ESIGENZE DI CURA, DI VITA E DI LAVORO PER I PROPRI DIPENDENTI, NONCHÉ MODALITÀ INNOVATIVE DI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO	2 STRUMENTI O MENO		0
14	POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE DI RESPONSABILITÀ SOCIALE ED ETICA SA 8000 O EQUIVALENTE	NON PRESENTE		0
15	PERCENTUALE DI DONNE IN RUOLI APICALI (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE / AMMINISTRATORE E DIRIGENTI)	INFERIORE AL 30%		0
PUNTEGGI TOTALI			0	6

Relativamente al criterio discrezionale n° 8 la Commissione unanime assegna punteggio 0 poiché l'offerta non comprende progetti o altre modalità di descrizione della fornitura offerta che consentano di valutare flessibilità ed espandibilità della camera.

La Commissione prende in esame la Scheda DNSH n° 3 presentata in sede di gara dal concorrente, non rilevando inesattezze e/o incongruenze. Alla luce di quanto precede vengono assegnati 6 punti, quale somma dei punteggi discrezionali e tabellari, all'offerta tecnica del concorrente ELETTRORAVA S.r.l. per il Lotto 2.

Avendo ultimato le operazioni la Commissione alle ore 12:45 conclude la fase di esame e valutazione delle offerte tecniche. Il presente verbale, che consta di 7 pagine, viene letto, confermato e sottoscritto.

La Commissione concorda di tornare a riunirsi per l'apertura, esame e valutazione delle offerte economiche il giorno 15 maggio 2024 alle ore 09:00. Di tale seduta verrà data comunicazione ai concorrenti.

Dr. Ettore Sarnelli (Presidente)

Dr. Fabio Chiarella (Commissario effettivo)

Ing. Antonio Vettoliere (Commissario effettivo)

Dr. Marco Campani (Segretario)