

CAPITOLATO TECNICO

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO, AI SENSI DELL'ART. 76, COMMA 2, LETTERA B, ELL'ART. 76, COMMA 2, LETTERA B, PUNTO 2 (INFUNGIBILITÀ), DEL D. LGS. 36/2023 DELLA FORNITURA DI UNO SPETTROMETRO DI MASSA IBRIDO TRIPLO QUADRUPOLO TRAPPOLA IONICA LINEARE MODELLO 6500+ QTRAP™ LC/MS/MS, ACCOPPIATO A SISTEMA DI SEPARAZIONE CROMATOGRAFICA AD ALTE PRESTAZIONI UHPLC DOTATO DI AUTO-CAMPIONATORE, TERMOSTATO PER COLONNA CON TECNOLOGIA DI SEPARAZIONE A MOBILITÀ DIFFERENZIALE SELEXION E RELATIVA GARANZIA NELL'AMBITO DEL PROGETTO UP-RISE (EU-AU PARTNERSHIP FOR RESILIENT, INCLUSIVE AND SAFE FOOD SYSTEMS FOR EVERYONE, HEUROPE GA 101136649) CIG B2B5B3087F

1.	DESCRIZIONE DELLA FORNITURA.....	3
1.1.	Descrizione del fabbisogno e del progetto.....	3
1.2.	Requisiti tecnici/funzionalità minime della fornitura	4
1.3.	Ulteriori caratteristiche obbligatorie della fornitura	6
2.	LUOGO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	7
3.	TERMINI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	7
4.	MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	7
4.1.	Avvio dell'esecuzione delle prestazioni	7
4.2.	Sospensione dell'esecuzione	7
4.3.	Ultimazione delle prestazioni	7
5.	PENALI.....	7
6.	MODALITÀ DI RESA	8
7.	ONERI ED OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO	8
8.	SICUREZZA SUL LAVORO	9
9.	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	9
10.	VERIFICA DI CONFORMITÀ.....	10
11.	FATTURAZIONE E PAGAMENTO	10
12.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	11
13.	RECESSO UNILATERALE	12
14.	RISERVATEZZA.....	12

1. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

1.1. DESCRIZIONE DEL FABBISOGNO E DEL PROGETTO

Nell'ambito delle attività previste dal progetto UP-RISE, coordinato dall'Università di Gent (Belgio) e che vede la partecipazione di 12 soggetti beneficiari da Europa e Africa, l'Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari del CNR di Bari si occuperà di ridurre la contaminazione alimentare, in particolare da micotossine, al fine di contribuire al miglioramento della sicurezza alimentare in Unione Africa (UA) e alla riduzione delle malattie zoonotiche e di origine alimentare.

Tra le attività fondamentali previste nel progetto, in particolare nel WP 3 e nel WP 4, in cui il CNR-ISPA è coinvolto come leader e co-leader, vi sono: 1) la generazione di dati sulla contaminazione da micotossine e metaboliti di interesse in cereali rilevanti nell'alimentazione in UA, al fine di comprendere le dinamiche della contaminazione fungina nelle regioni di interesse e fornire dati per lo sviluppo di modelli previsionali e sistemi di allerta precoce per la rivelazione della contaminazione da micotossine; 2) studiare il destino delle micotossine nei processi di fermentazione utilizzati per la produzione di alimenti a base di cereali e latte più ampiamente consumati nelle regioni di interesse delle UA.

Tali attività si realizzeranno sia mediante analisi quantitativa delle principali micotossine regolamentate, che richiede alta sensibilità e selettività in matrici complesse che mediante identificazione e caratterizzazione strutturale dei metaboliti prodotti in campo (come meccanismo di difesa della pianta) che durante i processi di fermentazione. Per tale scopo si intende acquisire un sistema costituito da un cromatografo liquido ad ultra elevate prestazioni accoppiato a spettrometro di massa a bassa risoluzione, basato su tecnologia a triplo quadrupolo, ad elevata sensibilità. Requisiti fondamentali della strumentazione in oggetto sono, oltre che la necessità di ottenere la massima sensibilità tipica della tecnologia triplo quadrupolo, la possibilità di effettuare frammentazioni degli ioni molecolari dei composti di interesse fino alla massa al cubo (scansioni MS/MS/MS) al fine di discriminare specie isobariche (e.s. isomeri strutturali o forme anomeriche dei composti di interesse o interferenti della matrice) non separabili mediante cromatografia sfruttando le differenze di mobilità ionica. Tale sistema, consentirebbe il potenziamento di altre attività di ricerca in corso di svolgimento presso il CNR-ISPA come, ad esempio, quelle che prevedono lo sviluppo di metodiche per la determinazione di pesticidi polari in matrici complesse ai limiti imposti dalla normativa vigente o la identificazione, caratterizzazione e quantificazione di biomarcatori di micotossine in campioni biologici che possono essere realizzate solo mediante spettrometria di massa ad elevata sensibilità. Tra gli spettrometri di massa a bassa risoluzione commercialmente disponibili, quelli che garantiscono le più elevate prestazioni in termini di sensibilità, robustezza e riproducibilità nell'analisi quantitativa sono quelli basati su tecnologia a triplo quadrupolo. Tra gli spettrometri di massa con tecnologia a triplo quadrupolo in commercio, l'unico che consente la separazione di molecole isobariche mediante mobilità ionica differenziale e di effettuare frammentazioni in massa al cubo è il sistema QTrap™ basato sull'impiego di un analizzatore di massa ibrido triplo quadrupolo - trappola ionica lineare equipaggiabile con dispositivo di separazione a mobilità differenziale. Tra gli spettrometri di massa con analizzatore ibrido triplo quadrupolo con trappola ionica lineare equipaggiabili con tecnologia di separazione a mobilità differenziale, ovvero i sistemi 5500+ QTrap™ e 6500+ QTrap™ quello che meglio si adatta alle finalità di progetto ed al relativo finanziamento disponibile è il sistema 6500+ QTrap™. Pertanto, per le finalità progettuali l'analizzatore da acquisire deve avere una tecnologia a triplo quadrupolo che consente la separazione di molecole isobariche mediante mobilità ionica differenziale e di effettuare frammentazioni in massa al cubo. Inoltre, per poter essere utilizzato correttamente per le attività previste dal Progetto UP - RISE deve essere interfacciato ad un sistema cromatografico liquido ad elevate prestazioni dotato di autocampionatore e forno colonna e software specifici di gestione ed elaborazione dati.

Pertanto la strumentazione da acquisire deve essere di ultima generazione, di nuova produzione e costituita da:

- 1) spettrometro di massa 6500+ QTrap™ equipaggiato con sorgente ESI e sistema SelexION+;
- 2) auto-campionatore e sistema UHPLC di separazione cromatografica ad alte prestazioni dotato di termostato per colonna;
- 3) Generatore di azoto con compressore integrato;
- 4) Banco di supporto con vano insonorizzato.

- 5) Specifico software di gestione e trattamento dei dati;
- 6) Formazione del personale e garanzia sull'intera apparecchiatura di 12 mesi.

1.2. REQUISITI TECNICI/FUNZIONALITÀ MINIME DELLA FORNITURA

Per il soddisfacimento delle esigenze è quindi necessario che la strumentazione oggetto di acquisizione garantisca le seguenti caratteristiche/funzionalità minime:

- Spettrometro di massa a bassa risoluzione ed elevata sensibilità con altre funzioni integrate:
 - Possibilità di effettuare esperimenti di Massa al cubo,
 - Possibilità di separazione in Mobilità ionica,
 - Velocità di scansione maggiore o uguale a 15000 amu/sec,
 - Polarity switching minore uguale a 25 millisecondi,
 - Sorgente compatibile con HESI e APCI,
 - Interfaccia di trasferimento ionico robusta (periodicità della pulizia)
- Sistema UHPLC di separazione cromatografica ad alte prestazioni:
 - Intervallo di flusso compreso tra 0,1 µl/min (0,0001 ml/min) a 10 mL/min con un'accuratezza di ± 1% ed una precisione di ≤0,06% della velocità di flusso impostata;
 - Pressione massima di esercizio di 130 MPa/1300 bar (3mL / min);
- Bancone di supporto con vano insonorizzato con le seguenti caratteristiche minime:
- Generatore di azoto a membrana con le seguenti caratteristiche minime:
 - Doppia uscita di azoto e aria ad elevata portata e purezza;
 - Flusso di azoto prodotto fino a 40 L/min con purezza fino a 99,8%;
 - Flusso di aria compressa prodotto fino a 40 L/min;
- Software di gestione strumentale ed analisi quantitative sviluppato per l'acquisizione e il processamento dei dati e Unità di acquisizione dei dati
- n°1 personal computer per la gestione e acquisizione dei dati
- Formazione del personale e garanzia sull'intera apparecchiatura di 12 mesi con estensione a 36 mesi ad esclusione della mobilità ionica differenziale

Configurazione richiesta UHPLC interfacciato a spettrometro di massa ibrido triplo quadrupolo trappola ionica lineare modello 6500+ QTRAP™ con tecnologia di separazione a mobilità differenziale SelexION

- Spettrometro di massa a bassa risoluzione ed elevata sensibilità con altre funzioni integrate:
 - Sorgente IonDrive™ Turbo V compatibile con la sonda TurbolonSpray o la sonda APCI;
 - Sonda TurbolonSpray, compatibile con flussi da 0,005 mL/min a 3 mL/min senza necessità di splitting, ideale per la quantificazione ad elevata sensibilità e ad elevati flussi;
 - Sonda APCI, compatibile con flussi da 0,2 a 3 mL/min;
 - Kit standard per la manutenzione della pompa;
 - Dispositivo per la separazione a mobilità differenziale. Il dispositivo dovrà comprendere la soluzione specifica per la calibrazione della sorgente a mobilità ionica.
 - Garanzia standard su parti e manodopera per un anno a partire dal completamento della installazione dello strumento. La garanzia include il servizio di monitoraggio remoto StatusScope e un servizio di manutenzione (PM) durante il periodo di garanzia di un anno;
- Sistema UHPLC di separazione cromatografica ad alte prestazioni:
 - Il cromatografo liquido dovrà essere in grado di operare sia con colonne HPLC classiche sia con colonne con impaccamento di dimensioni inferiori a 2µm (UHPLC);

- Il sistema di pompaggio dovrà essere a gradiente binario con miscelazione in alta pressione;
 - La pompa dovrà essere a doppio micro pistone (10 μ L), in parallelo, che consente basse pulsazioni e linea di base stabile. Deve comprendere un sistema di retrolavaggio dei pistoni;
 - Intervallo di flusso compreso tra 0,1 μ L/min (0,0001 ml/min) a 10 mL/min con un'accuratezza di $\pm 1\%$ ed una precisione di $\leq 0,06\%$ della velocità di flusso impostata;
 - Pressione massima di esercizio di 130 MPa/1300 bar (3mL / min);
 - Intervallo di pH 1-14;
 - Kit di lavaggio delle guarnizioni per ridurre al minimo la precipitazione di sale se vengono utilizzate fasi mobili tamponate;
 - Forno a circolazione d'aria con temperatura massima di esercizio di 100°C, in grado di ospitare anche colonne da 300 mm.
- Bancone di supporto con vano insonorizzato
 - Bancone di supporto sistema UHPLC-MS/MS con le seguenti caratteristiche minime:
 - Lunghezza maggiore di 180 cm;
 - Larghezza maggiore di 80 cm;
 - Capacità fino a 500 kg;
 - Sistema insonorizzato per pompa rotativa;
 - Sistema di estrazione calore con ventola;
 - Mobilità con ruote piroettanti bloccabili.
- Generatore di azoto a membrana NGA CASTORE XL (LNI) con le seguenti caratteristiche minime:
 - Compressore a spirale integrato;
 - Controllo elettronico del flusso;
 - Doppia uscita di azoto e aria ad elevata portata e purezza;
 - Flusso di azoto prodotto fino a 40 L/min con purezza fino a 99,8%;
 - Flusso di aria compressa prodotto fino a 40 L/min;
- Software di gestione strumentale ed analisi quantitative sviluppato per l'acquisizione e il processamento dei dati e per soddisfare gli standard di quantificazione High-throughput, che include un'interfaccia utente di tipo grafico che utilizza finestre multiple. Le prestazioni più importanti del software sono:
 - Controllo da computer delle ottiche ioniche, dell'elettronica dell'interfaccia e dei gas allo spettrometro e alle sorgenti, unitamente a tutto il controllo della parte LC
 - Tuning e calibrazione dello strumento include la ottimizzazione della risoluzione e la calibrazione delle masse in modalità automatica
 - Ottimizzazione in modalità automatica oppure manuale dei parametri "compound dependent", dei parametri della sorgente ed approntamento dei metodi di acquisizione "multiple compounds"
 - Unità di acquisizione dei dati
- n°1 personal computer con le seguenti caratteristiche minime:
 - Processore Intel Xeon W-2245 8 Core Processor (3.9GHz 4.7GHz Turbo HT 16.5MB)
 - Memoria RAM da 32 GB (2X16GB DDR4 3200MHZ RDIMM ECC)
 - Scheda Grafica ATI FirePro 2260 - 2 DP (2 DP-DVI adapters)
 - 2 Hard Disk da 2TB a stato solido (tecnologia SSD) configurati in modalità Raid 1
 - Masterizzatore 8X DVD+/- RW Slimline

- N°2 Monitor Dell LCD (27"), porte HDMI, DP e mini-DP (risoluzione 2560x1440)
 - 3 schede di rete PCIe x1 10/100/1000 BASE-TX Broadcom 5722
 - Tastiera e mouse forniti in dotazione
 - Sistema operativo Microsoft Windows 10 Enterprise
 - Microsoft Office 2016 Professional
- Formazione del personale e Garanzia di 12 mesi, comprensivi di una visita di manutenzione preventiva. Estensione della garanzia fino a 36 mesi per la strumentazione scientifica UHPLC-LC-MS/MS ad esclusione della SelexION+.
 - Gruppo di continuità UPS "Sentinel Tower 1000 A5" con le seguenti caratteristiche:
 - Controllo totale a microprocessore e DSP
 - Bypass statico e manuale senza interruzione
 - Potenza nominale: 10000 VA
 - Potenza attiva: 10000 W
 - Tensione 300/400/415 V (3W+N+PE) - 220/230/240 V (1W+N+PE)
 - Tolleranza di tensione 400 V \pm 20% / 230 V \pm 20%
 - Frequenza 50/60 Hz \pm 5
 - Fattore di potenza > 0.98
 - Immunità al fulmine 1 VDR x 300 J
 - Protezioni: sovracorrenti, cortocircuito, sovratensione, sottotensione, termica, eccessiva scarica della batteria
 - Rumorosità (a 1m): <48 [bBA] (Modalità ECO)

1.3. ULTERIORI CARATTERISTICHE OBBLIGATORIE DELLA FORNITURA

- a. **Consegna, installazione e assistenza alla verifica di conformità:** la strumentazione dovrà essere consegnata e installata come meglio specificato nei paragrafi "Luogo di esecuzione del contratto" e "Termini di esecuzione del contratto". L'Aggiudicatario dovrà garantire la consegna della strumentazione esente da difetti e perfettamente funzionante provvedendo altresì all'organizzazione del trasporto presso il luogo di consegna. L'Aggiudicatario dovrà fornire supporto ed assistenza, eventualmente anche da remoto, per la fase di verifica preliminare e messa in servizio della strumentazione nonché per la successiva fase di verifica di conformità.
- b. **Assistenza tecnica e manutenzione:** In caso di malfunzionamenti della strumentazione l'Aggiudicatario dovrà essere in grado di intervenire tempestivamente dalla segnalazione del guasto comunicato a mezzo PEC. Tale intervento è finalizzato alla immediata assistenza ed al ripristino delle funzionalità della strumentazione o, nel caso in cui ciò non sia possibile, alla valutazione del guasto e degli interventi necessari. L'Aggiudicatario dovrà garantire la disponibilità delle parti di ricambio almeno per 5 (cinque) anni successivi allo scadere della garanzia di legge.
- c. **Garanzia:** La fornitura dovrà essere garantita per 12 (dodici) mesi "on-site" dalla data dell'emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo. Tale garanzia deve comprendere le riparazioni o sostituzioni di parti (con esclusione delle parti c.d. "consumabili" chiaramente individuabili nella documentazione a corredo) necessarie al funzionamento ottimale della strumentazione. Qualora l'Aggiudicatario ritenga necessario un intervento *in situ* durante il periodo di validità della garanzia, devono ritenersi, inoltre, comprese nella garanzia le eventuali spese di trasferta ed i costi della manodopera dei tecnici presso la sede di consegna ed installazione. Per l'intero periodo di vigenza della garanzia, l'Aggiudicatario si impegna a fornire gratuitamente gli eventuali upgrade alle licenze software.
- d. **Spese:** L'offerta presentata in sede di gara dall'Aggiudicatario dovrà comprendere i costi inerenti al trasporto inclusi di assicurazione. Inoltre, dovrà comprendere, ove necessari, tutti i costi inerenti all'installazione, il supporto alla verifica di conformità nonché all'organizzazione ed effettuazione del programma di addestramento del personale della stazione appaltante. L'Aggiudicatario dovrà altresì provvedere se richiesto, a proprie spese, al ritiro e smaltimento degli imballaggi e dei materiali di risulta da effettuare nel pieno rispetto della normativa vigente.

2. LUOGO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La consegna ed installazione della fornitura dovrà essere effettuata presso:
Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari del CNR
Via Giovanni Amendola, 122/O,
70126 Bari.

3. TERMINI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Cronoprogramma delle prestazioni:

La strumentazione deve essere consegnata ed installata entro 60 giorni decorrenti dal giorno successivo della sottoscrizione del contratto. Il corso di formazione deve essere espletato entro 30 giorni dall'installazione.

4. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Al Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) già nominato in determina, sono attribuiti tutti i compiti di cui al CAPO II – Allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023 (nel seguito "Codice"). In particolare:

4.1. AVVIO DELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) appositamente nominato, sulla base delle disposizioni del Responsabile Unico del Progetto (RUP) dopo l'avvio del contratto fornirà all'Aggiudicatario tutte le istruzioni e direttive necessarie redigendo, laddove sia indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni, apposito verbale come meglio disciplinato all'art. 31, c.2, lett. c) dell'Allegato II.14 del Codice. È ammesso l'avvio del contratto nelle more della verifica dei requisiti previsti dal bando di gara/lettera d'invito, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a) della L. 120/2020.

4.2. SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscano in via temporanea l'esecuzione dell'appalto si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del Codice e all'art.8 dell'Allegato II.14 del Codice.

4.3. ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Ai sensi dell'art.31, comma 2, lettera n) dell'Allegato II.14 del Codice, dopo la comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, il DEC effettua, entro cinque giorni, i necessari accertamenti in contraddittorio e nei successivi cinque giorni elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni, da inviare al RUP, che ne rilascia copia conforme all'esecutore.

5. PENALI

Per ogni giorno solare di ritardo nell'esecuzione del presente appalto si applicherà una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale al netto dell'IVA, ai sensi dell'art. 126 del Codice.

Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l'Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 20 (venti) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo.

Ai sensi dell'art.47, comma 6 del Decreto-legge 77/2021, convertito in L. 108/2021, verrà applicata una penale calcolata in misura giornaliera pari all'1 ‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale complessivo in caso di ritardo nella consegna della certificazione e della relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 rispetto alla scadenza dei sei mesi dalla conclusione del Contratto (*per gli operatori tenuti a tale adempimento*).

La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 dell'art. 47 del Decreto-legge 77/2021, determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse

previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC.

Nell'ipotesi in cui l'importo delle penali applicabili superi l'importo pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale, al netto dell'IVA e dell'eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l'Amministrazione risolverà il contratto in danno all'Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno patito.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopra elencate saranno contestati all'Aggiudicatario per iscritto. L'Aggiudicatario dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano al Direttore dell'Esecuzione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio del CNR, a giustificare l'inadempienza, saranno applicate all'Aggiudicatario le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti alinea, l'Amministrazione si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del Contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

Fatto salvo quanto previsto ai precedenti alinea, l'Aggiudicatario si impegna espressamente a rifondere all'Amministrazione l'ammontare di eventuali oneri che il CNR dovesse applicare, anche per cause diverse da quelle di cui al presente articolo, a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.

Le penali verranno regolate dall'Amministrazione, o sui corrispettivi dovuti all'Aggiudicatario per le porzioni di appalto già eseguite oppure sulla garanzia definitiva. In quest'ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dall'Amministrazione.

6. MODALITÀ DI RESA

Per operatori economici appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, si applica la regola Incoterms 2020 - DPU (Delivered At Place Unloaded) presso il luogo di destinazione (sede di consegna) indicato al paragrafo § 3.1 del presente Capitolato tecnico.

Per operatori economici non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, si applica la regola Incoterms 2020 - DDP¹ (Delivered Duty Paid) presso il luogo di destinazione (sede di consegna) indicato al paragrafo § 3.1 del presente Capitolato tecnico. In aggiunta l'operatore economico è tenuto a provvedere allo scarico della merce nel luogo di destinazione, a sua cura e spesa.

Tutti gli operatori economici sono obbligati, incluso nel prezzo contrattuale d'appalto:

- A stipulare un contratto di assicurazione per la parte di trasporto sotto la loro responsabilità;
- All'installazione della fornitura ed ai servizi aggiuntivi indicati nel presente Capitolato tecnico.

7. ONERI ED OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'Aggiudicatario:

- Si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze della Stazione appaltante e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

¹ L'operatore economico ha l'obbligo di sdoganare la merce sia all'esportazione sia all'importazione, assumendosi il costo degli eventuali dazi all'importazione nonché delle spese accessorie. L'IVA rimane a carico della stazione appaltante.

- Rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dalla Stazione appaltante e/o da terzi.
- È direttamente responsabile dell'inosservanza delle clausole contrattuali anche se questa dovesse derivare dall'attività del personale dipendente di altre imprese a diverso titolo coinvolto.
- Deve avvalersi di personale qualificato in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro e da tutte le normative vigenti, in particolare in materia previdenziale, fiscale, di igiene ed in materia di sicurezza sul lavoro.
- Risponderà direttamente dei danni alle persone, alle cose o all'ambiente comunque provocati nell'esecuzione dell'appalto che possano derivare da fatto proprio, dal personale o da chiunque chiamato a collaborare. La Stazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale di cui si avvarrà l'Aggiudicatario nell'esecuzione del contratto. A tale scopo, a copertura dei rischi di Responsabilità civile verso terzi, l'Aggiudicatario è tenuto ad esibire idonea polizza assicurativa e a fornire numero di polizza e denominazione Compagnia assicurativa, prima della stipula del contratto.
- Si fa carico, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

L'Aggiudicatario è obbligato:

- Ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati;
- A comunicare le generalità del personale addetto e munirlo di apposito distintivo di riconoscimento applicato sulla divisa da lavoro;
- A rilasciare, inclusi nel prezzo, le schede, le note tecniche, i dépliant illustrativi della fornitura, i manuali di istruzione redatti in lingua italiana e/o in lingua inglese, in formato cartaceo ed elettronico, anche ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e le schede di manutenzione ordinaria e straordinaria, se applicabili. Inoltre, si obbliga ad aggiornare, ove necessario, i manuali e la documentazione per l'intero periodo di garanzia.

8. SICUREZZA SUL LAVORO

L'Aggiudicatario si assume la responsabilità per gli infortuni del personale addetto, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito.

La valutazione dei rischi propri dell'Aggiudicatario nello svolgimento della propria attività professionale resta a carico dello stesso, così come la redazione dei relativi documenti e la informazione/formazione dei propri dipendenti.

L'Aggiudicatario è tenuto a garantire il rispetto di tutte le normative riguardanti l'igiene e la sicurezza sul lavoro con particolare riferimento alle attività che si espletano presso l'Amministrazione.

In relazione alle risorse umane impegnate nelle attività oggetto del presente contratto, l'Aggiudicatario è tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente ed ai collaboratori.

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, l'Aggiudicatario è tenuto ad osservare gli obblighi retributivi e previdenziali previsti dai corrispondenti CCNL di categoria, compresi, se esistenti alla stipulazione del contratto, gli eventuali accordi integrativi territoriali.

Gli obblighi di cui al comma precedente vincolano l'Aggiudicatario anche qualora lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

9. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata la cessione del contratto ai sensi dell'art. 119, comma 1 del Codice.

Per quanto riguarda le ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti riguardanti l'Aggiudicatario, si applicano le disposizioni di cui all'art. 120, comma 1, lettera d) del Codice.

L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente al CNR ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura organizzativa.

10. VERIFICA DI CONFORMITÀ

La fornitura sarà oggetto di verifica di conformità da svolgersi conformemente a quanto previsto all'art. 36 dell'Allegato II.14 del Codice, al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, alle eventuali leggi di settore e alle disposizioni del Codice. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

La verifica di conformità è avviata entro trenta giorni dall'ultimazione della prestazione, salvo un diverso termine esplicitamente previsto dal contratto ed è conclusa entro il termine stabilito dal contratto e comunque non oltre sessanta giorni dall'ultimazione della prestazione. È effettuata direttamente dal RUP o dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto ovvero, nel caso di servizi e forniture caratterizzati da elevato contenuto tecnologico oppure da elevata complessità o innovazione è effettuata da un soggetto ovvero da una commissione composta da due o tre soggetti, in possesso della competenza tecnica necessaria in relazione al tipo di fornitura o servizio da verificare.

Durante le suddette operazioni, la Stazione Appaltante ha altresì la facoltà di chiedere all'Aggiudicatario tutte quelle prove atte a definire il rispetto delle specifiche tecniche e strumentali dichiarate e (solo per la fornitura di apparecchiature) quant'altro necessario a definire il buon funzionamento della fornitura.

Sarà rifiutata la fornitura difettosa o non rispondente alle prescrizioni tecniche richieste dal Capitolato tecnico e accettate in base all'offerta presentata in sede di gara dall'Aggiudicatario. L'esito positivo della verifica non esonera l'Aggiudicatario dal rispondere di eventuali difetti non emersi nell'ambito delle attività di verifica di conformità e successivamente riscontrati; tali difetti dovranno essere prontamente eliminati durante il periodo di garanzia.

Il certificato di verifica di conformità è sempre trasmesso dal soggetto che lo rilascia al RUP. Il RUP, ricevuto il certificato di verifica di conformità definitivo, lo trasmette all'esecutore, il quale lo sottoscrive nel termine di quindici giorni dalla sua ricezione, ferma restando la possibilità, in sede di sottoscrizione, di formulare eventuali contestazioni in ordine alle operazioni di verifica di conformità. Il RUP comunica al soggetto incaricato della verifica le eventuali contestazioni fatte dall'esecutore al certificato di conformità. Il soggetto incaricato della verifica di conformità riferisce, con apposita relazione riservata, sulle contestazioni fatte dall'esecutore e propone le soluzioni ritenute più idonee, ovvero conferma le conclusioni del certificato di verifica di conformità emesso.

11. FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale l'Aggiudicatario stabilito e/o identificato ai fini IVA in Italia emetterà fattura elettronica ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013, inviando il documento elettronico al Sistema di Interscambio che si occuperà di recapitare il documento ricevuto all'Amministrazione. In caso di Aggiudicatario straniero la fattura dovrà essere cartacea.

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche è soggetto all'applicazione del meccanismo dello "Split Payment".

È prevista un'anticipazione sul prezzo contrattuale pari al 20%² (venti per cento) da corrispondere all'Aggiudicatario, previa emissione di fattura con le modalità di cui al presente paragrafo, entro 15 (quindici) giorni solari dall'effettivo inizio della prestazione, sul conto corrente dedicato di cui alla tracciabilità dei flussi finanziari. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione

² Incrementabile fino al 30%

della anticipazione. L'importo dell'anticipazione sul prezzo, se corrisposto, viene progressivamente recuperato dalla Stazione Appaltante sui pagamenti relativi agli Stati di Avanzamento delle Prestazioni (nel seguito SAP).

Il pagamento della fattura relativa al saldo per un importo pari al 100% (cento per cento) dell'importo contrattuale avverrà entro 30 (trenta) giorni solari dalla data del Certificato di verifica di conformità con cui si autorizza l'Aggiudicatario all'emissione della corrispondente fattura. Nel caso in cui l'Aggiudicatario abbia ottenuto l'anticipazione sul prezzo contrattuale, il 100% dell'importo dell'anticipazione sarà recuperato sulla fattura relativa al saldo. Secondo quanto disposto dall'art.37, comma 6 dell'Allegato II.14 al Codice, il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione definitiva di cui all'articolo 117 del codice saranno effettuati a seguito dell'emissione del certificato di verifica di conformità definitivo, e dopo la risoluzione delle eventuali contestazioni sollevate dall'Aggiudicatario.

La fattura dovrà contenere i seguenti dati, pena il rifiuto della stessa:

- a. Intestazione: Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari del Consiglio Nazionale delle Ricerche;
- b. Il Codice Fiscale della Stazione appaltante: 80054330586 (in caso di Aggiudicatario italiano o straniero residente in Italia);
- c. La Partita IVA della Stazione appaltante: 02118311006 (in caso di Aggiudicatario straniero);
- d. Il riferimento al contratto (N° di protocollo e data);
- e. Il CIG: [B2B5B3087F];
- f. Il CUP: [B93D23000940006];
- g. Il CUU (Codice Unico Ufficio): [R3OZPE] (in caso di Aggiudicatario italiano o straniero residente in Italia);
- h. L'importo imponibile (in caso di Aggiudicatario italiano o straniero residente in Italia);
- i. L'importo dell'IVA (in caso di Aggiudicatario italiano o straniero residente in Italia);
- j. Esigibilità IVA "S" scissione dei pagamenti (in caso di Aggiudicatario italiano o straniero residente in Italia);
- k. L'importo totale della fattura;
- l. L'intestazione del contratto;
- m. Il codice IBAN del conto corrente dedicato
- n. Il Commodity Code (in caso di Aggiudicatario straniero).

Ai fini del pagamento del corrispettivo la Stazione Appaltante procederà alle verifiche di legge. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, il CNR tratterrà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi dell'articolo 11, comma 6 del Codice.

In attuazione dell'articolo 48-bis del DPR n. 602/1973 e s.m.i., recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, i pagamenti di importo superiore ad € 5.000,00 saranno effettuati previa verifica presso Agenzia delle Entrate-Riscossione del regolare pagamento delle cartelle esattoriali eventualmente notificate all'Impresa.

In sede di liquidazione della fattura potranno essere recuperate le spese per l'applicazione di eventuali penali di cui al paragrafo § 5; la Stazione Appaltante potrà sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali, i pagamenti all'Aggiudicatario cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali.

12. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In adempimento a quanto previsto dall'art. 122 del Codice la Stazione Appaltante risolverà il contratto nei casi e con le modalità ivi previste.

Per quanto non previsto nel presente paragrafo, si applicano le disposizioni di cui al Codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

In ogni caso si conviene che la Stazione Appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Aggiudicatario tramite posta elettronica certificata, nei seguenti casi:

- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante;
- nel caso in cui l'UTG competente rilasci la comunicazione/informazione antimafia interdittiva;
- nei casi di cui ai paragrafi relativi a:
 - o Penali;
 - o Oneri ed obblighi dell'Aggiudicatario;
 - o Sicurezza sul lavoro;
 - o Divieto di cessione del contratto-

13. RECESSO UNILATERALE

L'Amministrazione ha la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, alle condizioni previste dall'articolo 123 del Codice. In tal caso, l'Aggiudicatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito, secondo le condizioni ed il corrispettivo del contratto oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da formale comunicazione all'Aggiudicatario da darsi con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prenderà in consegna le forniture e ne verificherà la regolarità.

L'Aggiudicatario può chiedere il recesso dal contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile alla stessa, secondo le disposizioni del Codice civile (articoli 1218, 1256, 1463).

14. RISERVATEZZA

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere e di far mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'Aggiudicatario è, inoltre, responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di quest'ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, fermo restando il risarcimento, da parte dell'Aggiudicatario, di tutti i danni derivanti.

La violazione dei disposti del presente paragrafo, da parte sia dell'Aggiudicatario sia del proprio personale, costituirà uno dei motivi di giusta causa di risoluzione del contratto.