

CAPITOLATO TECNICO

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO, AI SENSI DELL'ART. 76, COMMA 2, LETTERA B, PUNTO 2 (INFUNGIBILITÀ), DEL D. LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNA PIATTAFORMA ANALITICA PER L'IDENTIFICAZIONE RAPIDA DI MICRORGANISMI TRAMITE SPETTROMETRIA DI MASSA MALDI-TOF NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.4 POTENZIAMENTO STRUTTURE DI RICERCA E CREAZIONI DI "CAMPIONI NAZIONALI DI R&S" SU ALCUNE KEY ENABLING TECHNOLOGIES PROGETTO AGRITECH CUP B83C22002840001

1.	<u>DESCRIZIONE DELLA FORNITURA</u>	3
	<u>Descrizione del fabbisogno e del progetto</u>	3
	<u>Requisiti tecnici/funzionalità minime della fornitura</u>	3
	<u>Ulteriori caratteristiche obbligatorie della fornitura</u>	5
2.	<u>LUOGO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO</u>	5
3.	<u>TERMINI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO</u>	5
4.	<u>MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO</u>	5
	<u>Avvio dell'esecuzione delle prestazioni</u>	6
	<u>Sospensione dell'esecuzione</u>	6
	<u>Ultimazione delle prestazioni</u>	6
5.	<u>PENALI</u>	6
6.	<u>MODALITÀ DI RESA</u>	7
7.	<u>ONERI ED OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO</u>	7
8.	<u>SICUREZZA SUL LAVORO</u>	8
9.	<u>DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO</u>	8
10.	<u>VERIFICA DI CONFORMITÀ</u>	9
11.	<u>FATTURAZIONE E PAGAMENTO</u>	9
12.	<u>RISOLUZIONE DEL CONTRATTO</u>	9
13.	<u>RECESSO UNILATERALE</u>	10
14.	<u>RISERVATEZZA</u>	10

1. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

1.1 DESCRIZIONE DEL FABBISOGNO E DEL PROGETTO

Nell'ambito delle attività previste dal Progetto "AGRITECH - National Center for Technology in Agriculture" l'Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari (CNR-ISPA) intende acquisire una piattaforma analitica per l'identificazione rapida e tipizzazione fenotipica di microrganismi tramite spettrometria di massa che comprende: i) spettrometro di massa MALDI-TOF (Matrix Assisted Laser Desorption Ionization - Time of Flight), ii) software per la gestione dello strumento, l'elaborazione dei dati sperimentali e la ricerca in banche dati dedicate, iii) banche dati che includono spettri di massa di riferimento di specie microbiche.

Per le esigenze del progetto, la piattaforma analitica deve consentire: i) l'identificazione rapida di microrganismi, in particolare batteri Gram positivi, batteri Gram negativi, lieviti e funghi filamentosi, utilizzando profili molecolari ottenuti mediante spettrometria di massa MALDI-TOF; ii) l'acquisizione di spettri di massa in modalità sia positiva che negativa, necessarie per poter analizzare diverse componenti cellulari delle specie microbiche; iii) la discriminazione inter- e intra-specifica dei diversi microrganismi; iv) l'implementazione delle banche dati degli spettri di massa di riferimento e la creazione di nuove e specifiche librerie di spettri di massa.

Questa strumentazione verrà utilizzata nell'ambito del progetto AGRITECH per l'identificazione e la caratterizzazione di microrganismi di interesse agro-alimentare e l'analisi delle collezioni di microrganismi di CNR-ISPA.

Ai fini dell'interazione con i Partners coinvolti nel progetto AGRITECH, nell'ambito del quale è in corso un'attività di ricerca congiunta che prevede la selezione e l'utilizzo di ceppi microbici in campo agro-alimentare, per permettere l'interscambio di spettri di massa di ceppi batterici di particolare interesse, consentendone una migliore efficienza di utilizzo. La piattaforma analitica da acquisire viene individuata nel MALDI Biotyper® Sirius RUO – Bruker perché l'unica che può garantire la condivisione del database di spettri di massa con altre UO nell'ambito del progetto AGRITECH.

1.2 REQUISITI TECNICI/FUNZIONALITÀ MINIME DELLA FORNITURA

Per il soddisfacimento delle esigenze è quindi necessario che la strumentazione oggetto di acquisizione garantisca le seguenti caratteristiche/funzionalità minime:

Caratteristiche tecniche minime individuate per lo Spettrometro di massa MALDI-TOF:

- Spettrometro di massa con sorgente MALDI e analizzatore TOF operante in modalità lineare
 - Range di massa: 0-500 kDa
 - Lunghezza del tempo di volo (TOF) di almeno 90 cm
 - Risoluzione di massa (Peptide) ≥ 2000 per Bombesina (m/z 1,619) FWHM
 - Risoluzione ampi range di massa per proteine
 - ≥ 400 per Insulina (m/z 5,734) FWHM
 - ≥ 600 per Myoglobin M2+ (m/z 8,476) FWHM
 - ≥ 700 per Cytochrome C (m/z 12,361) FWHM
 - ≥ 800 per Myoglobin (m/z 16,952) FWHM
 - Accuratezza di massa (miscela proteine)
 - Con calibrante esterno: < 200 ppm
 - Con calibrante interno: < 150 ppm
- Misure e peso massimi: L x W x H: 500 x 800 x 1100 mm
- Temperatura di esercizio: fino a 30 °C.
- possibilità di acquisizione in modalità negativa per lo studio di diverse componenti cellulari (fornire bibliografia di recente pubblicazione – ultimi 5 anni comprovante l'utilizzo di tale modalità e le possibili comprovate applicazioni).
- Disponibilità di un sistema di ottimizzazione automatica delle condizioni di acquisizione degli spettri di massa senza intervento dell'operatore.
- Disponibilità di un sistema per la standardizzazione del processo di cristallizzazione della matrice nella fase di preparazione del campione.
- Disponibilità di un sistema integrato di pulizia automatica e periodica della sorgente (senza intervento di un tecnico specializzato) mediante laser a infrarossi posizionato all'interno della sorgente stessa.

- Disponibilità di uno standard di calibrazione composto da una opportuna miscela di proteine batteriche estratte, liofilizzate e senza necessità di sub-coltura in piastra.

Le caratteristiche minime individuate per il software per la gestione della piattaforma analitica e per l'identificazione e classificazione di microrganismi e librerie di spettri di massa di riferimento:

- Disponibilità di un software per l'acquisizione e l'elaborazione dei dati sperimentali e per l'identificazione e classificazione di microrganismi.
- Disponibilità di un software per l'analisi statistica dei dati sperimentali (PCA, cluster analysis, etc.).
- Disponibilità di un software per l'implementazione delle banche dati fornite dal produttore, la creazione di database customizzati esportabili ossia implementazione autonoma da parte dell'utente senza necessità di intervento da parte della ditta produttrice.
- Disponibilità di una libreria locale che include spettri di massa di riferimento per almeno 4000 specie microbiche implementata in maniera significativa nel tempo dalla ditta produttrice (in numero di specie e non spettri)
- Disponibilità di una libreria dedicata per il riconoscimento di funghi filamentosi, e lieviti.
- Disponibilità di una versione del software di elaborazione dati e librerie da installare su un secondo PC.
- Disponibilità di un software che consenta di differenziare tra specie microbiche filogeneticamente vicine (ad esempio, *Listeria monocytogenes*, *L. ivanovii*, *L. welshimeri*, *L. innocua* e *L. seeligeri*) o tra diversi sierogruppi/biotipi della stessa specie (ad esempio ceppi MRSA in *S. aureus*) (biotipizzazione).
- Possibilità di differenziazione di *E. coli* da *Shigella sonnei* e *Shigella flexneri* tramite profilo lipidico (fornire bibliografia di recente pubblicazione comprovante l'utilizzo della strumentazione a tale scopo)
- Metodo combinato per la rilevazione automatica real-time, senza l'intervento dell'operatore, di marcatori di resistenza ai carbapenemi quali KPC negli Enterobatteri e *cfiA* +/- in *Bacillus fragilis*.
- Sistema validato per la conferma di a) *Cronobacter* spp., b) *Salmonella* spp.; c) *Campylobacter*; d) *Listeria* spp. e *Listeria monocytogenes* (fornire certificazione).
- Disponibilità di un software che consenta di differenziare batteri Gram negativi con specifiche resistenze agli antibiotici tramite profilo lipidico.
- Disponibilità di software interfacciabile atto alla caratterizzazione/tipizzazione microbica fenotipica.
- Possibilità di interscambio degli spettri di massa con altri gruppi di ricerca nazionali ed internazionali del settore al fine di implementare la banca dati con nuove specie batteriche o di riferimento.

Accessori necessari per la fase di installazione e collaudo dello spettrometro di massa MALDI-TOF:

- Piastre per MALDI TOF sia monouso che in acciaio (riutilizzabili) dotate di codice a barre (con relativo holder, se necessario).
- Matrice di cristallizzazione (HCCA).
- Standard di calibrazione composto da miscela di proteine batteriche estratte, liofilizzate e senza necessità di sub-coltura in piastra. Bacterial Test Standard.

Personal computer, monitor e stampante: Il sistema dovrà comprendere: un personal computer di ultima generazione con caratteristiche tali da supportare i software di gestione ed elaborazione dati previsti e completo di sistema operativo di ultima generazione, ii) monitor, stampante, tastiera e mouse, cavi di collegamento.

Gruppo di continuità UPS (Uninterruptible power supply): il sistema dovrà comprendere un Gruppo di continuità UPS in grado di proteggere lo strumento da picchi di tensione, sovratensioni, variazioni di frequenza, cadute di tensione, micro-interruzioni, mancanza di rete (blackout) interferenze, rumori e fenomeni transitori.

La fornitura deve comprendere:

- Manuale di pre-installazione con tutte le indicazioni necessarie per una corretta installazione
- Certificazioni di conformità e sicurezza per la sicurezza e tutela ambientale
- Consegna al piano (primo piano di uno stabile senza montacarichi)
- Installazione, verifica delle specifiche tecniche, collaudo e training al personale

La strumentazione richiesta dovrà essere nuova, di ultima generazione, e dotata di tutte le parti ed accessori d'uso indispensabili per il suo completo e corretto funzionamento e per la relativa gestione dei dati; non verrà accettata strumentazione usata oppure utilizzata per scopi dimostrativi.

Training al personale. L'aggiudicatario dovrà garantire un corso di addestramento all'uso ed alla manutenzione ordinaria della strumentazione (formazione di base) di durata minima di 2 giorni. La formazione dovrà essere erogata in presenza presso la sede di consegna ed installazione, da personale specializzato, secondo un calendario che dovrà essere concordato con la stazione appaltante. Al termine dell'attività di formazione tecnica dovrà essere rilasciato, a ciascuna unità di personale partecipante, idoneo attestato di partecipazione al corso.

1.3 ULTERIORI CARATTERISTICHE OBBLIGATORIE DELLA FORNITURA

- a. **Consegna, installazione e assistenza alla verifica di conformità:** la strumentazione dovrà essere consegnata e installata come meglio specificato nei paragrafi "Luogo di esecuzione del contratto" e "Termini di esecuzione del contratto". L'Aggiudicatario dovrà garantire la consegna della strumentazione esente da difetti e perfettamente funzionante provvedendo altresì all'organizzazione del trasporto presso il luogo di consegna. L'Aggiudicatario dovrà fornire supporto ed assistenza, eventualmente anche da remoto, per la fase di verifica preliminare e messa in servizio della strumentazione nonché per la successiva fase di verifica di conformità.
- b. **Assistenza tecnica e manutenzione:** In caso di malfunzionamenti della strumentazione l'Aggiudicatario dovrà essere in grado di intervenire tempestivamente dalla segnalazione del guasto comunicato a mezzo PEC. Tale intervento è finalizzato alla immediata assistenza ed al ripristino delle funzionalità della strumentazione o, nel caso in cui ciò non sia possibile, alla valutazione del guasto e degli interventi necessari. L'Aggiudicatario dovrà garantire la disponibilità delle parti di ricambio almeno per 5 (cinque) anni successivi allo scadere della garanzia di legge.
- c. **Garanzia:** La garanzia (full risk) fornita dall'aggiudicatario dovrà coprire un periodo di almeno 36 mesi dalla data dal superamento della verifica di conformità della strumentazione. Tale garanzia deve comprendere le riparazioni o sostituzioni di parti (con esclusione delle parti c.d. "consumabili" chiaramente individuabili nella documentazione a corredo) necessarie al funzionamento ottimale della strumentazione. Qualora l'Aggiudicatario ritenga necessario un intervento *in situ* durante il periodo di validità della garanzia, devono ritenersi, inoltre, comprese nella garanzia le eventuali spese di trasferta ed i costi della manodopera dei tecnici presso la sede di consegna ed installazione. Per l'intero periodo di vigenza della garanzia, l'Aggiudicatario si impegna a fornire gratuitamente gli eventuali upgrade alle licenze software. Nel periodo in cui la strumentazione sarà coperta da garanzia, sarà assicurato l'aggiornamento delle librerie di spettri di massa realizzate dalla ditta produttrice.
- d. **Spese:** L'offerta presentata in sede di gara dall'Aggiudicatario dovrà comprendere i costi inerenti al trasporto inclusi di assicurazione. Inoltre, dovrà comprendere, ove necessari, tutti i costi inerenti all'installazione, il supporto alla verifica di conformità nonché all'organizzazione ed effettuazione del programma di addestramento del personale della stazione appaltante. L'Aggiudicatario dovrà altresì provvedere se richiesto, a proprie spese, al ritiro e smaltimento degli imballaggi e dei materiali di risulta da effettuare nel pieno rispetto della normativa vigente.

2. LUOGO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La consegna ed installazione della fornitura dovrà essere effettuata presso l'Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari del CNR, Milano Via Celoria 2, 20133 – Primo Piano

3. TERMINI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Cronoprogramma delle prestazioni:

La strumentazione dovrà essere consegnata entro 60 giorni dall'invio dell'ordine

4. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) è stato nominato nella Decisione a Contattare. Sono attribuiti al DEC tutti i compiti di cui al CAPO II – Allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023 (nel seguito "Codice"). In particolare:

4.1 AVVIO DELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) appositamente nominato, sulla base delle disposizioni del Responsabile Unico del Progetto (RUP) dopo l'avvio del contratto fornirà all'Aggiudicatario tutte le istruzioni e direttive necessarie redigendo, laddove sia indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni, apposito verbale come meglio

disciplinato all'art. 31, c.2, lett. c) dell'Allegato II.14 del Codice. È ammesso l'avvio del contratto nelle more della verifica dei requisiti previsti dal bando di gara/lettera d'invito, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a) della L. 120/2020.

4.2 SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscano in via temporanea l'esecuzione dell'appalto si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del Codice e all'art.8 dell'Allegato II.14 del Codice.

4.3 ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Ai sensi dell'art.31, comma 2, lettera n) dell'Allegato II.14 del Codice, dopo la comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, il DEC effettua, entro cinque giorni, i necessari accertamenti in contraddittorio e nei successivi cinque giorni elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni, da inviare al RUP, che ne rilascia copia conforme all'esecutore.

5. PENALI

Per ogni giorno solare di ritardo nell'esecuzione del presente appalto si applicherà una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale al netto dell'IVA, ai sensi dell'art. 126 del Codice.

Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l'Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 20 (venti) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo.

Ai sensi dell'art.47, comma 6 del Decreto-legge 77/2021, convertito in L. 108/2021, verrà applicata una penale calcolata in misura giornaliera pari all'1 ‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale complessivo in caso di ritardo nella consegna della certificazione e della relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 rispetto alla scadenza dei sei mesi dalla conclusione del Contratto (*per gli operatori tenuti a tale adempimento*).

La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 dell'art. 47 del Decreto-legge 77/2021, determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC.

Nell'ipotesi in cui l'importo delle penali applicabili superi l'importo pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale, al netto dell'IVA e dell'eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l'Amministrazione risolverà il contratto in danno all'Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno patito.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopra elencate saranno contestati all'Aggiudicatario per iscritto. L'Aggiudicatario dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano al Direttore dell'Esecuzione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio del CNR, a giustificare l'inadempienza, saranno applicate all'Aggiudicatario le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti alinea, l'Amministrazione si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del Contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

Fatto salvo quanto previsto ai precedenti alinea, l'Aggiudicatario si impegna espressamente a rifondere all'Amministrazione l'ammontare di eventuali oneri che il CNR dovesse applicare, anche per cause diverse da quelle di cui al presente articolo, a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.

Le penali verranno regolate dall'Amministrazione, o sui corrispettivi dovuti all'Aggiudicatario per le porzioni di appalto già eseguite oppure sulla garanzia definitiva. In quest'ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dall'Amministrazione.

6. MODALITÀ DI RESA

Per operatori economici appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, si applica la regola Incoterms 2020 - DPU (Delivered At Place Unloaded) presso il luogo di destinazione (sede di consegna) indicato nel presente Capitolato tecnico.

Per operatori economici non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, si applica la regola Incoterms 2020 - DDP¹ (Delivered Duty Paid) presso il luogo di destinazione (sede di consegna) indicato nel presente Capitolato tecnico. In aggiunta l'operatore economico è tenuto a provvedere allo scarico della merce nel luogo di destinazione, a sua cura e spesa.

Tutti gli operatori economici sono obbligati, incluso nel prezzo contrattuale d'appalto:

- A stipulare un contratto di assicurazione per la parte di trasporto sotto la loro responsabilità;
- All'installazione della fornitura ed ai servizi aggiuntivi indicati nel presente Capitolato tecnico.

7. ONERI ED OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'Aggiudicatario:

- Si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze della Stazione appaltante e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.
- Rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dalla Stazione appaltante e/o da terzi.
- È direttamente responsabile dell'inosservanza delle clausole contrattuali anche se questa dovesse derivare dall'attività del personale dipendente di altre imprese a diverso titolo coinvolto.
- Deve avvalersi di personale qualificato in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro e da tutte le normative vigenti, in particolare in materia previdenziale, fiscale, di igiene ed in materia di sicurezza sul lavoro.
- Risponderà direttamente dei danni alle persone, alle cose o all'ambiente comunque provocati nell'esecuzione dell'appalto che possano derivare da fatto proprio, dal personale o da chiunque chiamato a collaborare. La Stazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale di cui si avvarrà l'Aggiudicatario nell'esecuzione del contratto. A tale scopo, a copertura dei rischi di Responsabilità civile verso terzi, l'Aggiudicatario è tenuto ad esibire idonea polizza assicurativa e a fornire numero di polizza e denominazione Compagnia assicurativa, prima della stipula del contratto.
- Si fa carico, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

L'Aggiudicatario è obbligato:

- Ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati;
- A comunicare le generalità del personale addetto e munirlo di apposito distintivo di riconoscimento applicato sulla divisa da lavoro;
- A rilasciare, inclusi nel prezzo, le schede, le note tecniche, i dépliant illustrativi della fornitura, i manuali di istruzione redatti in lingua italiana e/o in lingua inglese, in formato cartaceo ed elettronico, anche ai fini della tutela della salute e

¹ L'operatore economico ha l'obbligo di sdoganare la merce sia all'esportazione sia all'importazione, assumendosi il costo degli eventuali dazi all'importazione nonché delle spese accessorie. L'IVA rimane a carico della stazione appaltante.

della sicurezza nei luoghi di lavoro, e le schede di manutenzione ordinaria e straordinaria, se applicabili. Inoltre, si obbliga ad aggiornare, ove necessario, i manuali e la documentazione per l'intero periodo di garanzia.

8. SICUREZZA SUL LAVORO

L'Aggiudicatario si assume la responsabilità per gli infortuni del personale addetto, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito.

La valutazione dei rischi propri dell'Aggiudicatario nello svolgimento della propria attività professionale resta a carico dello stesso, così come la redazione dei relativi documenti e la informazione/formazione dei propri dipendenti.

L'Aggiudicatario è tenuto a garantire il rispetto di tutte le normative riguardanti l'igiene e la sicurezza sul lavoro con particolare riferimento alle attività che si espletano presso l'Amministrazione.

In relazione alle risorse umane impegnate nelle attività oggetto del presente contratto, l'Aggiudicatario è tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente ed ai collaboratori.

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, l'Aggiudicatario è tenuto ad osservare gli obblighi retributivi e previdenziali previsti dai corrispondenti CCNL di categoria, compresi, se esistenti alla stipulazione del contratto, gli eventuali accordi integrativi territoriali.

Gli obblighi di cui al comma precedente vincolano l'Aggiudicatario anche qualora lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

9. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata la cessione del contratto ai sensi dell'art. 119, comma 1 del Codice.

Per quanto riguarda le ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti riguardanti l'Aggiudicatario, si applicano le disposizioni di cui all'art. 120, comma 1, lettera d) del Codice.

L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente al CNR ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura organizzativa.

10. VERIFICA DI CONFORMITÀ

La fornitura sarà oggetto di verifica di conformità da svolgersi conformemente a quanto previsto all'art. 36 dell'Allegato II.14 del Codice, al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, alle eventuali leggi di settore e alle disposizioni del Codice. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

La verifica di conformità è avviata entro trenta giorni dall'ultimazione della prestazione, salvo un diverso termine esplicitamente previsto dal contratto ed è conclusa entro il termine stabilito dal contratto e comunque non oltre sessanta giorni dall'ultimazione della prestazione. È effettuata direttamente dal RUP o dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto ovvero, nel caso di servizi e forniture caratterizzati da elevato contenuto tecnologico oppure da elevata complessità o innovazione è effettuata da un soggetto ovvero da una commissione composta da due o tre soggetti, in possesso della competenza tecnica necessaria in relazione al tipo di fornitura o servizio da verificare.

Durante le suddette operazioni, la Stazione Appaltante ha altresì la facoltà di chiedere all'Aggiudicatario tutte quelle prove atte a definire il rispetto delle specifiche tecniche e strumentali dichiarate e (solo per la fornitura di apparecchiature) quant'altro necessario a definire il buon funzionamento della fornitura.

Sarà rifiutata la fornitura difettosa o non rispondente alle prescrizioni tecniche richieste dal Capitolato tecnico e accettate in base all'offerta presentata in sede di gara dall'Aggiudicatario. L'esito positivo della verifica non esonera l'Aggiudicatario dal rispondere di eventuali difetti non emersi nell'ambito delle attività di verifica di conformità e successivamente riscontrati; tali difetti dovranno essere prontamente eliminati durante il periodo di garanzia.

Il certificato di verifica di conformità è sempre trasmesso dal soggetto che lo rilascia al RUP. Il RUP, ricevuto il certificato di verifica di conformità definitivo, lo trasmette all'esecutore, il quale lo sottoscrive nel termine di quindici giorni dalla sua ricezione, ferma restando la possibilità, in sede di sottoscrizione, di formulare eventuali contestazioni in ordine alle operazioni di verifica di conformità. Il RUP comunica al soggetto incaricato della verifica le eventuali contestazioni fatte dall'esecutore al certificato di conformità. Il soggetto incaricato della verifica di conformità riferisce, con apposita relazione riservata, sulle

contestazioni fatte dall'esecutore e propone le soluzioni ritenute più idonee, ovvero conferma le conclusioni del certificato di verifica di conformità emesso.

11. FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale l'Aggiudicatario stabilito e/o identificato ai fini IVA in Italia emetterà fattura elettronica ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013, inviando il documento elettronico al Sistema di Interscambio che si occuperà di recapitare il documento ricevuto all'Amministrazione. In caso di Aggiudicatario straniero la fattura dovrà essere cartacea.

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche è soggetto all'applicazione del meccanismo dello "Split Payment".

Il pagamento della fattura relativa al saldo per un importo pari al totale (cento per cento) dell'importo contrattuale avverrà entro 30 (trenta) giorni solari dalla data del Certificato di verifica di conformità con cui si autorizza l'Aggiudicatario all'emissione della corrispondente fattura. Secondo quanto disposto dall'art.37, comma 6 dell'Allegato II.14 al Codice, il pagamento della rata di saldo a seguito dell'emissione del certificato di verifica di conformità definitivo, e dopo la risoluzione delle eventuali contestazioni sollevate dall'Aggiudicatario.

La fattura dovrà contenere i seguenti dati, pena il rifiuto della stessa:

- a. Intestazione: **Sede di Milano dell'Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari del Consiglio Nazionale delle Ricerche**,
- b. Il Codice Fiscale della Stazione appaltante: **80054330586** (in caso di Aggiudicatario italiano o straniero residente in Italia);
- c. La Partita IVA della Stazione appaltante: **02118311006** (in caso di Aggiudicatario straniero);
- d. Il riferimento al contratto (N° di protocollo e data);
- e. Il CIG: **B2C2D38B40**;
- f. L'acronimo del Progetto: **AGRITECH**
- g. Il CUP: **B83C22002840001**;
- h. Il CUU (Codice Unico Ufficio): **3ZF4CC** (in caso di Aggiudicatario italiano o straniero residente in Italia);
- i. L'importo imponibile (in caso di Aggiudicatario italiano o straniero residente in Italia);
- j. L'importo dell'IVA (in caso di Aggiudicatario italiano o straniero residente in Italia);
- k. Esigibilità IVA "S" scissione dei pagamenti (in caso di Aggiudicatario italiano o straniero residente in Italia);
- l. L'importo totale della fattura;
- m. L'intestazione del contratto;
- n. Il codice IBAN del conto corrente dedicato
- o. Il Commodity Code (in caso di Aggiudicatario straniero).

Ai fini del pagamento del corrispettivo la Stazione Appaltante procederà alle verifiche di legge. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, il CNR tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi dell'articolo 11, comma 6 del Codice.

In attuazione dell'articolo 48-bis del DPR n. 602/1973 e s.m.i., recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, i pagamenti di importo superiore ad € 5.000,00 saranno effettuati previa verifica presso Agenzia delle Entrate-Riscossione del regolare pagamento delle cartelle esattoriali eventualmente notificate all'Impresa.

In sede di liquidazione della fattura potranno essere recuperate le spese per l'applicazione di eventuali penali di cui al paragrafo § 5; la Stazione Appaltante potrà sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali, i pagamenti all'Aggiudicatario cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali.

12. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In adempimento a quanto previsto dall'art. 122 del Codice la Stazione Appaltante risolverà il contratto nei casi e con le modalità ivi previste.

Per quanto non previsto nel presente paragrafo, si applicano le disposizioni di cui al Codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

In ogni caso si conviene che la Stazione Appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Aggiudicatario tramite posta elettronica certificata, nei seguenti casi:

- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante;
- nel caso in cui l'UTG competente rilasci la comunicazione/informazione antimafia interdittiva;
- nei casi di cui ai paragrafi relativi a:
 - o Penali;
 - o Oneri ed obblighi dell'Aggiudicatario;
 - o Sicurezza sul lavoro;
 - o Divieto di cessione del contratto-

13. RECESSO UNILATERALE

L'Amministrazione ha la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, alle condizioni previste dall'articolo 123 del Codice. In tal caso, l'Aggiudicatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito, secondo le condizioni ed il corrispettivo del contratto oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da formale comunicazione all'Aggiudicatario da darsi con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prenderà in consegna le forniture e ne verificherà la regolarità.

L'Aggiudicatario può chiedere il recesso dal contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile alla stessa, secondo le disposizioni del Codice civile (articoli 1218, 1256, 1463).

14. RISERVATEZZA

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere e di far mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'Aggiudicatario è, inoltre, responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di quest'ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, fermo restando il risarcimento, da parte dell'Aggiudicatario, di tutti i danni derivanti.

La violazione dei disposti del presente paragrafo, da parte sia dell'Aggiudicatario sia del proprio personale, costituirà uno dei motivi di giusta causa di risoluzione del contratto.