

AVVISO

INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO VOLTA A RACCOGLIERE PREVENTIVI FINALIZZATI ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI “ULTRACONGELATORI -80°C” NELL’AMBITO DEL PROGETTO «REACH-XY», CUP B93C22001920001.

Scadenza: 20/09/2024

PREMESSE E FINALITÀ

La Stazione Appaltante ISTITUTO PER LA PROTEZIONE SOSTENIBILE DELLE PIANTE del CNR intende procedere, a mezzo della presente indagine esplorativa, all’individuazione di un operatore economico a cui affidare eventualmente il servizio di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 50, comma 1 del d.lgs. 36/2023.

Il presente avviso, predisposto nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né un’offerta al pubblico (art. 1336 del Codice civile) o promessa al pubblico (art. 1989 del Codice civile), ma ha lo scopo di esplorare le possibilità offerte dal mercato al fine di affidare direttamente il servizio.

L’indagine in oggetto non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche ovvero obblighi negoziali. Il presente avviso, pertanto, non vincola in alcun modo questa Stazione Appaltante che si riserva, comunque, la facoltà di sospenderlo, modificarlo o annullarlo e di non dar seguito al successivo affidamento, senza che gli operatori economici possano vantare alcuna pretesa.

I preventivi ricevuti si intenderanno impegnativi per gli operatori economici per un periodo di massimo di 60 giorni naturali e consecutivi, mentre non saranno in alcun modo impegnativi per la Stazione Appaltante, per la quale resta salva la facoltà di procedere o meno a successive e ulteriori richieste di preventivi volte all’affidamento del servizio di cui all’oggetto.

OGGETTO DELLA FORNITURA

L’oggetto «della_fornitura» è ULTRACONGELATORE VERTICALE -80°C E ULTRACONGELATORE ORIZZONTALE -80°C.

La consegna dell’ ULTRACONGELATORE VERTICALE -80° dovrà avvenire presso l’Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piant, Sede Secondaria di Bari, via Amendola 165/A 70126 Bari e dell’ ULTRACONGELATORE ORIZZONTALE -80°C presso l’Azienda Agricola Giovanni Melcarne, via Panoramica 2, 73034 Gagliano del Capo (Lecce).

La consegna ed ubicazione dell’ultra congelatore orizzontale -80°C presso l’Azienda Agricola Giovanni Melcarne si inquadra nell’Accordo di collaborazione tra l’IPSP CNR Sede di Bari e la suddetta Azienda, finalizzato allo “Sviluppo di un programma pluriennale di sperimentazioni finalizzate di miglioramento genetico dell’olivo per la resistenza a *Xylella fastidiosa*” (n. 0001807/2022).

SPECIFICHE TECNICHE

CNR-IPSP
**Istituto per la Protezione Sostenibile
delle Piant**

www.ipsp.cnr.it
segreteria@ipsp.cnr.it
protocollo.ipsp@pec.cnr.it

SEDI

Torino Sede Istituzionale – Strada delle Cacce, 73 – 10135 Torino, Tel. +39 0113977911

Bari – Via Amendola, 122/D – 70126 Bari, Tel. +39 0805929220

Legnaro (PD) – Viale dell’Università, 16 – 35020 Legnaro (PD), Tel. +39 0498272819

Portici (NA) – Piazzale Enrico Fermi, 1 – 80055 Portici (NA), Tel. +39 06499327800

Sesto Fiorentino (FI) – Via Madonna del Piano, 10 – 50019 Sesto F.no (FI), Tel. +39 0555225580

Torino – Viale Mattioli, 25 – 10125 Torino, Tel. +39 0116502927

A) ULTRACONGELATORE VERTICALE -80°C

A1) Specifiche tecniche di base

Capacità: minimo 700 litri

Intervallo di temperatura: -40°C / -85°C

Rumorosità <52 dB(A)

Pareti interne in acciaio INOX

Controllo della temperatura, eventi ed allarmi fino a -86°C con microprocessore

Presenza di batteria tampone in caso di interruzione alimentazione elettrica

Raffreddamento condensatore con ventilatore a basso rumore

Utilizzo di gas refrigeranti conformi alle normative CE 517/2014

Interfaccia touchscreen con conservazione dei dati

Apertura d'emergenza in caso di mancanza di alimentazione elettrica

Chiusura manuale con chiave

Presenza di allarmi visivi ed acustici

Cinque compartimenti interni provvisti di porte e ripiani regolabili

Alimentazione 230V ad una fase

Porta esterna isolata e presenza di ruote

Certificazione CE

A2) Specifiche tecniche: caratteristiche migliorative

- Tipologia del sistema di Refrigerazione e circuito frigo

- Tipologia di isolamento delle pareti - Possibilità di accesso con codice utente

- Interfaccia RS-485

- Porta USB e porta Ethernet

- Utilizzo di lubrificanti del compressore: biodegradabili

B) Piccolo ULTRACONGELATORE -80°C

B1) Specifiche tecniche di base

Capacità: da 100 a 400 litri massimo

Intervallo di temperatura: -40°C / -85°C

Rumorosità <60 dB(A)

Pareti interne in acciaio INOX

Controllo della temperatura, eventi ed allarmi fino a -86°C con microprocessore

Eventuale presenza di porta USB e porta Ethernet

Eventuale Presenza di batteria tampone in caso di interruzione alimentazione elettrica

Lubrificanti del compressore: biodegradabili

Utilizzo di gas refrigeranti conformi alle normative CE 517/2014

Presenza di allarmi visivi ed acustici

Possibilità di adoperare scatole e rack (pregasi indicare dimensioni ed eventuali costi aggiuntivi)

Alimentazione 230V in singola fase

Presenza di ruote

Certificazione CE

B2) Specifiche tecniche: caratteristiche migliorative

- Tipologia del sistema di Refrigerazione e circuito frigo
- Tipologia di isolamento delle pareti
- Possibilità di accesso con codice utente
- Interfaccia RS-485
- Porta USB e porta Ethernet
- Utilizzo di lubrificanti del compressore: biodegradabili

REQUISITI

Possono inviare il proprio preventivo gli operatori economici in possesso di:

- requisiti di ordine generale di cui al Capo II, Titolo IV del D.lgs. 36/2023;
- requisiti d'idoneità professionale come specificato all'art. 100, comma 3 del D.lgs. n. 36/2023: iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto. All'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
- pregresse e documentate esperienze analoghe anche se non coincidenti con quelle oggetto dell'appalto.

VALORE DELL'AFFIDAMENTO

La Stazione Appaltante ha stimato per l'affidamento di cui all'oggetto un importo massimo pari a € 30.000,00» oltre IVA.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO

Gli operatori economici in possesso dei requisiti sopra indicati potranno inviare il proprio preventivo, corredato della dichiarazione attestante il possesso dei requisiti predisposta secondo il modello allegato al presente avviso (allegato 1), entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso a mezzo PEC all'indirizzo protocollo.ipsp@pec.cnr.it e per conoscenza a pasquale.saldarelli@ipsp.cnr.it e jose.saporita@ipsp.cnr.it indicando nell'oggetto "Att.ne «Dott Pasquale Saldarelli» «RUP»: preventivo relativo all'avviso pubblico per «la_fornitura» di «Ultracongelatori -80°C»".

La documentazione trasmessa dovrà essere sottoscritta digitalmente con firma qualificata da un legale rappresentante/procuratore in grado di impegnare l'operatore economico.

Gli operatori economici stranieri non residenti in Italia, sprovvisti di posta elettronica certificata, possono spedire il preventivo e la dichiarazione in lingua italiana all'indirizzo nicola.centorame@ipsp.cnr.it e per conoscenza a pasquale.saldarelli@ipsp.cnr.it e jose.saporita@ipsp.cnr.it indicando nell'oggetto "Att.ne «Dott Pasquale Saldarelli» «RUP»: preventivo relativo all'avviso pubblico per «la_fornitura» di ««Ultracongelatori -80°C»».

INDIVIDUAZIONE DELL'AFFIDATARIO

L'individuazione dell'affidatario sarà operata discrezionalmente dalla Stazione Appaltante, nel caso in cui intenda procedere all'affidamento, a seguito dell'esame dei preventivi ricevuti entro la scadenza.

Non saranno presi in considerazione preventivi di importo superiore a quanto stimato dalla Stazione Appaltante.

L'eventuale affidamento sarà concluso con l'operatore economico selezionato mediante affidamento diretto con trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (<https://www.acquistinretepa.it/>). A tal fine, l'operatore economico dovrà essere iscritto ed abilitato al bando "beni" del Mercato Elettronico, categorie "Strumenti, attrezzature e materiale da laboratorio, Criogenia, Congelatori e ultracongelatori ad uso laboratorio e farmacia".

OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

L'operatore economico affidatario, con sede legale in Italia, sarà tenuto, prima dell'invio della lettera d'ordine, a fornire la seguente documentazione:

- Dichiarazione sostitutiva senza DGUE ai sensi del D.lgs. 36/2023;
- Patto di integrità ai sensi del D.lgs. 36/2023;
- Comunicazione conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7 della Legge 136/2010 e s.m.i.;
- Dichiarazione di cui al DPCM 187/1991.

L'operatore economico straniero non residente in Italia, invece, sarà tenuto a fornire solo la seguente documentazione:

- Declaration on honour.

La documentazione trasmessa dovrà essere sottoscritta digitalmente con firma qualificata da un legale rappresentante/procuratore in grado di impegnare l'operatore economico¹.

SUBAPPALTO

Non è consentito il subappalto delle prestazioni oggetto dell'affidamento, fermi restando i limiti e le condizioni di ricorso al subappalto per le prestazioni secondarie ed accessorie.

CHIARIMENTI

Per eventuali richieste inerenti il servizio e chiarimenti di natura procedurale/amministrativa l'operatore economico dovrà rivolgersi alla referente della Stazione Appaltante, «Dott Pasquale Saldarelli» «RUP», all'indirizzo e-mail pasquale.saldarelli@ipsp.cnr.it.

¹ Qualora l'operatore economico straniero fosse sprovvisto di firma digitale dovrà sottoscrivere la dichiarazione con firma autografa e allegare alla dichiarazione un documento d'identità in corso di validità.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i., del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Il Responsabile della Sede Secondaria di Bari
(Dott. Giovanni Nicola Bubici)