

Istituto di Neuroscienze

Pisa Padova Milano Cagliari Parma

Direttrice Michela Fagiolini

**PROCEDURA NEGOZIATA SOTTOSOGLIA SENZA BANDO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA
DI UN MICROSCOPIO CONFOCALE NELL'AMBITO DEL "PROGETTO INVECCHIAMENTO ANNO 2023"
CUP B53C22010140001 CIG B433691072**

CAPITOLATO TECNICO

CNR - Istituto di Neuroscienze

email: segreteria@in.cnr.it – pec: protocollo.in@pec.cnr.it

Sede: Via Moruzzi 1, 56124 Pisa (ITALY) – tel.: +39 050 3153207

PARTITA IVA N. 02118311006 - CODICE FISCALE N. 80054330586

Pag.1 di 8

Viale G. Colombo 3,
35131 Padova
tel.: +39 049 8211226

Via R. Follereau 3,
20854 Veduggio al Lambro
tel.: +39 02 64488341/330

Cittadella universitaria di Monserrato S.S. 554
Km 4,5, 09042 Monserrato
tel.: +39 070 6754070

Via Volturno 39/E,
43125 Parma
tel.: +39 0521 903881



1.	PREMESSE	3
2.	CARATTERISTICHE TECNICHE/FUNZIONALITÀ E DOTAZIONI MINIME DELLA FORNITURA	3
2.1.	ULTERIORI CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA	4
2.1.1.	INSTALLAZIONE E AVVIO OPERATIVO ¹	4
2.1.2.	FORMAZIONE ¹	5
2.1.3.	GARANZIA	5
2.1.4.	ASSISTENZA TECNICA, SUPPORTO E MANUTENZIONE	5
3.	MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA	5
3.1.	LUOGO DI CONSEGNA E INSTALLAZIONE ¹	5
3.2.	TERMINI DI SVOLGIMENTO/CONSEGNA E INSTALLAZIONE ¹	5
4.	MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	5
4.1.	AVVIO DELL'ESECUZIONE	5
4.2.	SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE	5
4.3.	TERMINE DELL'ESECUZIONE	6
5.	PENALI.....	6
6.	MODALITÀ DI RESA.....	6
7.	ONERI ED OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO	7
8.	SICUREZZA SUL LAVORO	7
9.	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	8
10.	VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA FORNITURA.....	8



1. PREMESSE

la Stazione appaltante istituto di Neuroscienze] del Consiglio Nazionale delle Ricerche CNR-IN intende procedere mediante procedura di gara all'affidamento della fornitura, installazione¹ e resa operativa¹ di un microscopio confocale, [conforme alle specifiche tecniche e a alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al DM ...]² da consegnare presso il luogo di cui al successivo paragrafo § 3.

2. CARATTERISTICHE TECNICHE/FUNZIONALITÀ E DOTAZIONI MINIME DELLA FORNITURA

L'offerta del concorrente deve rispettare tutte le caratteristiche tecniche, funzionalità e dotazioni minime della fornitura stabilite nel presente paragrafo, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

Descrizione del fabbisogno e del progetto

Oggetto dell'appalto è: Acquisto di un microscopio confocale.

L'appalto è finanziato con i fondi del "PROGETTO INVECCHIAMENTO ANNO 2023".

Caratteristiche tecniche e funzionalità minime della fornitura

Date le diverse e varie necessità sperimentali dei ricercatori dell'Istituto, il microscopio dovrà consentire le seguenti misurazioni:

- Imaging su campioni fissati sia su marcatori endogeni che overespressi;
- Imaging da singola cellula a organismo;
- Imaging di campi visivi di larghe dimensioni;
- Imaging di fluorofori su tutto lo spettro del UV-VIS;
- Rilevazione simultanea di segnali di fluorescenza a diverse lunghezze d'onda;
- Possibilità di upgrade con un sistema che consenta una risoluzione inferiore a 130 nm.
- Live imaging di eventi veloci con alta sensibilità e velocità e con controllo della temperatura e della CO₂;

I parametri che devono caratterizzare il bene in oggetto da acquistare sono i seguenti:

- Almeno 4 sorgenti laser a stato solido, di lunghezze d'onda prossime ai 405 nm, 488 nm, 560 nm e 640 nm;
- Almeno 2 detector spettrali per luce riflessa, sistema di analisi con separazione spettrale con passo minimo inferiore o uguale al nanometro, necessari per l'utilizzo di un range di fluorofori il più ampio possibile;
- Detector PMT per luce trasmessa;
- Coppia di oculari 10X indice di campo di almeno 23 mm con diottrie regolabili;
- Microscopio rovesciato con messa a fuoco motorizzata con precisione di messa a fuoco lungo l'asse Z non inferiore ad almeno 10 nm;
- Tavolino con controllo motorizzato dello spostamento sugli assi X e Y;
- Un revolver porta obiettivi motorizzato ad almeno 6 posizioni ed essere dotato di almeno 4 obiettivi planari apocromatici ad ingrandimento 10X (ad aria), 20X (ad aria), 40X (ad immersione ad olio) e 63X (ad immersione ad olio) ad alta apertura numerica e con diverse working distance (necessarie per i diversi tipi di campioni utilizzati, e.g. colture cellulari, fettine di tessuto, organi interi di Drosophila) e ottimali per imaging sia su fissato che live;
- Modulo per la fluorescenza motorizzato e dotato di filtri per fluorocromi tipo DAPI, FITC Cy3 e Cy5;

¹ Paragrafo da inserire nel caso di attrezzature che richiedono installazione/formazione/garanzia/assistenza tecnica/manutenzione.

² Se applicabile: mantenere il testo e indicare il decreto di riferimento emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (ex Ministero della transizione ecologica). Per consultare i CAM attualmente in vigore accedere alla pagina <https://gpp.mite.gov.it/Home/Cam#CamInVigore>



- Scanner lineari con velocità regolabile in continuo e risoluzione massima di almeno 4096x4096 pixel;
- Illuminatore a Fluorescenza con lampada LED linearizzato a lunga durata e collegato direttamente al microscopio senza fibra ottica, a 4 lunghezze d'onda (diodi monocromatici) e switch rapido;
- Software di controllo del sistema e idoneo per eseguire i seguenti metodi analitici:
 - o Acquisizioni multidimensionali (x, y, z, t)
 - o Quantificazione del segnale
 - o Time lapse
 - o Z Stack, ricostruzione e misurazioni 3D/4D
 - o Esperimenti di colocalizzazione
 - o Analisi automatizzato in 2D multicolor
 - o Software di unmixing spettrale;
- Workstation e monitor (almeno 27") dedicati;
- Installazione e formazione;
- Garanzia 12 mesi full risk;
- Il sistema dovrà prevedere la possibilità di essere migliorato successivamente con l'aggiunta di un sistema di detector multipli necessario per raggiungere una risoluzione inferiore a 130 nm e permettere acquisizioni più rapide e con minore fototossicità, utile in particolare per esperimenti di live imaging;
- Il sistema dovrà essere in grado di accogliere un inserto di dimensioni 160x110x25(h) mm facente parte di un sistema di controllo della temperatura e della CO2 già in nostro possesso.

Gli operatori economici hanno facoltà di proporre caratteristiche tecniche/funzionali aggiuntive/migliorative rispetto alle caratteristiche minime di cui all'elenco sopra riportato, con l'unico vincolo di non superamento da parte del prezzo complessivo dell'importo a base d'asta prestabilito.

CPV principale: 38515200-0: Microscopi fluorescenti.

Ai sensi di quanto previsto nell'allegato II.5 del D.Lgs. 36/2023 (Codice) l'offerente dimostra, nella propria offerta, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 105 del Codice, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente alle prestazioni, ai requisiti funzionali e alle specifiche tecniche prescritti nel presente documento.

2.1. Ulteriori caratteristiche della fornitura

2.1.1. Installazione e avvio operativo¹

La strumentazione oggetto della presente procedura dovrà essere consegnata come meglio specificato nel paragrafo "Luogo e termini di esecuzione dell'appalto". L'aggiudicatario deve provvedere alle spese di trasporto presso il luogo di consegna. L'aggiudicatario dovrà fornire supporto ed assistenza, eventualmente anche da remoto, per la fase di collaudo dello strumento e per la fase di installazione e messa in servizio dello strumento.

La strumentazione dovrà essere installata all'interno del locale indicato dalla stazione appaltante provvedendo al trasporto, montaggio ed avvio operativo.

L'aggiudicatario deve garantire la fornitura esente da difetti e perfettamente funzionante.

Spese: L'offerta deve comprendere tutte le spese relative al trasporto, all'installazione, alla verifica di conformità ed alla partecipazione al programma di addestramento del personale della stazione appaltante nonché al ritiro e smaltimento degli imballaggi e dei materiali di risulta da effettuare nel pieno rispetto della normativa vigente.



2.1.2. Formazione¹

L'aggiudicatario dovrà garantire un programma di addestramento all'uso ed alla manutenzione ordinaria della strumentazione (formazione di base) di durata minima effettiva di almeno 4 ore: il programma dovrà essere tenuto preferibilmente on-site presso la sede di consegna ed installazione, da personale specializzato, secondo un calendario che dovrà essere concordato con la stazione appaltante. Detto programma dovrà essere avviato entro [60] (sessanta) giorni solari dal superamento della verifica di conformità della strumentazione, salvo diverso accordo. Il corso e la documentazione di addestramento dovranno essere in lingua italiana e/o inglese.

2.1.3. Garanzia

La fornitura dovrà essere garantita per un minimo di 12 (dodici) mesi "on-site" dalla data dell'emissione del certificato di regolare esecuzione/verifica di conformità con esito positivo. Tale garanzia deve comprendere le riparazioni o sostituzioni di parti (con esclusione delle parti c.d. "*consumabili*" chiaramente individuabili nella documentazione a corredo) necessarie al funzionamento ottimale della strumentazione. Qualora l'aggiudicatario ritenga necessario un intervento in situ durante il periodo di validità della garanzia, devono ritenersi comprese nella garanzia eventuali spese di trasferta ed i costi della manodopera dei tecnici presso la sede di consegna ed installazione. Per l'intero periodo di vigenza della garanzia, l'aggiudicatario si impegna a fornire gratuitamente gli eventuali *upgrade* alle licenze *software*.

2.1.4. Assistenza tecnica, supporto e manutenzione

In caso di malfunzionamenti dello strumento l'aggiudicatario dovrà essere in grado di intervenire tempestivamente dalla segnalazione effettuata a mezzo PEC entro un massimo di [10] (dieci) giorni lavorativi, fatta salva l'offerta migliorativa presentata in sede di gara². Tale intervento è finalizzato alla immediata assistenza ed al ripristino delle funzionalità della strumentazione o, nel caso in cui ciò non sia possibile, alla valutazione del guasto e degli interventi necessari.

Nel caso in cui il ripristino delle funzionalità della strumentazione richieda la fornitura di parti o elementi nuovi, ovvero "*provvisori*" o "*di rotazione*", gli stessi devono essere consegnati ed installati entro un massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dall'individuazione del guasto, fatta salva l'offerta migliorativa presentata.

L'aggiudicatario dovrà garantire la disponibilità delle parti di ricambio almeno per 120 (centoventi) mesi, fatta salva l'offerta migliorativa presentata in sede di gara, successivi allo scadere della garanzia di legge.

3. MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

3.1. Luogo di consegna e installazione¹

Istituto di Neuroscienze – Sede di Veduggio al Lambro (MB)

3.2. Termini di svolgimento/consegna e installazione¹

La fornitura dovrà essere consegnata e installata entro 180 [centottanta] giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto di appalto, ovvero dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio anticipato dell'esecuzione del contratto.

4. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

4.1. Avvio dell'esecuzione

Il RUP darà avvio all'esecuzione del contratto, fornendo all'Aggiudicatario tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo, laddove sia indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni, apposito verbale come meglio disciplinato all'art. 31, c.2, lett. c) dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023. È ammesso l'avvio anticipato nelle more della stipula del contratto qualora ricorrano le condizioni di cui all'art.17, c.8 del D.Lgs. 36/2023..

4.2. Sospensione dell'esecuzione

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscano in via temporanea l'esecuzione dell'appalto si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. e all'art.8 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.



4.3. Termine dell'esecuzione

Ai sensi dell'art.31, c.2, lett.n) dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, dopo la comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, il DEC effettua, entro 5 (cinque) giorni, i necessari accertamenti in contraddittorio e nei successivi cinque giorni elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni, da inviare al RUP, che ne rilascia copia conforme all'esecutore.

5. PENALI

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai termini previsti per l'esecuzione dell'appalto, si applicherà una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale, al netto dell'IVA e dell'eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale.

Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l'Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 20 (venti) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopra elencate saranno contestati al Fornitore per iscritto. Il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano al Direttore dell'Esecuzione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio del CNR, a giustificare l'inadempienza, saranno applicate al Fornitore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti comma, il Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente Contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

Fatto salvo quanto previsto ai precedenti comma, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere al Committente l'ammontare di eventuali oneri che il CNR dovesse applicare, anche per cause diverse da quelle di cui al presente articolo, a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.

Il Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione definitiva senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati; in questo caso il Fornitore dovrà emettere una nota di credito pari all'importo della penale o decrementare la fattura del mese in corso di un valore pari all'importo della penale stessa.

6. MODALITÀ DI RESA

Per operatori economici appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, si applica la regola Incoterms 2020 - DPU (Delivered At Place Unloaded) presso il luogo di destinazione (sede di consegna) indicato al paragrafo § 3.1 del presente Capitolato tecnico.

Per operatori economici non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, si applica la regola Incoterms 2020 - DDP³ (Delivered Duty Paid) presso il luogo di destinazione (sede di consegna) indicato al paragrafo § 3.1 del presente Capitolato tecnico.

In aggiunta l'operatore economico è tenuto a provvedere allo scarico della merce nel luogo di destinazione, a sua cura e spesa.

Tutti gli operatori economici sono obbligati, incluso nel prezzo contrattuale d'appalto:

- a stipulare un contratto di assicurazione per la parte di trasporto sotto la loro responsabilità;
- all'installazione della fornitura ed ai servizi addizionali indicati nel presente Capitolato tecnico.

³ L'operatore economico ha l'obbligo di sdoganare la merce sia all'esportazione sia all'importazione, assumendosi il costo degli eventuali dazi all'importazione nonché delle spese accessorie. L'IVA rimane a carico della stazione appaltante.



7. ONERI ED OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'Aggiudicatario:

- Si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze della Stazione Appaltante e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.
- Rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dalla Stazione Appaltante e/o da terzi.
- È direttamente responsabile dell'inosservanza delle clausole che saranno contenute nel contratto anche se queste dovessero derivare dall'attività del personale dipendente di altre imprese a diverso titolo coinvolto.
- Deve avvalersi di personale qualificato in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro e da tutte le normative vigenti, in particolare in materia previdenziale, fiscale, di igiene ed in materia di sicurezza sul lavoro.
- Risponderà direttamente dei danni alle persone, alle cose o all'ambiente comunque provocati nell'esecuzione dell'appalto che possano derivare da fatto proprio, dal personale o da chiunque chiamato a collaborare. La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o qualsiasi altra cosa accadesse al personale di cui si avvarrà l'Aggiudicatario nell'esecuzione delle prestazioni relative all'appalto.
- Si fa carico, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, di tutti gli oneri ed i rischi relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.
- Si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso della procedura di gara e fino alla sua completa conclusione, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute negli atti di gara e relativi allegati.
- Si impegna a consegnare gli elaborati progettuali e tutte le dichiarazioni e/o certificazioni discendenti da specifici obblighi normativi e legislativi correlati con l'oggetto della prestazione.
- Si impegna a consegnare i certificati di omologazione "CE" per tutte le apparecchiature che lo richiedano.
- Si impegna a consegnare le schede tecniche e i manuali delle singole apparecchiature fornite, preferibilmente su supporto digitale.
- Si impegna a consegnare le eventuali schede di manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature suddivise per interventi giornalieri, settimanali, mensili, ecc..

8. SICUREZZA SUL LAVORO

L'Aggiudicatario si assume la responsabilità per gli infortuni del personale addetto, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito.

La valutazione dei rischi propri dell'Aggiudicatario nello svolgimento della propria attività professionale resta a carico dello stesso, così come la redazione dei relativi documenti e la informazione/formazione dei propri dipendenti.

L'Aggiudicatario è tenuto a garantire il rispetto di tutte le normative riguardanti l'igiene e la sicurezza sul lavoro con particolare riferimento alle attività che si espletano presso l'Ente.



In relazione alle risorse umane impegnate nelle attività oggetto del presente contratto, l'Aggiudicatario è tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente ed ai collaboratori.

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, l'Aggiudicatario è tenuto ad osservare gli obblighi retributivi e previdenziali previsti dai corrispondenti CCNL di categoria, compresi, se esistenti alla stipulazione del contratto, gli eventuali accordi integrativi territoriali.

Gli obblighi di cui al comma precedente vincolano l'Aggiudicatario anche qualora lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

9. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata la cessione del contratto ai sensi dell'art. 119, comma 1 del D. Lgs. 36/2023.

Per quanto riguarda le ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti riguardanti l'Aggiudicatario, si applicano le disposizioni di cui all'art. 120, c.1 lett. d) del D. Lgs. 36/2023.

L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura organizzativa.

10. VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA FORNITURA

La fornitura sarà oggetto di verifica di conformità da svolgersi conformemente a quanto previsto nell'art. 36 dell'Allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023 al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, alle eventuali leggi di settore e alle disposizioni del codice. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

La verifica di conformità è avviata entro 30 (trenta) giorni dall'ultimazione della prestazione, salvo un diverso termine esplicitamente previsto dal contratto ed è conclusa entro il termine stabilito dal contratto e comunque non oltre 60 (sessanta) giorni dall'ultimazione della prestazione. È effettuata direttamente dal RUP.

Durante le suddette operazioni, la Stazione Appaltante ha altresì la facoltà di chiedere all'Aggiudicatario tutte quelle prove atte a definire il rispetto delle specifiche tecniche e strumentali dichiarate e quant'altro necessario a definire il buon funzionamento della fornitura.

Sarà rifiutata la fornitura difettosa o non rispondente alle prescrizioni tecniche richieste dal Capitolato tecnico e accettate in base all'offerta presentata in sede di gara dall'Aggiudicatario. L'esito positivo della verifica non esonera l'Aggiudicatario dal rispondere di eventuali difetti non emersi nell'ambito delle attività di verifica di conformità e successivamente riscontrati; tali difetti dovranno essere prontamente eliminati durante il periodo di garanzia.

Il RUP trasmette il certificato di verifica di conformità definitivo all'esecutore, il quale lo sottoscrive nel termine di 15 (quindici) giorni dalla sua ricezione, ferma restando la possibilità, in sede di sottoscrizione, di formulare eventuali contestazioni in ordine alle operazioni di verifica di conformità. Il RUP verifica le eventuali contestazioni fatte dall'esecutore al certificato di conformità e, con apposita relazione riservata, propone le soluzioni ritenute più idonee, ovvero conferma le conclusioni del certificato di verifica di conformità emesso.