

GARA A PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D. LGS. N. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "Apparecchiatura Universal high-performance tensile testing machine (TTM), completa di elongation measuring system" CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ / PREZZO NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 3.1 "Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione" PROGETTO IR0000032 - ITINERIS - Italian Integrated Environmental Research Infrastructures System finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU CUP B53C22002150006

CHIARIMENTO N. 1

Domanda

le dimensioni del telaio possono superare i 5 m di lunghezza, 3,3 m di larghezza e 1,5 m di altezza indicati nel capitolato tecnico?

Risposta

considerando le dimensioni del laboratorio dove deve essere collocata l'attrezzatura (che purtroppo sono limitate), le dimensioni di lunghezza e larghezza indicate nel capitolato tecnico non possono essere superate. Potrebbe essere eventualmente superata la dimensione di 1,5 metri in altezza, rimanendo però inalterata l'accessibilità all'attrezzatura per lo svolgimento delle prove.

Il RUP

Dott. Michele Brunetti