PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO AI SENSI DELL'ART. 76 COMMA 2 LETTERA B), PUNTO 2 DEL D. LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DI FORNITURA, INSTALLAZIONE E MESSA IN OPERA DELLO SPETTROMETRO DI RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (NMR) PER LIQUIDI OPERANTE ALLA FREQUENZA DI 400 MHz NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DEGLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI (PNC) AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) PNC0000007 - FIT FOR MEDICAL ROBOTICS (ACRONIMO: FIT4MEDROB)

CUP B53C22006960001
Gara ASP n. 4662825

VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA

Il giorno 08.10.2024, presso la sede del CNR Nanotec, si è svolta la valutazione tecnica della documentazione pervenuta dall'operatore economico Bruker Italia S.r.l. La valutazione è stata condotta dal Gruppo di Lavoro (GDL) tecnico, composto dal Dott.ssa Aurora Rizzo, dal Dott. Carlo Giansante e dal Dott. Gianluca Accorsi. L'operatore economico in questione ha sede Viale Vincenzo Lancetti, 43- 20158 Milano, Partita IVA: 02143930150 - Codice Fiscale: 02143930150 pec brukeritalia@legalmail.it.

L'operatore economico, secondo quanto richiesto nell'avviso, ha presentato la seguente documentazione tecnica:

1. sub_14982024693616143797_Manifestazione interesse CNR LECCE
2. sub_4766794200475463341_Proposta Tecnica Avance NEO 400 Bruker
3. sub_4473169995903502456_Allegato 1 Ascend Evo 400 MHz
4. sub_2810621827405669974_Allegato 2 Ascend_Evo_specs
5. sub_18036650062259174026_Allegato 3 REmote Monitoring
6. sub_3049480540936778102_Allegato 4 BSVT
7. sub_12158227265342452424_Allegato 5 Probe specs
8. sub_10949683003144000388_Allegato 6 SampleCase24
9. sub_3542460413882745971_Allegato 7 AutoCalibrate
10. sub_17439922560802078463_Allegato 8 SmarDrive
11. sub_6093534500280734023_Allegato 9 BSVT
12. sub_16721913333860100818_Allegato 10 US20100271025A1 NMR Themometer
13. sub_3889471892544487563_Allegato 11 BCU

14. sub_16356791038793611361_Allegato 12 routine AI Topspin peak peaking
15. sub_7332338171992364771_Allegato 13 routine AI Topspin deconvolution
16. sub_324467959280857663_Allegato 14 routine AI Topspin baseline
17. sub_11246512980238824895_Allegato 15Autodiagnose

Al termine della verifica il GDL ha valutato positivamente la correttezza e completezza della documentazione tecnica presentata dall'OE G. Gambetti Bruker Italia S.r.l, nonché la piena conformità della strumentazione offerta con il capitolato tecnico della manifestazione di interesse Gara ASP n. 4662825.

Dott.ssa Aurora Rizzo

Dott. Carlo Giansante

Dott. Gianluca Accorsi