

AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI UN CONTROLLORE MICROFLUIDICO MULTICANALE AVANZATO NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 COMPONENTE C2 INVESTIMENTO 1.1 PROGETTI: "P2022Y4TP5.PE7 PRIN2022PNRR FOCAL"- CUP B53D23024170001, "PRIN 2022 2022RSXC9X_PE4_PRIN2022 - PRONANO4BIO" -CUP B53D23013940006, "P20227PWE5.PE4 PRIN2022PNRR SEROTONIN" -CUP B53D23025260001, "PRIN 2022 202259W5FY_PE4_PRIN2022 POINTOF CARE" CUP B53D23013430006, "P2022R85AA.PE7 PRIN2022PNRR BIOEMC" CUP B53D23024070001, "PRIN2022 2022JRKETK.PE7 BOHEMIAN" CUP B53D23002670006.

VERBALE DI COLLAUDO

Il sottoscritto Francesco Chiavaioli, richiedente dell'acquisto, procede alla verifica ed al collaudo della fornitura, relativa alla consegna del dispositivo relativo all'ordine Me.PA n. **4824637** con CIG B470E87DEF, della Ditta CECCHI S.R.L.

Riferimento bolla n° 8/PA del 02/01/2025

Il collaudo è consistito in:


- 1) verifica della corrispondenza del dispositivo consegnato con l'offerta della ditta CECCHI S.R.L.;
- 2) verifica del corretto funzionamento del dispositivo

<i>Dispositivo da collaudare</i>	<i>Corrispondenza con offerta</i>	<i>Corretto funzionamento</i>
QUANTITA': 1 Controllore di pressione e flusso a 4 canali	SI	SI
QUANTITA': 1 kit di tubi/raccordi per diversi flussi	SI	SI
QUANTITA': 12 Serbatoio per fiale "ependorf"	SI	SI
QUANTITA': 1 Compressore per il controllo di flusso e pressione	SI	SI
QUANTITA': 4 Sensore di flusso nel range da 0 a 1000 µL/min	SI	SI
QUANTITA': 2 Sistema per intrappolare le bolle d'aria	SI	SI

QUANTITA': 1 Valvola di distribuzione automatica con canali 12/1 e relativo collettore	SI	SI
--	----	----

Sulla base di quanto sopra riportato l'esito del collaudo è: POSITIVO

Presenza visione da parte RUP
Sonia Centi



Il richiedente
Francesco Chiavaioli

