

AVVISO

INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO VOLTA A RACCOGLIERE PREVENTIVI FINALIZZATI ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI TECNICI PER L’ALLESTIMENTO DI UN NUOVO LABORATORIO DEDICATO ALLE APPARECCHIATURE ACQUISITE NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 04 “ISTRUZIONE E RICERCA” – COMPONENTE 2 “DALLA RICERCA ALL’IMPRESA” – INVESTIMENTO 3.1 “RAFFORZAMENTO E CREAZIONE DI IR NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA” (PNRR), PROGETTO iENTRANCE@ENL - CUP B33C22000710006

PREMESSE E FINALITÀ

La Stazione Appaltante Istituto di Scienze e Tecnologie per L'Energia e La Mobilità Sostenibili del CNR intende procedere, a mezzo della presente indagine esplorativa, all'individuazione di un operatore economico a cui affidare eventualmente la fornitura di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 50, comma 1 del d.lgs. 36/2023.

Il presente avviso, predisposto nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né un'offerta al pubblico (art. 1336 del Codice civile) o promessa al pubblico (art. 1989 del Codice civile), ma ha lo scopo di esplorare le possibilità offerte dal mercato al fine di affidare direttamente la fornitura.

L'indagine in oggetto non comporta l'instaurazione di posizioni giuridiche ovvero obblighi negoziali. Il presente avviso, pertanto, non vincola in alcun modo questa Stazione Appaltante che si riserva, comunque, la facoltà di sospenderlo, modificarlo o annullarlo e di non dar seguito al successivo affidamento, senza che gli operatori economici possano vantare alcuna pretesa.

I preventivi ricevuti si intenderanno impegnativi per gli operatori economici per un periodo di massimo di 30/60 giorni naturali e consecutivi, mentre non saranno in alcun modo impegnativi per la Stazione Appaltante, per la quale resta salva la facoltà di procedere o meno a successive e ulteriori richieste di preventivi volte all'affidamento della fornitura di cui all'oggetto.

L'affidamento sarà espletato attraverso una piattaforma di approvvigionamento digitale certificata.

OGGETTO DELLA FORNITURA

L'oggetto della fornitura è un insieme di arredi tecnici da laboratorio aventi le caratteristiche di seguito riportate.

La fornitura deve includere:

Elemento	Descrizione	Quantità
1	Banco di lavoro a parete di dimensioni indicative 1200mmX900mm (LxP) dotato di pannello elettrico con quattro prese bivalenti e una interbloccata (16A), e un riduttore per gas (O2) e braccio aspirante. Dotato di mobiletto sottopiano ad ante su ruote	1
2	Banco di lavoro a parete di dimensioni indicative 1200mmX900mm (LxP)	1



	dotato di pannello elettrico con quattro prese bivalenti e una interbloccata (16A), due riduttori per gas (He, O ₂), attacco per aria compressa e braccio aspirante. Dotato di mobiletto sottopiano ad ante su ruote.	
3	Banco con lavello di dimensioni indicative 1200mmX750mm (LxP) dotato di attacco acqua e scarico. Rubinetto incluso. Dotato di mensola a parete e mobiletto sottopiano ad ante su ruote.	1
4	Banco di lavoro a parete di dimensioni indicative 1200mmX750mm (LxP) dotato di pannello elettrico con quattro prese bivalenti, presa interbloccata (16A), attacco per acqua e scarico. Dotato di mensola a parete per serbatoio e cassettera sottopiano su ruote.	1
5	Banco di lavoro a parete di dimensioni indicative 900mmX750mm (LxP) dotato di pannello elettrico con quattro prese bivalenti attacco per acqua e scarico. Dotato di cassettera sottopiano su ruote.	1
6	Banco di lavoro a parete di dimensioni indicative 1500mmX750mm (LxP) dotato di pannello elettrico con quattro prese bivalenti, presa interbloccata (16A) e mensola. Dotato di mensola a parete e cassettera sottopiano su ruote.	1
7	Banco di lavoro di dimensioni indicative 1200mmX750mm (LxP) dotato di pannello elettrico con quattro prese bivalenti, un riduttore per gas (Ar). Dotato di cassettera sottopiano su ruote.	1
8	Banco di lavoro a parete di dimensioni indicative 1500mmX750mm (LxP) dotato di pannello elettrico con quattro prese bivalenti, due riduttori gas (N ₂ , aria). Dotato di mobiletto ad ante sottopiano su ruote.	1
9	Banco di lavoro a parete di dimensioni indicative 1500mmX750mm (LxP) dotato di pannello elettrico con quattro prese bivalenti. Dotato di mobiletto ad ante sottopiano su ruote.	1
10	Banco di lavoro a parete di dimensioni indicative 1500mmX750mm (LxP) dotato di pannello elettrico con sei prese bivalenti, quattro riduttori per gas (N ₂ , H ₂ , aria, He) e braccio aspirante. Dotato di mobiletto ad ante sottopiano su ruote.	1
11	Banco di lavoro a parete di dimensioni indicative 1200mmX750mm (LxP) dotato di pannello elettrico con sei prese bivalenti, un riduttore per gas (aria). Dotato di mobiletto ad ante sottopiano su ruote.	1
12	Banco di lavoro a parete di dimensioni indicative 1800mmX750mm (LxP)dotato di pannello elettrico con sei prese bivalenti, quattro riduttori per gas (due per N ₂ , Ar, CO ₂) e attacco per aria compressa. Dotato di mobiletto ad ante sottopiano su ruote.	1
13	Banco di lavoro a parete (carico da sostenere circa 90kg) di dimensioni indicative 1800mmX750mm (LxP) dotato di pannello elettrico con sei prese bivalenti, sette riduttori per gas (H ₂ , NH ₃ , CO ₂ , O ₂ , N ₂ O, H ₂ , Ar, He) e attacco per aria compressa. Dotato di mobiletto ad ante sottopiano	1



	su ruote.	
14	Banco di dimensioni indicative 750mmX750mm (LxP) dotato di piano antivibrante per supporto bilancia e pannello elettrico con quattro prese bivalenti. Vano anteriore a giorno per permettere all'utilizzatore di sedersi.	1
15	Banco di lavoro a parete di dimensioni indicative 900mmX750mm (LxP) dotato di pannello elettrico con sei prese bivalenti, attacco per aria compressa. Dotato di mobiletto ad ante sottopiano su ruote.	1
16	Banco di lavoro a parete di dimensioni indicative 1200mmX750mm (LxP) dotato di pannello elettrico con quattro prese bivalenti, (eventuale un riduttore per gas (He)). Dotato di mobiletto ad ante sottopiano su ruote.	1
17	Banco di lavoro a parete di dimensioni indicative 900mmX750mm (LxP) dotato di pannello elettrico con quattro prese bivalenti. Dotato di mobiletto ad ante sottopiano su ruote.	1
18	Banco di lavoro a parete di dimensioni indicative 1200mmX750mm (LxP) dotato di pannello elettrico con quattro prese bivalenti. Dotato di mobiletto ad ante sottopiano su ruote.	1
19	Banco di lavoro a parete di dimensioni indicative 1200mmX750mm (LxP) dotato di pannello elettrico con quattro prese bivalenti. Dotato di mobiletto ad ante sottopiano su ruote.	1
20	Banco di lavoro a parete (carico da sostenere circa 100kg) di dimensioni indicative 1200mmX750mm (LxP) dotato di pannello elettrico con quattro prese bivalenti e una presa tripolare (32A), due riduttori per gas (He, Ar).	1
21	Cappa chimica di dimensioni indicative 1800x910x900mm, piano lavoro gres, n°1 vaschetta, predisposizione per fino a 4 rubinetti (rubinetto per acqua fredda, 2 rubinetti per gas (aria compressa e metano di rete)), quadro elettrico con quattro prese bivalenti, corredata di mobiletti sottostanti con ripiani e ad ante a battente. La fornitura deve comprendere la posa in opera, la messa in servizio e le verifiche di funzionamento con anemometro certificato	1
22	Banco di lavoro a parete di dimensioni indicative 1200mmX750mm (LxP) dotato di pannello elettrico con quattro prese bivalenti. Dotato di cassettera sottopiano su ruote.	1
23	Banco di lavoro a parete di dimensioni indicative 1500mmX750mm (LxP) dotato di pannello elettrico con quattro prese bivalenti. Dotato di mobiletto ad ante sottopiano su ruote.	1
24	Banco di lavoro a parete di dimensioni indicative 900mmX750mm (LxP) dotato di pannello elettrico con quattro prese bivalenti.	1
25	Tavolo tecnico dimensioni 1500 X750mm (LxP)	2
26	Sgabello girevole con sedile e schienale regolabile	4
27	Armadio contenitore a ripiani con ante a cieche a battenti di dimensioni	1



	indicative 1200mmx500mmx2100mm	
28	Armadio contenitore a ripiani con vasca di raccolta a ripiani con ante a cieche a battenti di dimensioni indicative 900mmx1200mmx2000mm	1
29	Armadio per acidi e basi con cassette estraibili, preferibilmente con vani separati affiancati con ante a battenti di dimensioni indicative 1200mmx1600mmx2000mm	1
30	Armadio per infiammabili di dimensioni indicative 1200mmx600mmx2000mm	1
31	Sedia ergonomica da laboratorio	4
32	Armadietto sottobanco su ruote dimensioni indicative mm. 600x480/790h con 1 cassetto, 1 anta SX e 1 ripiano interno mobile.	1
33	Piani di lavoro in laminato plastico ad alta pressione bi-decorativo e autoportante di dimensioni orientative mm 1200x750x16 grigio	1
34	Banco di dimensioni indicative 900mmX750mm (LxP) dotato di piano antivibrante per supporto bilancia. Vano anteriore a giorno per permettere all'utilizzatore di sedersi.	1

Sarà considerato preferenziale il rispetto delle seguenti caratteristiche:

- Tutti gli arredi tecnici devono essere realizzati con componenti modulari, sostituibili od integrabili in ogni momento nelle tre dimensioni (larghezza, altezza e profondità).
- I banchi da lavoro dovranno essere completamente smontabili e ricomponibili per eventuali ricollocazioni in ambienti di lavoro di dimensione e/o forma diversa per soddisfare nuove esigenze operative.
- La struttura del banco deve avere una capacità di carico pari ad almeno 150 kg uniformemente distribuiti sul piano di lavoro, per consentire il posizionamento di apparecchiature di peso elevato.
- Le strutture dei banchi devono essere autoportanti, componibili, intercambiabili tra loro e predisposte per l'aggancio all'unità tecnologica portaservizi, consentendo anche l'utilizzo separato da essa.
- I piani di lavoro, da posizionare sopra le strutture, dovranno essere realizzati con materiali e caratteristiche idonee ai vari tipi di attività svolte nell'ambito dei laboratori.
- Le strutture dei banchi devono essere predisposte per l'inserimento di mobiletti contenitori sia di tipo fisso che su ruote.
- Tutte le superfici metalliche devono essere protette dalla corrosione.
- I pannelli tecnologici porta-servizi devono essere realizzati in materiale autoestinguente, resistente agli acidi, ai solventi e ai coloranti. Non saranno accettate pannellature in materiale ligneo. Ogni modulo dovrà essere facilmente aggiunto o rimosso dalle strutture per essere posizionato in punti differenti.
- Nei moduli con prese elettriche, le singole prese elettriche, quando non diversamente riportato dovranno essere di tipo universale bivalente/Schuko (CEE 7/4) con terra laterale e centrale, da 250V/16A/2P+T. Dovrà inoltre essere previsto per ogni gruppo di prese schuko/bipasso (per un



massimo di quattro prese) un magnetotermico di protezione da 16A e – laddove richiesto – la protezione differenziale.

La fornitura può prevedere anche soluzioni diverse da quelle richieste purché siano rispettate la superficie complessiva dei piani di lavoro e tipologia e numero di utenze. Ci si rende disponibili ad eventuali sopralluoghi degli spazi.

La fornitura deve inoltre includere la spedizione e l'installazione di tutte le componenti richieste.

Il luogo di consegna ed installazione della fornitura è l'Istituto di Scienze e Tecnologie per l'Energia e la Mobilità Sostenibili (CNR-STEMS), Sede Principale Via Guglielmo Marconi, 4, 80125 Napoli.

REQUISITI

Possono inviare il proprio preventivo gli operatori economici in possesso dei:

- Abilitazione MePA relativa al Bando BENI.
- requisiti di ordine generale di cui al Libro II, Titolo IV, Capo II del D.lgs. 36/2023;
- requisiti d'idoneità professionale come specificato all'art. 100, comma 3 del D.lgs. n. 36/2023: iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto. All'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
- requisiti previsti dalle norme emanate per effettuare gli acquisti nel rispetto dei principi stabiliti nel PNRR;
- documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali oggetto dell'affidamento.

VALORE DELL'AFFIDAMENTO

La Stazione Appaltante ha stimato per l'affidamento di cui all'oggetto un importo massimo pari ad € 138.500,00 oltre IVA.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO

Gli operatori economici in possesso dei requisiti sopra indicati potranno inviare il proprio preventivo, corredato della dichiarazione attestante il possesso dei requisiti (*Dichiarazione sostitutiva possesso requisiti OE per invio preventivo* - allegata al presente avviso), tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: protocollo.stems@pec.cnr.it **entro e non oltre il 10/04/2025** corredato da idonea relazione tecnica descrittiva della proposta [*ed eventuali allegati: brochure, ...*] riportando in oggetto la seguente dicitura: **"INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PNRR – iENTRANCE@ENL – ARREDI TECNICI ALLESTIMENTO NUOVO LABORATORIO"**.



Il preventivo, la relazione tecnica e la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti dovranno essere sottoscritti digitalmente con firma qualificata da un legale rappresentante/procuratore in grado di impegnare l'operatore economico.

Gli operatori economici stranieri non residenti in Italia, sprovvisti di posta elettronica certificata, possono inviare il preventivo e la dichiarazione in lingua italiana all'indirizzo giovanna.ruoppolo@stems.cnr.it. Qualora l'O.E. straniero fosse sprovvisto di firma digitale dovrà sottoscrivere la dichiarazione con firma autografa e allegare alla dichiarazione un documento d'identità in corso di validità.

INDIVIDUAZIONE DELL'AFFIDATARIO

L'individuazione dell'affidatario sarà operata discrezionalmente dalla Stazione Appaltante, nel caso in cui intenda procedere all'affidamento, a seguito dell'esame dei preventivi e delle relazioni tecniche ricevuti entro la scadenza.

Non saranno presi in considerazione preventivi di importo superiore a quanto stimato dalla Stazione Appaltante.

OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

L'operatore economico selezionato come affidatario sarà tenuto a presentare un'offerta, conforme al preventivo presentato in sede della presente indagine di mercato, tramite la piattaforma telematica di negoziazione, corredando la stessa con la seguente documentazione¹:

1. DGUE e Dichiarazione possesso requisiti di qualificazione;
2. Scheda DNSH appropriata per l'acquisto da effettuare corredata dalle certificazioni/dichiarazioni indicate nella stessa;
3. Patto di integrità;
4. Dichiarazione inerente il c.c. dedicato ai sensi della Legge 136/2010;
5. Dichiarazione titolare effettivo;
6. Dichiarazione DPCM 187/19912;
7. **[Eventuale, nel caso di forniture con posa in opera e servizi diversi da quelli di natura intellettuale]** Dichiarazione inerente alla comprova dell'equivalenze delle tutele del CCNL utilizzato;
8. **[in caso di servizi e forniture per i quali è vigente un decreto sui CAM]** Documentazione attestante la conformità alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al decreto corrispondente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
9. **[Per operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti]** Copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali

¹ Eliminare dall'elenco sottostante i documenti non necessari per l'acquisto oggetto d'indagine.

² Solo per OE aventi sedi operative in Italia



di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

SUBAPPALTO

L'O.E. selezionato per l'affidamento sarà tenuto a indicare nel DGUE le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'affidatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

I contratti di subappalto dovranno essere stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici potranno indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Per quanto non disciplinato si rimanda all'art.119 del codice dei contratti.

CHIARIMENTI e SOPRALLUOGO

Per eventuali richieste di natura tecnica relative alla fornitura e chiarimenti di natura procedurale/amministrativa l'operatore economico e per le eventuali richieste di sopralluogo dovrà rivolgersi al referente della Stazione appaltante Dott.ssa Ing. Giovanna Ruoppolo all'indirizzo email giovanna.ruoppolo@stems.cnr.it.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati forniti dai soggetti proponenti come indicato nel documento allegato, saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e, per quanto applicabile, ai sensi del D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs. 101/2018, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento del presente avviso.

Allegati:

- n. 1 - Modulo "Dichiarazione sostitutiva possesso requisiti OE per invio preventivo"
- n. 2 - Informativa sul trattamento dei dati personali

IL DIRETTORE f.f.
Dott.ssa Bianca Maria Vaglieco

