



VERBALE N.2 APERTURA, ESAME E VALUTAZIONE OFFERTE TECNICHE

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SOTTOSOGLIA SENZA BANDO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1. LETT. E) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E MESSA IN OPERA DI UN "UPGRADE STRUMENTALE E ADEGUAMENTO SOFTWARE (UPGRADE AFM PARK XE-100) DEL MICROSCOPIO AFM PARK XE-100 (QUEST'ULTIMO GIÀ IN DOTAZIONE ALL'ISTITUTO CNR NANOTEC – SEDE DI LECCE), NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DEGLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI (PNC) AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) PROGETTO "FIT FOR MEDICAL ROBOTICS" (ACRONIMO: FIT4MEDROB), CODICE PNC0000007 CUP B53C22006960001 CIG B4F45F7DB0

Il giorno 07/04/2025 alle ore 10:30 si insedia e si riunisce la commissione giudicatrice in seduta pubblica, nominata con provvedimento Prot. 010202617 del 01/04/2025 per procedere all'apertura delle offerte tecniche relative alla procedura di cui all'oggetto.

La Commissione è composta da:

PRESIDENTE: ALESSANDRO POLINI

COMMISSARIO EFFETTIVO: AURORA RIZZO

COMMISSARIO EFFETTIVO: ELISABETTA PRIMICERI

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da: Elisabetta Primiceri.

Dell'odierna seduta pubblica è stato dato avviso mediante comunicazione sulla piattaforma telematica ASP in data 05/04/2025.

All'ordine del giorno vi è l'esame della documentazione tecnica.

Il Presidente constatata la presenza di tutti i componenti, alle ore 10:30 dichiara aperta la seduta comunicando che gli operatori economici ammessi alla fase di valutazione tecnica, come da Verbale n° 1 del 28/03/2025 sono i seguenti:

N°	DENOMINAZIONE CONCORRENTE
1	G.GAMBETTI KENOLOGIA SRL

Il Segretario procede quindi, sulla piattaforma telematica di negoziazione:

- ad attivare la seduta pubblica di apertura delle offerte tecniche;
- a prelevare la documentazione relativa alle offerte tecniche dei concorrenti, nel seguito elencata:

N°	OPERATORE ECONOMICO	DATA E ORA DI ARRIVO	DOCUMENTAZIONE OFFERTA TECNICA
1	G.GAMBETTI KENOLOGIA SRL	19/03/2025 15:29:40	I_ Allegato 9 - Testata Relazione tecnica.pdf.p7m _Brochure_ParkNX10_240103E08_A4.pdf.p7m

1

La Commissione, ricevuta la documentazione, ne verifica la conformità alle disposizioni di gara. Ultimate dette operazioni, non avendo rilevato difformità, alle ore 11:00 chiude la seduta pubblica per proseguire le operazioni di valutazione delle offerte tecniche in seduta riservata.

La Commissione concorda di procedere come segue: la commissione si riserva 1 ora di tempo per la valutazione dell'offerta tecnica dell'operatore ammesso.

Dette operazioni verranno svolte singolarmente da ciascun componente della Commissione; prima di chiudere la seduta i componenti concordano di riprendere i lavori per la successiva valutazione collegiale il giorno 07/04/2025 alle ore 12:00.

Alle ore 11:00 la seduta pubblica viene chiusa.

Del che si è redatto il presente verbale in unico esemplare originale che, previa lettura e conferma, è sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE _____ALESSANDRO POLINI_____

I MEMBRI: _____AURORA RIZZO_____

_____ELISABETTA PRIMICERI_____

VERBALE DI SEDUTA RISERVATA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Alle ore 12:00 del giorno 07/04/2025 la Commissione giudicatrice, nominata con provvedimento Prot. 010202617 del 01/04/2025, procede, in seduta riservata, alle operazioni di valutazione delle offerte tecniche.

All'esito dell'esame delle offerte tecniche la Commissione unanime valuta le offerte tecniche dei concorrenti pienamente rispondenti ai requisiti esplicitati nel Capitolato tecnico e, pertanto, procede, secondo il metodo illustrato al paragrafo 19.1 della lettera d'invito, con l'attribuzione del punteggio tecnico. In allegato al presente verbale si riportano le schede contenenti le valutazioni espresse da ciascun commissario nonché le valutazioni complessive riassunte nella tabella sottostante:

2



N°			SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	VALORE OFFERTO	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
1	G.GAMBETTI KENOLOGIA SRL	1.1	Modalità di “Pinpoint nanomechanical mode”	PRESENTE	7
		1.2	Precisa localizzazione del campione a seguito di rimozione/reinserimento della testa	PRESENTE	7
		1.3	Laser diode super luminescente a ridotta interferenza luminosa	PRESENTE	6
2	G.GAMBETTI KENOLOGIA SRL	2.1	Scanner XY: range di almeno 50 µm; risoluzione di almeno 0.05nm	Range Scanner XY 50um PRESENTE Risoluzione offerta 0,4nm inferiore alle richieste: ASSENTE	0
		2.2	Scanner Z: range di almeno 15 µm; risoluzione di almeno 0,015 nm	PRESENTE	5
3	G.GAMBETTI KENOLOGIA SRL	3.1	Campo in-plane superiore a 0.6T	PRESENTE	10
		3.2	Campo out-of-plane superiore a 0.2T	Campo out-of-plane uguale a 0.2T: ASSENTE	0
4	G.GAMBETTI KENOLOGIA SRL	4.1	Numero di canali di almeno 12 in uscita e di 18 di ingresso	PRESENTE	10
		4.2	Digital Q control	PRESENTE	10
5	G.GAMBETTI KENOLOGIA SRL	5.1	Garanzia 12 mesi	PRESENTE	5
		5.2	Installazione e training di 3 giorni	PRESENTE	5
Totale					65

Del che si è redatto il presente verbale in unico esemplare originale che, previa lettura e conferma, è sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE _____ ALESSANDRO POLINI _____

I MEMBRI: _____ AURORA RIZZO _____

_____ ELISABETTA PRIMICERI _____