

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D. LGS. N. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STRUMENTAZIONE SCIENTIFICA SUDDIVISA IN OTTO LOTTI FUNZIONALI, CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 3.1 – PROGETTO “SEE LIFE - STRENGTHENING THE ITALIAN INFRASTRUCTURE OF EURO-BIOIMAGING”, AREA ESFRI “HEALTH AND FOOD”, CONTRASSEGNA TO DAL CODICE IDENTIFICATIVO “IR0000023 - CUP B53C22001810006

OGGETTO: Chiarimenti su Garanzia minima richiesta - LOTTO 3 CIG B71B1F0C61

QUESITO

“...la strumentazione proposta garantisce un intervallo operativo tra 15 °C e 40 °C, non raggiungendo pertanto il limite superiore di 45 °C indicato nel capitolato. Si richiede cortese conferma se tale intervallo termico sia da considerarsi accettabile e compatibile con le esigenze sperimentali e quindi idoneo ai fini della partecipazione alla procedura.”

RISPOSTA

Si precisa che le specifiche operative di intervallo termico tra 15° C e 40 °C del sistema a bando, sono pienamente accettabili e compatibili con le esigenze sperimentali.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA